



**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.**

**ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard**

**tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24**

**[www.rwik.pl](http://www.rwik.pl) e-mail: [sekretariat@rwik.pl](mailto:sekretariat@rwik.pl)**

---

Białogard, 24 lipca 2024 r.

08/D/ZO/2024/RWiK – NT.IL

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartości wyższej niż 30 000 zł (bez VAT) i niższej niż 130 000 zł pn.: „Dostawa 2 stacji do poboru próbek cieczy”

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udziela wyjaśnień poprzez przekazanie Wykonawcom treści pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1**

*Czy Zamawiający dopuszcza obudowę całoroczną, wzmacnianą włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu, odporną na działanie promieni UV oraz korozję.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, nie wyraża zgody na obudowę całoroczną, wzmacnianą włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu, odporną na działanie promieni UV oraz korozję.

#### **Pytanie 2**

*Czy urządzenie ma być wyposażone w przepływomierz ścieków czy jedynie ma posiadać możliwość połączenie sygnału z zewnętrznego przepływomierza.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż urządzenie ma mieć możliwość połączenia sygnału z zewnętrznego przepływomierza.

#### **Pytanie 3**

*Norma 5667-10:2021 wymaga przetrzymywania próbek w temperaturze 2-8 st. C. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które spełnia wymagania normy, oraz wymóg do z zapytania tj. przechowywanie próbek do 4 st.C. ale regulacja temperatury docelowej w zakresie 1-9 st. C.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, dopuszcza urządzenie, które spełnia wymagania normy, oraz wymóg do z zapytania tj. przechowywanie próbek do 4 st. C ale regulacja temperatury docelowej w zakresie 1-9 st. C.

#### **Pytanie 4**

*Czy Zamawiający dopuszcza przetwornik z komunikacją cyfrową Modbus RTU lecz bez serwera www?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, wymaga aby urządzenie miało wbudowany przetwornik z serwerem www oraz komunikacją cyfrową Modbus RTU.


**Pytanie 5**

*Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie danych poprzez kabel USB ( bez slotu na kartę SD)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie miało slot na karty SD.

2. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego i będą one stanowić jego integralną część.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Rafał Słowik