



EZ.272.021.2022

Wrocław, dnia 13.09.2022r.

EZ/624/22

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci w aparaturę medyczną (sygnatura sprawy: **EZ/583/EM/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie 1

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar jest produkowany pod zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

1) Rozdz. IV SWZ pkt. 2

Było: „Termin dostaw wynosi do **35 dni roboczych** liczonych od dnia otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy (dotyczy wszystkich Zadań).”

Jest:

a) „Termin dostaw wynosi do **35 dni roboczych** liczonych od dnia otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy (**dotyczy wszystkich Zadań za wyjątkiem Zadania 11**).

b) Termin dostaw wynosi do **42 dni roboczych** liczonych od dnia otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy (**dotyczy Zadania 11**).”

2) Załącznik nr 4 do SWZ ”Wzór umowy” §3 ust. 5

Było: „Zamówiony w formie pisemnej przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do **35 dni roboczych** od daty otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.”

Jest:

a) „Zamówiony w formie pisemnej przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do **35 dni roboczych** od daty otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy (**dotyczy wszystkich Zadań za wyjątkiem Zadania 11**).

b) „Zamówiony w formie pisemnej przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do **42 dni roboczych** od daty otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy (**dotyczy Zadania 11**).”

Pytanie 2

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy mające na uwadze powyższe, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (dla pakietu nr 11)– max. 14 dni roboczych?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

1) Załącznik nr 4 do SWZ "Wzór umowy" §4 ust. 4

Było: „Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **5 dni** roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **10 dni** roboczych. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancję na dany towar na czas przerwy w eksploatacji.”

Jest: „Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **5 dni** roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **10 dni** roboczych (**dotyczy wszystkich Zadań za wyjątkiem Zadania 11**). W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **14 dni** roboczych (**dotyczy Zadania 11**). Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancję na dany towar na czas przerwy w eksploatacji.”

Pytanie 3

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do podjęcia interwencji serwisu do 72h?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od dostawy dla pakietu nr 11?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?”

Odpowiedź: Zamawiający w Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” nie przewidział ww. kar umownych. Zamawiający określili kwestię kar umownych w § 10 Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie 6

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia pakiecie nr 11, w tj.: torba na zestaw wideolaryngoskopu, ładowarka do akumulatora oraz akumulator Li-Ion, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem i obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?”

Odpowiedź: Zamawiający wyrażał i wyraża zgodę. Zamawiający określili powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt. 1b) SWZ oraz w Zał. Nr 2 Formularz cenowy Zadanie 11 poz. 1 i jej nie zmienia. Poniżej treść ww. zapisów:

Rozdz. VII pkt. 1b) SWZ:

„aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o wyrobach medycznych** potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (nie dotyczy pozycji nr 1 i 7 Zadania 11 wyspecyfikowanych w „Karcie Parametrów”) zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;”

Zał. Nr 2 Formularz cenowy Zadanie 11 poz.1 Wideolaryngoskop zgodnie z „Kartą parametrów” *:

*w przypadku zastosowania dwóch stawek podatku VAT, Wykonawca jednoznacznie wskazuje ceny z podziałem dla poszczególnych stawek podatku VAT

Pytanie 7

„Dot. Zadania 4 poz.7 Lampa do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 Lampę do fototerapii z panelem sterującym o przekątnej 4,3 cala z ekranem dotykowym wbudowanym w bryłę lampy z możliwością składania? Taki wymóg Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego wręcz dzięki możliwości złożenia można uniknąć przypadkowego przełączenia ustawionych parametrów np. przez personel czy rodzica. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.”

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu ekran LCD o przekątnej 4,3 cala pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Zamawiający określił funkcjonalność lampy i jej nie zmienia.

Pytanie 8

„Dot. Zadania 4 poz.11 Lampa do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii z żywotnością diod LED min. 70 000 h? Jest to niewielka różnica, a pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu pod warunkiem spełnienia intensywności światła min. 35-120 mikro W/cm².

Pytanie 9

„Dot. Zadania 12 pkt 7 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz o przekątnej 7 cali bez podświetlenia LED?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 10

„Dot. Zadania 12 pkt 7 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz 16-bitowy? Zwracamy uwagę, że wymóg wyświetlacza 24-bitowego nie ma znaczenia klinicznego i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 11

„Dot. Zadania 12 pkt 13 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści impedancję wejściowa >10MΩ? Zwracamy uwagę, że wymóg impedancji wejściowej >50MΩ nie ma znaczenia klinicznego i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 12

„Dot. Zadania 12 pkt 32 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści pamięć 200 badań oraz wielotysięczną archiwizację badań na karcie SD (czynnik wbudowany w aparat)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 13

„Dot. Zadania 12 pkt 35 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści czas rozruchu 15 sekund z racji przeprowadzania automatycznego testu bezpieczeństwa elektrycznego podczas każdorazowego uruchomienia aparatu?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 14

„Dot. Zadania 12 pkt 36 Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 15

„Dot. Zał. nr 4 Wzór umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: w przypadku powtarzających się istotnych napraw, w ilości powyżej 3 istotnych napraw tego samego zespołu / elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego zespołu / elementu w terminie 5 dni roboczych (...).”

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił warunki umowy w Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” i ich nie zmienia.

Pytanie 16

„Dot. Zał. nr 4 Wzór umowy § 4 ust. 16

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmiami, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmiami”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmiami, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił warunki umowy w Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” i ich nie zmienia.

Pytanie 17

„Dot. Zał. nr 4 Wzór umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności należności do 45 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem elektronicznego fakturowania?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

- 1) Załącznik nr 4 do SWZ "Wzór umowy" §8 ust. 1

Było: „Należność wskazana w § 7 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie **60 dni** licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.”

Jest: „Należność wskazana w § 7 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie **45 dni** licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.”

Pytanie 18

„Dot. Zał. nr 4 Wzór umowy § 10 ust. 1a) i e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara opisana w pkt a) oraz e) wynosiła 0,2% wartości brutto danego urządzenia będącego przedmiotem umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił warunki umowy w Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” i ich nie zmienia.

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 19

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w dedykowany wózek jezdny z regulacją wysokości 29cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 20

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia, ale w zamian jest możliwość manualnej regulacji jasności oraz kontrastu wyświetlacza za pomocą suwaków?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 21

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 22

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowice convex ze zmienną częstotliwością pracy posiadającą 128 kryształów w zamian posiadający szerszy zakres częstotliwości pracy tj. od 1,3-5,7 MHz?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 23

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowice sektorową kardiologiczną posiadającą kąt skanowania 90 stopni, ale posiadającą większą ilość kryształów tj. 80? Dodatkowo zwiększając kąt skanowania zmniejsza się częstotliwość odświeżania obrazu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 24

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowice liniową typu „hokej” posiadającą 128 kryształów, ale w zamian posiada większy zakres częstotliwości tj. od 3,5 do 16 MHz?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 25

„Dot. Zadania 6 Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowice kardiologiczną pediatryczną z kątem skanowania 90 stopni oraz częstotliwością pracy od 2,3 do 7,2 MHz? W zamian głowica posiada większą ilość kryształów tj. 96.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” i ich nie zmienia.

Pytanie 26

„Dot. Zadania 5 Łóżka pediatryczne Karta parametrów a)

Prosimy (w pkt. 12) o wyrażenie zgody na zaoferowanie narożników szczytów od strony głowy i nóg wykonanych z kolorowego tworzywa ABS w kolorze niebieskim.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 27

„Dot. Zadania 5 Łóżka pediatryczne Karta parametrów a)

Prosimy (w pkt. 49) o wyrażenie zgody na zaoferowanie funkcji manualnej bezstopniowej regulacji ciśnienia w zakresie 10-60 mmHg.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 28

„Dot. Zadania 5 Łóżka pediatryczne Karta parametrów b)

Prosimy (w pkt. 35) o wyrażenie zgody na zaoferowanie dźwigni blokady dostępnej przy kołach tylko od strony nóg pacjenta (dostęp po prawej i lewej stronie łóżka).”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 29

„Dot. Zadania 5 Łóżka pediatryczne Karta parametrów b)

Prosimy (w pkt. 40) o wyrażenie zgody na zaoferowanie funkcji manualnej bezstopniowej regulacji ciśnienia w zakresie 10-60 mmHg?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Ponadto w związku z licznymi pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianami SWZ Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.09.2022r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 27.12.2022r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

1. Załącznik nr 4 do SWZ "Wzór umowy" – Po modyfikacji 1

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK