



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 [mowakowski@e-szpital.eu](mailto:mowakowski@e-szpital.eu)

Kędzierzyn – Koźle 06.11.2024r

SPZOZ . AZ . 2024 .17

## Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 2

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Tomografu Komputerowego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 13 zadań, sygn. AZ-P.RN.2024.17.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### I. Wyjaśnienia treści SWZ

#### 1. Pytanie dot. pkt. 28 Załącznik nr 2 do swz:

28.	Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań	$\geq 80 - 135$ kV (podać)		
-----	---	-------------------------------	--	--

Zamawiający wymaga gantry o średnicy min. 75 cm, co może oznaczać, iż planuje wykonywać również badania pacjentów bariatrycznych. Dla jak najlepszej jakości uzyskanych obrazów we wspomnianych badaniach stosuje się jak najwyższe wartości napięcia (u większości producentów min. 140 kV). Według statystyk polskie społeczeństwo jest w ostatnich latach w niechlubnej czołówce osób najszybciej przybierających na wadze. Należy również wspomnieć, iż wszyscy czołowi producenci tomografów komputerowych posiadają maksymalną wartość napięcia anodowego min. 140 kV (Producent 1 – 140 kV, Producent 2 – 150 kV, Producent 3 – 140 kV).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o korektę brzmienia tego parametru, aby umożliwić wykonywanie wysokiej jakości badań również u pacjentów bariatrycznych bez konieczności odsyłania ich do innych ośrodków, dysponujących odpowiednim sprzętem. Wnosimy o modyfikację pkt. 28 jn.:

28.	Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań	≥ 80 – 140 kV (podać)		
-----	---	--------------------------	--	--

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **II. MODYFIKACJE:**

### **Zamawiający modyfikuje zapis:**

#### **1) Rozdziału XIII ust. 13.1, który przyjmuje brzmienie:**

13.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **10.02.2025r.**

#### **2) Rozdziału XV ust. 15.1 – 15.3, który przyjmuje brzmienie:**

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

[https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_kedzierzynkozle](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle).

15.2. Ofertę należy złożyć do **dnia 13.11.2024r. do godziny 09:00.**

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 13.11.2024r. o godz. 09:05.**

#### **3) Rozdziału XVII ust 17.2, ad2), który przyjmuje brzmienie:**

##### **Ad 2) „Okres Gwarancji”:**

<i>Okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę</i>	<i>Maksymalna liczba punktów do uzyskania</i>
48 miesięcy	1 pkt
60 miesięcy	10 pkt
72 miesięcy	15 pkt
84 miesiące	20 pkt

1) Wykonawca w druku oferty ma obowiązek podać okres gwarancji 48 lub 60 lub 72 lub 84 miesięcy

2) W przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie wpisze w druku oferty żadnego okresu gwarancji,

b) zaoferuje okres gwarancji inny niż 48, 60, 72, 84 m-ce, (z wyłączeniem pkt 3))

~~Zamawiający przyzna takiej ofercie ilość punktów odpowiadającą 48 miesiącom gwarancji.~~

Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z warunkami zamówienia - art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3) W przypadku, gdy Wykonawca wpisze okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający przyzna takiej ofercie ilość punktów odpowiadającą 84 miesiącom gwarancji,

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania SWZ po powyższych modyfikacjach.