



Wrocław, 4 lipca 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę systemu automatycznego dozowania formaliny dla próbek biologicznych wraz z dostawą niezbędnych materiałów zużywalnych, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2022

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1:

dotyczy Tabeli Parametry Techniczne: Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych punkt 26:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki transparentne o pojemności 1L,3L, 5L oraz pojemniki w kolorze mlecznym- nietransparentne o pojemności 10L z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)