



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



ISO 22000



ISO 14001



ISO 45001



ISO/IEC 27001



CERTYFIKAT 2023/54



ISO 9001  
CERTYFIKACJA

e-mail: [sekretariat@szpital-lebork.com.pl](mailto:sekretariat@szpital-lebork.com.pl), [www.szpital-lebork.com.pl](http://www.szpital-lebork.com.pl)

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, 10.09.2024 r.

ZP.261.26.2024

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a75a6253-4f01-421e-8d3d-31fdfdbc9c67

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na „Dostawy materiałów zespalających i endoprotez stawu biodrowego”.

Znak sprawy ZP-TP/26/24

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy Części nr 1 i 2

Czy Zamawiający Czy zamawiający w pakietach 1 i 2 dopuści zaoferowanie wyrobów wykonanych z następujących materiałów zgodnych z aktualnie obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi wszczepów metalowych i zarejestrowanych w Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Stal wg ISO 5832-1/ASTM F138,

Stal wg ISO 5832-9/ASTM F1586,

Stop tytanu wg ISO 5832-3/ASTM F136,

Stop tytanu wg ISO 5832-11/ASTM F1295,

Tytan wg ISO 5832-2/ASTM F67

**Odp. W dniu 9.09.2024 r Zamawiający wysłał zapytanie do Wykonawcy o doprecyzowanie w/w pytania o następującej treści:**

**W związku z narastającymi objawami uczulenia na pierwiastki śladowo występujące w stopach tytanu proszę o odpowiedź , czy stopy tytanu opisane w przysłanych normach zawierają śladowe ilości wanadu, niobu, aluminium, glinu , cyrkonu, kobaltu lub innych. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej firma oferuje opcję zabezpieczającą przed wystąpieniem reakcji uczuleniowej na implant.**

**Z uwagi na brak odpowiedzi Zamawiający nie dopuszcza w/w wyrobów.**

*Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).*