

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa defibrylatorów AED wraz z montażem i dodatkowym wyposażeniem, apteczkami modułowymi z defibrylatorami oraz szkoleniami instruktażowymi i wydrukiem materiałów informacyjno - promocyjnych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa 4 zewnętrznych defibrylatorów AED, kapsuł ochronnych do defibrylatorów wraz z montażem i z dodatkowym wyposażeniem oraz zapewnieniem systemu zdalnego monitoringu stanu technicznego urządzeń, dostawa 3 szt. profesjonalnych mobilnych apteczek, wyposażonych w defibrylatory AED oraz zapewnienie cyklu szkoleń a także zaprojektowanie, wydruk i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych - 2000 ulotek (3 rodzaje: dzieci, młodzież, dorośli, materiały dedykowane PP dzieci), instrukcje i 100 plakatów dot. szkoleń.

Defibrylatory muszą być zunifikowane z już istniejącymi urządzeniami jakie znajdują się na terenie miasta i podłączone do tego samego systemu powiadamiania.

/Na terenie miasta są zamontowane defibrylatory Philips Frx Standard z modulem GPS 24/7/

1. Defibrylator – 4 sztuki – wymagania minimalne poniżej
2. Klucz pediatryczny 7 sztuk,
3. Kapsuła 24/7 z modulem zarządzania – 4 szt na na 12 miesięcy (1 rok)
4. Lokalizator GPS - 4 szt.
5. Abonament na modul zarządzania GPS (1 rok) – 4 sztuki
6. Tabliczka informacyjna o defibrylatorze AED – 4 sztuki (dopasowana do kapsuły)
7. Montaż kapsuły ochronnej defibrylatora wraz z uruchomieniem – 4 usługi
8. Szkolenie podstawowe z PP z użyciem defibrylatora (ćwiczebne) przeznaczone dla grupy 12 osób – 10 warsztatów (czas około 2 godzin)
9. Szkolenie zaawansowane z PP z użyciem defibrylatora przeznaczone dla grupy 12 osób – 5 warsztatów
10. Apteczka Modułowa z Defibrylatorem AED – 3 sztuki – wymagania poniżej
11. Przygotowanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych.
12. Zaprojektowanie, wydruk i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych - 2000 ulotek (3 rodzaje: dzieci, młodzież, dorośli, materiały dedykowane PP dzieci), instrukcje i 100 plakatów dot. szkoleń.
13. Przesyłając wycenę należy dołączyć specyfikację techniczną dot. defibrylatorów i apteczek.

Defibrylator AED, wymagania minimalne:

1. Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny AED w kapsule z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.
2. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o:
 - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
 - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu uszkodzonego).
3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o:
 - gotowości urządzenia do pracy,
 - technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku.
4. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
 - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
 - łączny czas analizy pracy serca uszkodzonego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 8 sekund,
 - możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych,
 - urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania,
 - posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
5. Wyposażony w baterię nieładowną objętą gwarancją producenta min. 4 lata, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią.
6. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia – wysoki stopień bezpieczeństwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w tym odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z wysokości 1,22m nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy).
7. Energia impulsu defibrylacyjnego zgodna z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
8. Temperatura pracy od 0 C do 50 C oraz krótkotrwała praca defibrylatora od -20 C do -50 C .
9. Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnień oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznyymi komendami.

10. Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 1,6 kg.

11. System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania

- odporność na warunki atmosferyczne,

- odporność na uderzenia i akty wandalizmu,

- kapsuła wyposażona w oświetlenie LED, alarm dźwiękowy i świetlny oraz system podgrzewający umożliwiający sprawne działanie defibrylatora w warunkach zewnętrznych.

2. Apteczka Modułowa z Defibrylatorem AED, wymagania :

Apteczka powinna zawierać wyposażenie pomocne w przypadku zranień, oparzeń, stanów nagłych, złamań, krwotoków, RKO/Ochrona Osobista oraz nosze i defibrylator.

Defibrylator w plecaku z baterią oraz jedną parą uniwersalnych elektrod terapeutycznych dla dorosłych i dzieci, konwersja za pomocą klucza pediatrycznego (lub jedną parą elektrod dla dorosłych oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci). Elektrody jednorazowe - wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii. Termin przydatności elektrod – minimum 24 miesiące. (defibrylator ma posiadać te same parametry co defibrylator do montażu zewnętrznego)

Dedykowany plecak o pojemności około 20 litrów, powinien być wykonany z odpowiednich dla tego typu plecaka materiałów o wysokiej jakości, zapewniających możliwość przenoszenia ww. wyposażenia przez minimum 24 miesiące.

UWAGI:

1. Defibrylatory oraz dodatkowe wyposażenie mogą być o parametrach równoważnych lub lepszych.

2. Płatność za dostarczenie ww. sprzętu i wykonanie usługi jest podzielona na 2 części.

Pierwsza część zostanie wypłacona po dostarczeniu, zamontowaniu i przekazaniu defibrylatorów wraz z dodatkowym wyposażeniem w tym apteczek, druga po dostarczeniu ulotek i plakatów a także wykonaniu szkoleń, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

3. Defibrylatory muszą być dostarczone do Żabek i zamontowane w czterech, następujących lokalizacjach:

1) zewnętrzna część ogrodzenia przy głównym wejściu na teren szkoły Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Batorego 11

2) zewnętrzna część budynku przy głównym wejściu na teren Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kościelna 2

3) zewnętrzna część ogrodzenia przy głównym wejściu na teren Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Batorego 37

4) ściana zewnętrzna bazaru w Żabkach, (naprzeciw sklepu Biedronka - parking)

4. Przyłącza elektryczne do defibrylatorów zostaną wykonane przed montażem przez Kupującego w porozumieniu ze Sprzedającym.

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33.18.21.00-0 Defibrylatory

V. TERMIN REALIZACJI:

20.12.2024 rok

VI. KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT: najtańsza, spełniająca warunki ogłoszenia

VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:

dostarczenie oferty zgodnej z zamówieniem w najniższej cenie

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE ZOBOWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

- wypełniony i podpisany formularz oferty,
- pełnomocnictwo – jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
- inne:

IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 30.10.2024 do godz. 12.00**
- Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu **30.10.2024. o godz. 12.15**

W toku prowadzonego postępowania oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

BURMISTRZ
Miasta Ząbki

.....
Podpis Burmistrza Miasta Ząbki
lub osoby upoważnionej

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe".