



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

Numer sprawy: UCS/ZP/06/22

Lublin, dnia 11.04.2022r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego tomografu stożkowego

Na podstawie **art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, którym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, **odpowiednio wyjaśnia i zmienia** treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie mieszczące się w zakresie wysokości od 1596 mm do 2296 mm czyli z zakresem regulacji wysokości od 0 do 700mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie opisane w pytaniu.

Jednocześnie Zamawiający sprostowuje odpowiedź na pytanie nr 1 opublikowane w dniu 8.04.2022 r. w sposób następujący:

Pytanie 1

AD. 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do endo \emptyset 50x55 cm z najwyższą rozdzielczością ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia umożliwiającego wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do endo \emptyset 50x55 cm z najwyższą rozdzielczością.

Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do **endo \emptyset 50x55 mm** z najwyższą rozdzielczością.

Zamawiający zmienia pkt. 9 nadając mu nowe brzmienie:

„Powinien umożliwiać wykonywanie obrazowania w minimalnym zakresie do endo:

\emptyset 40x40 mm (+/- 25%) z najwyższą rozdzielczością

lub

\emptyset 50x50 mm z najwyższą rozdzielczością

lub

\emptyset 50x55 mm z najwyższą rozdzielczością”

Załączniki:

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy – po zmianach 2.

Z poważaniem