

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.177.2023.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa kriostatu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.11.2023r., numer ogłoszenia: 00711520-2023

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Podstawa prawna:

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 6) Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający, po otwarciu ofert, zauważył, że zapisy SWZ w zakresie kryterium „ciśnienie na wyjściu z pompy: nie gorszy niż 0,2 bar” zawierają niemożliwy do usunięcia na tym etapie postępowania błąd, który uniemożliwia dokonanie poprawnej oceny ofert.

Zamawiający wymagał parametru technicznego, będącego kryterium oceny ofert: **ciśnienie na wyjściu z pompy: nie gorszy niż 0,2 bar**. W części dokumentacji postępowania omyłkowo parametr ten został określony wartością **2 bar**. W SWZ parametr ten został określony zarówno wartością *0,2 bar* jak i *2 bar*, natomiast w pkt 4 Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ określony został **Parametr techniczny: ciśnienie na wyjściu z pompy: nie gorsze niż 2 bar**.

Rozbieżności w opisie tego kryterium występujące w SWZ oraz Formularzu ofertowym powodują możliwość zaferowania przez Wykonawców ww. parametru technicznego o dwóch różnych wartościach, które w zależności od przyjętego fragmentu opisu kryterium mogłyby zostać uznane za spełniające wymagania tego kryterium. Taka sytuacja prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców, poprzez brak możliwości dokonania jednoznacznej oceny ofert.

Ponadto, zgodnie z art. 240 Pzp Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Zastosowany przez Zamawiającego opis kryterium, poprzez zawarty w nim błąd, jest opisem niejednoznacznym, co jest niezgodne z przepisami Pzp.

Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale IX Pzp (art. 505-590).

Z poważaniem

PROREKTOR
os. Bażyńskiego 8
prof. dr hab. Wiesław *Unieważni*