

**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA**  
**82/05/2023**

Zamawiający otrzymał następujące pytania do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

*Proszę o doprecyzowanie. W zapytaniu w opisie jest informacja, że płytki mają być sterylne, ale został podany referencyjny numer katalogowy płytek niesterylnych.*

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający informuje, że płytki mają być sterylne.

*Proszę o doprecyzowanie numeru katalogowego dla szalek. Podany numer wskazuje na płytki 96-dółkowe Standard plate with flat bottom firmy Brand.*

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany numeru katalogowego. Prawidłowy numer katalogowy to: 734-2322