

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
51 – 149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

Wrocław, dnia 24.07.2019r.

dotyczy: PN 54/19 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane – uzupełnienie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe typu Janeta z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania 9

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi bez opaski stabilizującej dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.