

Konin, 12.10.2022r.

WSZ-EP-55/1531/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-55/2022).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dot. pakiet 2 łóżko porodowe

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie -10 ° do 70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (Zał. nr 2.1 do 2.2 do SWZ WSZ-EP-55/2022) w pakiecie nr 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną, oddzielną regulacją nachylenia siedziska w zakresie 0-18,5°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (Zał. nr 2.1 do 2.2 do SWZ WSZ-EP-55/2022) w pakiecie nr 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją podnóżków manualna w pionie w zakresie 0-135°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (Zał. nr 2.1 do 2.2 do SWZ WSZ-EP-55/2022) w pakiecie nr 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.