

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

Włoszczowa, 31.10.2023r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) pn.:**

***„Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego”.***

**Znak sprawy:**

**12/10/2023**

## I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa  
telefon 041 38 83 837,

adres e-mail: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl)

NIP 656 –18 – 55 908, REGON 000304295

Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.zozwloszczowa.pl>

**Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05**

## II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres platformy, za pomocą której należy złożyć ofertę oraz na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)

## III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.
2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

## IV. Rodzaj zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

## V. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Zamówienie obejmuje: dostawę, instalację, uruchomienie sprzętu i szkolenie personelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - Pakiet Nr 1 – 7 stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - **szczegółowy formularz asortymentowo - cenowy**.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
  - a) Zakup i dostawę kompletnego sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego,
  - b) Instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu;
  - c) Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego;
  - d) Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu;
  - e) Oferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, niekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany w roku 2023,

- f) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP,
  - g) Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE.
  - h) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymogu instalacji, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia pracowników. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na odstąpienie od ww. wymogów oraz dostarczyć z przedmiotem zamówienia oświadczenie, że zapoznanie się użytkowników sprzętu z instrukcją obsługi jest wystarczającą gwarancją bezpiecznej instalacji, montażu, uruchomienia i korzystania z urządzeń.
3. Jeśli w przedmiocie zamówienia Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych stosownie do postanowień 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Kryterium równoważności stosowanym w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań jest spełnienie przez zaoferowane rozwiązania, co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, nie obniżających określonych standardów, niż te które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić na etapie składania oferty, że oferowane rozwiązanie posiada parametry i cechy, o których mowa w zdaniu poprzednim. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 4. Kod CPV

33190000-8 Różne urządzenia medyczne;

33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych;

#### VI. **Opis części zamówienia:**

- 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (**pakiet nie podlega podziałowi**).
- 2. Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.
- 3. W przypadku, gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.

#### VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

#### VIII. **Informacje o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy Pzp:**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

#### IX. **Pozostałe informacje:**

- 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców oraz udostępnienia w siedzibie Zamawiającego do sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP.

#### **X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

1. Realizacja dostaw nastąpi nie później niż **do dnia 15 grudnia 2023 r.**

#### **XI. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz podmiotowych środków dowodowych.**

**XI.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, t.j.:**

- 1) nie podlegają wykluczeniu;**
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**

**a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

**b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

**c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

**d) zdolności technicznej lub zawodowej**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu medycznego lub wyposażenia, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

## **XI.II Poleganie na zasobach innych podmiotów**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:**
  - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (**Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca**).
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## **XI.III Podstawy wykluczenia:**

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 (fakultatywne przesłanki wykluczenia):

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.),
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1599),
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się także wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 593 ze zm.).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

4. Zamawiający wykluczy także z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4 powyżej Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **XI.IV PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA**

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniędzy;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 a (4 b dla Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) do SWZ.

#### **XI.V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz postaw do wykluczenia - informacje wstępne**

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z postępowania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI.VII.



**XI.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą**

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
  - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3 a do SWZ**;
  - b) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie, składa się na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3 b do SWZ**;
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
  - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4 a do SWZ**.
  - b) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie składa się na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4 b do SWZ**.

**XI.VII Podmiotowe środki dowodowe (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, składane na wezwanie zamawiającego):**

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
  - a) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
  - b) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
    - art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp.,
    - art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

**Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.**

- c) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.**

d) – wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw/usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wymagane jest wykazanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu lub wyposażenia, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

2. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  - 1) Rozdziale XI.VII ust. lit. a – odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
6. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XI.VI SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

#### **XI.VIII Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI.VI i XI.VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 8).**
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

#### **XI.IX Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

## **XII. Oferta**

### **XII.I Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**

1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** i braków podstaw do wykluczenia – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SWZ.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, wskazanie okresu gwarancji udzielanego na przedmiot zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń.
3. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ).
4. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika.
5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w zawarciu umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

## **XII.II Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ**

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
  - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl),
  - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, iż oferta podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

### **XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

#### **XIII.I. Informacje Ogólne**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
**Agnieszka Bukowska / Joanna Szwarc** – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - w sprawach proceduralnych tel. 41 388 38 37 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, e-mail: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl)
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
  - a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
  - b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
  - c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  - d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
  - f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  - g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
  - h) przesyłania odwołania/inne
    - odbywa się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
  5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
  6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), tj.:
    - a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
    - b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
    - c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
    - d. włączona obsługa JavaScript,
    - e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
    - f. Szyfrowanie na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
    - g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
  8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    - a. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
    - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
  9. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

## 11. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów

1. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247)**
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
  - a. .zip
  - b. .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
17. **Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00) e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)**

### **XIII.II. Złożenie oferty w postępowaniu.**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa) **do dnia 10.11.2023 r. do godziny 10:00.**
2. Termin związania ofertą upływa w dniu 08.12.2023 r.
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 Ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### **XIII.III. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **10.11.2023 r. godzina 11:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”.
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacji, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

### **XIV. Dokumentacja przetargowa**

#### **Zawartość dokumentacji przetargowej:**

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:



Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;  
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;  
Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  
Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;  
Załącznik nr 6 – oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;  
Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji  
Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;  
Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy.  
Załącznik nr 10 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

#### **XV. Wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVII. Kryteria oceny ofert:**

I. Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

**Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 60 %**

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Kryterium ceny – (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie.}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

#### **Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:**

1. pozycja z kolumny nr 4 (ilość) x pozycja z kolumny nr 5 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr 7,
2. kwota z kolumny nr 7 (wartość ogółem netto) x stawka podatku VAT pozycja z kolumny nr 8 = wartość podatku VAT kolumna nr 9,

3. (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr 7 + (wartość podatku VAT) pozycja z kolumny nr 9 = (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 10,
4. (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 10 / na (ilość) pozycja z kolumny nr 4 = (cena jednostkowa brutto) pozycja z kolumny nr 6.

### **Okres gwarancji (G) – wartość kryterium - max 40 pkt.**

Zamawiający wymaga w SWZ **minimalnego okresu gwarancji - 4 lata:**

Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium może zaoferować dłuższy okres gwarancji, za który otrzyma dodatkowe punkty na określonych poniżej zasadach:

1. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), odnoszącym się do kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”.
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być wyrażony w pełnych latach.
3. Za każdy rok gwarancji ponad minimalny tj. 4 lata – zostanie przyznane Wykonawcy dodatkowe 20 punktów w przedmiotowym kryterium.
4. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 6 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany w SWZ tj. 4 lata oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. – 4 lata, za który w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w danym pakiecie różne terminy gwarancji na poszczególne sprzęty, punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z najkrótszym zaproponowanym terminem gwarancji w danym pakiecie.
8. Zaproponowanie gwarancji w niepełnych latach skutkować będzie zaokrągleniem do pełnych lat w dół i naliczeniem punktów zgodnie z tym zaokrągleniem.

### **Oferta najkorzystniejsza:**

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + gwarancja).
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaofertowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

### **XVIII. Opis sposobu obliczania i podania ceny**

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168)

**Zamawiający wymaga by cena ostateczna oferty była podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

**Obowiązkiem składającego ofertę jest:**

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wzór formularz ofertowy załącznik nr 2).
3. Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

### **XIX. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po terminie składania ofert;
2. została złożona przez wykonawcę:
  - podlegającego wykluczeniu z postępowania;
  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
  - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3. jest niezgodna z przepisami ustawy;
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9. została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
13. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
14. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 – w przypadku gdy zamawiający wymagał jego wniesienia;
15. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
16. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1863), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

## **XX. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy**

### **Wybór wykonawcy:**

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,
2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

### **Ogłoszenie wyników postępowania:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się zawarciem umowy lub jego unieważnieniem.
2. Zamawiający **unieważni postępowanie**, jeśli zaistnieje którakolwiek z obligatoryjnych przesłanek, przewidzianych w art. 255 ustawy Pzp.
3. **Zamawiający przewiduje również unieważnienie postępowania na podstawie art. 310 Pzp tj. w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.**
4. Jeśli nie zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

### **Zawarcie umowy:**

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

## **XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 9.

## **XXII. Środki ochrony prawnej**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy
  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej (zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej) określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. art (505-590).

## **XXIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, tel.(41)3883765, e-mail: [dane.osobowe@zozwloszczowa.pl](mailto:dane.osobowe@zozwloszczowa.pl)**;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej - ustawa PZP);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### **Załączniki do SWZ:**

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;
- Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji;
- Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;
- Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy.
- Załącznik nr 10 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

**ZATWIERDZAM**

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

**Rafał Krupa**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Formularz asortymentowo - cenowy***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

Numer Pakietu	Nazwa	Minimalny okres gwarancji
Pakiet nr 1	Kolumna artroskopowa – kompaktowy zestaw urządzeń	4 lata
Pakiet nr 2	Narzędzia laparoskopowe	4 lata
Pakiet nr 3	Napędy ortopedyczne wraz z osprzętem	4 lata
Pakiet nr 4	Diatermia	4 lata
Pakiet nr 5	Resektoskop bipolarny	4 lata
Pakiet nr 6	Videoduodenoskop	4 lata
Pakiet nr 7	Myjnia dezynfektor	4 lata

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

## Pakiet nr 1

### Kolumna artroskopowa – kompaktowy zestaw urządzeń

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość/ jednostka miary	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>Kolumna artroskopowa</b>	Komplet zgodnie z ilością podaną poniżej	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)		Podać	
3.	Kraj producenta		Podać	
4.	Nazwa, model, typ		Podać	
5.	Rok produkcji 2023		Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)		Tak	
7.	<b>Konsola do kamery HD</b> Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli wyjścia wideo: - DVI-D (x2): 1080p; 50Hz lub 60 Hz, 1 złącze DVI-D - HD-SDI (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, format obrazu 16:9; SMPTE 292M - S-video (x1) - wyjście composite video (x1) - zdalne wyjścia (x2): gniazda 3,5 mm typu mono - balans bieli: Kalibracja automatyczna, uruchamiana przyciskiem konsoli lub głowicy - powiększenie cyfrowe 2:1 regulowane przyciskiem na głowicy	1 szt.	Tak	
8.	<b>Głowica kamery HD</b> - autoklawowalna głowica zbudowana ze stopów tytanu, zapewniających bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku; - kamera o rozdzielczości 1920 x 1080; - zoom cyfrowy;			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- matryca detekcji obrazu: 3 matryce CMOS 1/3'</li> <li>- głowica pokryta materiałem pozwalającym na szybsze wystudzenie po sterylizacji;</li> <li>- kabel głowicy o długości min. 3 m;</li> <li>- głowica z dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi umożliwiającymi programowanie czterech funkcji kamery bezpośrednio z głowicy wraz z obsługą systemu archiwizacji USB, funkcje uruchamiane za pomocą przycisku na głowicy to m. in. balans bieli, zoom, regulacja jasności, wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów;</li> </ul>	1 szt.	Tak	
9.	<p><b>Monitor LCD HD 32"</b> wyposażony w wyjście DVI, Composite, Video, S-Video, RGB z rozdzielczością minimalna 1920 x 1080, z funkcja PIP.</p> <p>Monitor medyczny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolorowy monitor medyczny LCD Full HD</li> <li>- minimalna dopuszczalna rozdzielczość 1920x1080,</li> <li>- wejścia: mon. DVI- D, S-Video, HDMI/SD- SDI</li> <li>- wyjścia: min. S-Video, komponent,</li> <li>- wielkość 32",</li> <li>- liczba kolorów 16,7 mln,</li> <li>- Kontrast min. 1300 : 1,</li> <li>- czas odświeżania min. 12 ms</li> </ul>	1 szt.	Tak, podać	
10.	<b>Uchwyt do monitora</b>	1 szt.	Tak	
11.	<b>Wózek do wieży artroskopowej z systemem przepięciowym</b>	1 szt.	Tak	
12.	<b>Uchwyt do kamery, montowany do wózka</b>	1 szt.	Tak	
13.	<p><b>Źródło światła LED Full HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc żarówki LED 90 W</li> <li>- żywotność min 20.000 godzin pracy</li> <li>- wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła,</li> <li>- natężenie światła regulowane z panelu urządzenia,</li> <li>- możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery,</li> </ul>	1 szt.	Tak, podać	
14.	<p><b>Światłowód</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-transparentny umożliwiający kontrolę jakości włókien wewnętrznych,</li> <li>- średnica 5mm,</li> <li>- długość min. 3m</li> <li>- możliwość sterylizacji w temp. 134°</li> </ul>	3 szt.	Tak	
15.	<b>Złączka do światłowodu, uniwersalna</b>	3 szt.	Tak	

16.	<b>Pompa artroskopowa</b> - jednorolkowa - przepływ płynów do 2 000 ml/min - zakres regulacji ciśnienia 30-150 mm Hg. - możliwość podłączenia pilota sterującego pracą pompy z pola operacyjnego	1 szt.	Tak	
17.	<b>Wysięgnik do mocowania pompy 10k</b>	1 szt.	Tak	
18.	<b>Konsola shavera</b> - uniwersalna - możliwość przyłączenia rękojeści shavera i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie, oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długopisowej - funkcje wyświetlane na ekranie sterownika , oraz informacje dźwiękowe przy zmianach funkcji w trakcie zabiegu (prędkość, kierunek pracy ostrza) - opcjonalnie - wbudowana pompa do irygacji pola operacyjnego - możliwość podpięcia włącznika nożnego przewodowego lub bezprzewodowego	1 szt.	Tak	
19.	<b>Rękojeść shavera :</b> - autoklawowalna w pełni kompatybilna z konsolą sterującą, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego - prędkość robocza: 500 –12 000 rpm (obrotów na minutę), przód/tył 500 –2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe - możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym - możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki do 10tyś. obr/min. - moment obrotowy 24,7 Ncm - waga maksymalnie 0,6 kg - możliwość sterylizacji w temp. 134°	3 szt.	Tak	
20.	<b>Złączka wiertarska do shavera</b> - typu Jacobs, poszerzająca zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki, obroty 10 tyś obr/min. - możliwość sterylizacji w temp. 134°	1 szt.	Tak	
21.	<b>Optyka 4mm, 30deg,</b> długość części pracującej powyżej 170 mm, jakość HD dzięki spłaszczonym soczewkom - możliwość sterylizacji w temp. 134°	3 szt.	Tak	

22.	<b>Płaszcz do optyki</b> -w komplecie z obturatorem, - zatraskowy system mocowania, - dwukranikowy - możliwość sterylizacji w temp. 134°	3 szt.	Tak	
23.	<b>Konsola generatora RF do zabiegów artroskopowych,</b> - z pomiarem temperatury rzeczywistej w stawie, - bipolarny generator typu RF do zabiegów artroskopowych, - automatyczne wykrywanie elektrody i ustawienie optymalnego poziomu mocy ablacji i koagulacji w zależności od jej typu, - wyposażony w system monitoringu temperatury rzeczywistej w stawie z możliwością ustawienia alarmu dźwiękowego na zadanym poziomie, - monitor dotykowy LCD wskazujący typ podpiętej elektrody, aktualny poziom ablacji i koagulacji ( 2 stopnie) oraz temperaturę rzeczywistą mierzoną przez elektrodę bipolarną lub w przypadku elektrody monopolarnej stopień przylegania elektrody biernej, - możliwość zmiany natężenia dźwięku bezpośrednio z głównego wyświetlacza, - zakres pomiaru temperatur 20-60 stopni C, - maksymalne napięcie przy ablacji bipolarnej 450W, przy ablacji monopolarnej 500W	1szt.	Tak	
24.	<b>Kabel zasilający 220 V</b>	6 szt.	Tak	
<b>Gwarancja i Serwis</b>				
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata		Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.		Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze		Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.		Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).		Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.		Tak	

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Cena jednostkowa brutto</i>	<i>Wartość ogółem netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość podatku VAT</i>	<i>Wartość ogółem brutto</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Kolumna artroskopowa – kompaktowy zestaw urządzeń	Kpl.	1						
<b>RAZEM</b>									

## **Pakiet nr 2**

### **Narzędzia laparoskopowe x 1 komplet**

Narzędzia przystosowane do sterylizacji w temp. 134°C

<b>Lp.</b>	<b>Opis przedmiotu</b>	<b>Ilość/ jednostka miary</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1.	<b>Narzędzia laparoskopowe</b>	1 Komplet zgodnie z ilością podaną poniżej	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)		Podać	
3.	Kraj producenta		Podać	
4.	Nazwa, model, typ		Podać	

5.	Rok produkcji 2023		Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)		Tak	
7.	Optyka laparoskopowa UHD 4K obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR; Kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 303-305 mm Oznaczenie kolorystyczne optyki i dedykowanej wiązki światłowodu. Optyka autoklawowalna wraz z dedykowanymi koszykami do sterylizacji	1 kpl.	Tak	
8.	Światłowody- Średnica światłowodu – 5 mm, długość min. 3 m Światłowód mocowany do optyki za pomocą mechanizmu snap-on Światłowód z oznaczeniem numerycznym oraz graficznym kompatybilności z dedykowaną optyką	1 kpl.	Tak, podać	
9.	Prowadnica trokaru 5,5 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem do insuflacji	2 szt.	Tak	
10.	Gwóźdź do trokaru 5,5 mm ze szpicem trójgraniastym	2 szt.	Tak	
11.	Prowadnica trokaru 10 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem do insuflacji	1 szt.	Tak	
12.	Prowadnica trokaru 10 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm, tubus gładki, z kurkiem do insuflacji	1 szt.	Tak	
13.	Prowadnica trokaru 10 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, tubus gładki, z kurkiem do insuflacji	1 szt.	Tak	
14.	Gwóźdź do trokaru 10 mm ze szpicem trójgraniastym	2 szt.	Tak	
15.	Gwóźdź bezpieczny do trokara 10 mm - część tnąca z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, kaniulowana, długość robocza trokara 181 mm - uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, długość robocza 184 mm	1 kpl.	Tak	
16.	Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm,	5 szt.	Tak	
17.	Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm	5 szt.	Tak	
18.	Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm	5 szt.	Tak	
19.	Prowadnica do instrumentów i ekstraktora, zastosowane do instrumentów 5,5 mm w trokarze 10 mm, długość robocza 170 mm	1 szt.	Tak	

20.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z przyłączem do diatermii Długość płaszczu 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury Typ: <b>Kleszcze „Maryland Dissector”</b> – obie bransze ruchome o długości min. 21 mm	1 szt.	Tak	
21.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z przyłączem do diatermii Długość płaszczu 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury Typ: <b>Kleszcze chwytające</b> – jedna bransza ruchoma o długości 21 mm	1 szt.	Tak	
22.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez przyłącza do diatermii Długość płaszczu 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury Typ: <b>Kleszcze atraumatyczne chwytające</b> – obie bransze ruchome o długości. 26 mm	1 szt.	Tak	
23.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z przyłączem do diatermii Długość płaszczu 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury Typ: <b>Kleszcze chwytające z zębami</b> – obie bransze ruchome o długości. 20 mm	1 szt.	Tak	
24.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt bez blokady z przyłączem do diatermii Długość płaszczu. 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury Typ: <b>Nożyczki "Metzenbaum"</b> – obie bransze ruchome o długości 23 mm	1 szt.	Tak	
25.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez przyłącza do diatermii Długość płaszczu 330 mm, średnica 5 mm, płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury. Wkład do kleszczyków preparacyjnych i chwytających, 5 mm, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, z okienkami, monopolarne, obie bransze ruchome i sprężynowe, do płaszczu o długości roboczej 330 mm	1 szt.	Tak	
26.	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360		Tak	

	stopni. Uchwyt z blokadą bez przyłącza do diatermii Długość płaszczka 327 mm, średnica 10 mm Typ: <b>Kleszcze chwytające ekstrakcyjne</b> 2/3 zęby , jedna bransza ruchoma o długości 49 mm	1 szt.		
27.	Elektroda hakowa monopolarna średnica 5 mm, długość 340 mm	1 szt.	Tak	
28.	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, 5mm , długość robocza 340 mm	1 szt.	Tak	
29.	<b>Imadła laparoskopowe</b> Komplet składający się z: - uchwytu „axialnego” blokowanego oraz odblokowywanego przez zaciśnięcie dłoni operatora – 2 szt. - płaszczka długości 330 mm - 2 szt. - wkładu „imadło laparoskopowe” wygięte w lewo – 1 szt. - wkładu „imadło laparoskopowe” wygięte w prawo – 1 szt. średnica 5 – 5,5 mm	1 kpl.	Tak	
30.	Ssak Rurka do ssania i sflukiwania, długość robocza 410 mm	1 kpl.	Tak	
31.	Igła Veresa długość 120 mm i średnica 2,1 mm	1 szt.	Tak	
32.	Kosz do przechowywania i sterylizacji narzędzi laparoskopowych Kosz mieszczący cały komplet oferowanych narzędzi, zawierający stojak wyposażony w uchwyty silikonowe ułatwiający segregację narzędzi na stoliku podczas zabiegu. Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 549 x 200 x 250 mm	1 kpl.	Tak	
33.	Klipsownica - średnica 10 mm, - długość robocza 340 mm. W komplecie z prowadnicą z kapturkiem uszczelniającym. oraz zestawem klipsów min. 18 magazynków	1 szt.	Tak	
34.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)		Tak	
<b>Gwarancja i Serwis</b>				
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata		Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.		Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze		Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie		Tak, podać	

	czasu.		
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kompletny zestaw narzędzi laparoskopowych	Kpl.	1						
					RAZEM				



### Pakiet nr 3

#### Napędy ortopedyczne wraz osprzętem x 1 komplet

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość/ jednostka miary	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>Napędy ortopedyczne</b>	1 Komplet zgodnie z ilością podaną poniżej	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)		Podać	
3.	Kraj producenta		Podać	
4.	Nazwa, model, typ		Podać	
5.	Rok produkcji 2023		Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)		Tak	
7.	<b>Napęd ortopedyczny wiertarski</b> - dwuprzyciskowy zasilany akumulatorowo - płynna regulacja prędkości obrotów wzrastających wraz z siłą nacisku na przycisk załączający, z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku na obudowie rękojeści - rękojeść posiadająca funkcje wiercenia (prawo, lewo), wkręcania (prawo, lewo), ruchy oscylacyjne - końcówki wiertarskie montowane zatraskowo w napędzie - rękojeść wyposażona w pierścień blokady zatraskowej posiadający wypustki ułatwiające wymianę złączek - moc maksymalna 275W - tryb wiercenia : prędkość maksymalna 1525 obr/min, moment siły 3,7 Nm -rozwiertaki 5:1 prędkość max 300 obr/min, moment siły 16,4 Nm -tryb oscylacyjny, max prędkość 750 obr/min, zakres wychylenia 0-270 stopni - tryb gwintowania : max prędkość 250 obr/min, moment siły 1,6-2,5Nm (do przodu), 3,7 Nm(wstecz)	1 szt.	Tak, podać	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- waga: max. 750g. Poziom hałasu: max 80 dB</li> <li>- napęd nie wymagający oliwienia</li> <li>- kompatybilny z bateriami sterylnymi i niesterylnymi do wyboru</li> <li>- spełniający normy IPEX 6,8,9 jednocześnie</li> <li>- możliwa sterylizacja rękojeści i baterii jednocześnie, w jednym pojemniku.</li> <li>- możliwość sterylizacji w temp. 134°</li> </ul>			
8.	<p><b>Napęd ortopedyczny piły oscylacyjnej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilany akumulatorowo</li> <li>-zakres wahania ostrza 4,5 stopnia.</li> <li>- gniazdo kołowo-owalne zapewniające wysoką stabilizację zatraskowo blokowanego ostrza</li> <li>- płynna regulacja prędkości ruchu ostrza wzrastająca wraz z siłą nacisku na przycisk załączający, z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku na obudowie rękojeści</li> <li>- możliwość ułożenia głowicy co 45 stopni</li> <li>- zakres prędkości 0-14 500 cykli/min.</li> <li>- waga max. 940 g</li> <li>- poziom hałasu max 85 dB</li> <li>- napęd nie wymagający oliwienia</li> <li>- kompatybilny z bateriami sterylnymi i niesterylnymi do wyboru</li> <li>- spełniający normy IPEX 6,8,9 jednocześnie</li> <li>- możliwa sterylizacja rękojeści i baterii jednocześnie, w jednym pojemniku</li> <li>- możliwość sterylizacji w temp. 134°</li> </ul>	1 szt.	Tak, podać	
9.	<p><b>Złączki do napędu wiertarskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasadka do drutów Kirshnera - 0,71 mm – 1,6 mm</li> <li>- nasadka do drutów Kirshnera - 1,8 mm – 4 mm</li> <li>- nasadka Jacobs ¼" (6,35 mm)</li> <li>- nasadka Jacobs Keyless (bezkluczkowy) ¼" - 0,635 mm</li> <li>- nasadka Large AO</li> <li>- nasadka Zimer Hudson 5:1</li> <li>- nasadka AO/ Trinkle</li> <li>- możliwość sterylizacji w temp. 134°</li> </ul>	po 1 szt. każdego rodzaju, razem 7 szt.	Tak	
10.	<p><b>Akumulator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterylizowalny w temp. 134°C</li> <li>- kompatybilny zarówno do rękojeści piły jak i wiertarki</li> <li>- pojemność: 2,5 Ah (amperogodzin)/33 Wh</li> <li>- napięcie: 13,2V</li> </ul>	2 szt.	Tak	

	- waga: 530g - typ: z fosforanem żelaza i litu			
11.	<b>Akumulator</b> - sterylizowalny w temp.134°C - kompatybilny zarówno do rękojeści piły jak i wiertarki. - pojemność: 1,1 Ah (amperogodzin)/15 Wh - napięcie: 13,2V. - waga: 335g - typ: z fosforanem żelaza i litu	2 szt.	Tak	
12.	<b>Ładowarka uniwersalna</b> - do baterii sterylizowalnych dużych i małych. - cztery stanowiska do ładowania niezależnego, równoczesnego. - wyświetlacz osobny dla każdego stanowiska ładowania wskazujący stan naładowania baterii, liczbę dotychczasowych cykli ładowania danej baterii oraz maksymalną temperaturę osiągniętą przez daną baterię - kabel zasilający	1 szt.	Tak	
13.	<b>Kosz/pojemnik sterylizacyjny</b> wraz z tacą wewnętrzną do pojemnika sterylizacyjnego	1 szt.	Tak	
14.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)		Tak	
<b>Gwarancja i Serwis</b>				
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata		Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.		Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze		Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.		Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).		Tak	

6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.	Tak	
----	---	-----	--

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Napędy ortopedyczne wraz z osprzętem	Kpl.	1						
<b>RAZEM</b>									

#### **Pakiet nr 4**

##### **Diatermia - aparat elektrochirurgiczny - 1 komplet**

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość/ jednostka miary	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>System elektrochirurgiczny</b> z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem	Komplet zgodnie z ilością podaną poniżej	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)		Podać	
3.	Kraj producenta		Podać	
4.	Nazwa, model, typ		Podać	

5.	Rok produkcji 2023		Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)		Tak	
7.	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną		Tak	
8.	Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7 mm		Tak	
9.	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz		Tak	
10.	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10%		Tak	
11.	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji		Tak	
12.	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF		Tak	
13.	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów		Tak	
14.	Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania		Tak	
15.	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu		Tak	
16.	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego		Tak	
17.	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9"		Tak, podać	
18.	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)		Tak	
19.	Możliwość regulacji jasności ekranu		Tak	
20.	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)		Tak	
21.	Komunikacja w języku polskim		Tak	
22.	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody		Tak	

	podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków			
23.	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim		Tak	
24.	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia		Tak	
25.	Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi		Tak	
26.	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)		Tak, podać	
27.	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą		Tak, podać	
28.	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy		Tak	
29.	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej		Tak	
30.	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu		Tak	
31.	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu		Tak	
32.	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego		Tak	
33.	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego		Tak	
34.	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym		Tak	
35.	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdnią z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l		Tak	
36.	Instrukcja w języku polskim		Tak	
<b>PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA</b>				

37.	Cięcie monopolarne z mocą 400 W		Tak	
38.	Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu		Tak	
39.	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia		Tak	
40.	Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W		Tak	
41.	Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray),		Tak	
42.	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej		Tak	
43.	Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W		Tak	
44.	Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych		Tak	
45.	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu		Tak	
46.	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia		Tak	
47.	Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l		Tak	
48.	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem		Tak	
49.	Koagulacja bipolarna z mocą 120W		Tak	
50.	Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych		Tak	
51.	Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej		Tak	
52.	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów		Tak	

53.	Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu		Tak	
54.	Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego		Tak	
55.	Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W		Tak	
56.	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych		Tak	
57.	Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia		Tak	
58.	Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym		Tak	
<b>WYPOSAŻENIE</b>				
59.	Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów	1 szt.	Tak	
60.	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm <sup>2</sup> , bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt.	50 szt.	Tak	
61.	Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m	1 szt.	Tak	
62.	Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4 m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji	10 szt.	Tak	
63.	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość ok. 160 mm, końcówka tępa 1mm	2 szt.	Tak, podać	
64.	Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi	2 szt.	Tak	
65.	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23 cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji	1 szt.	Tak	
66.	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16 cm,	3 szt.	Tak	



	przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji			
67.	Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi	4 szt.	Tak	
68.	Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi	1 szt.	Tak	
69.	Wielorazowa elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza ok. 25 mm, średnica 5 mm	2 szt.	Tak, podać	
70.	Wielorazowa elektroda argonowa do koagulacji, dł. ok. 320 mm, średnica 5 mm	1 szt.	Tak, podać	
71.	Kabel monopolarny laparoskopowy, dł. min. 3 m, gniazdo żeńskie 4 mm, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi	1 szt.	Tak, podać	
72.	Butla argonowa	1 szt.	Tak	
73.	Reduktor argonowy	1 szt.	Tak	
74.	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.	1 szt.	Tak	
75.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)		Tak	
<b>Gwarancja i Serwis</b>				
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata		Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.		Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze		Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.		Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).		Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.		Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Diatermia - aparat elektrochirurgiczny	Kpl.	1						
						RAZEM			

### **Pakiet nr 5**

#### **Resektoskop bipolarny z osprzętem - 1 komplet**

Lp.	Opis przedmiotu	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>Resektoskop bipolarny</b>	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Podać	
3.	Kraj producenta	Podać	
4.	Nazwa, model, typ	Podać	
5.	Rok produkcji 2023	Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)	Tak	
7.	Element pracujący resektoskopu bipolarnego pasywny do połączenia z płaszczem, długość całkowita 238 mm +/- 1,5 mm, długość robocza 203 mm +/- 0,8 mm	Tak, podać	
8.	Płaszcz wewnętrzny - rotacyjny 24/26 Ch do resektoskopu bipolarnego - ceramiczna, skośna końcówka o wzmocnionej trwałości - kod oznakowania żółty	Tak	

	- system „quick-lock”		
9.	<p>Płaszcz zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rotacyjny 26 Ch do resektoskopu bipolarnego</li> <li>- perforowane zakończenie</li> <li>- dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację</li> <li>- matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiający przyleganie lubrykantu i atraumatyczne wprowadzanie urządzenia</li> <li>- długość całkowita 212 mm+/- 1,5 mm</li> <li>- długość robocza 179 mm +/- 1 mm</li> <li>- średnica 8,8 mm,</li> <li>- system „quick-lock”</li> </ul>	Tak, podać	
10.	Obturator 24-24 Ch kompatybilny z płaszczem wewnętrznym	Tak	
11.	<p>Optyka HD+4K do resektoskopu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 4 mm</li> <li>- długość 302 mm</li> <li>- kąt patrzenia 30 °</li> <li>- obiektyw i okular wykonany ze szkła szafirowego</li> </ul>	Tak	
12.	<p>Elektroda bipolarna 24 Ch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typu pętla tnąca</li> <li>- zakrzywiona o 30 °</li> <li>- średnica 0,40 mm</li> <li>- kolor niebiesko- żółty</li> </ul>	Tak	
13.	<p>Elektroda bipolarna 24 Ch,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kulkowa do koagulacji</li> <li>- kolor niebiesko żółty</li> </ul>	Tak	
14.	Kabel bipolarny HF kompatybilny z diatermią Valleylab	Tak	
15.	<p>Światłowód</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 3,5 mm</li> <li>- długość 300 cm</li> <li>- adapter do optyki</li> <li>- adapter do źródła światła</li> </ul>	Tak	

16.	Kosz do sterylizacji resektoskopu i optyki - wykonany z siatki metalowej z pokrywą i wkładem metalowym wyposażonym w uchwyty silikonowe - wymiary kosza 480 x 250 x 70 mm, - wymiary wkładu 465 x 22 x 39 mm	Tak	
17.	Przystosowany do sterylizacji w temp. 134 °C	Tak	
18.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)	Tak	
<b>Gwarancja i serwis</b>			
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze	Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Resektoskop bipolarny z osprzętem	Kpl.	1						
<b>RAZEM</b>									

**Pakiet nr 6****Videoduodenoskop (HDTV)**

Lp.	Opis przedmiotu	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>Videoduodenoskop</b>	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Podać	
3.	Kraj producenta	Podać	
4.	Nazwa, model, typ	Podać	
5.	Rok produkcji 2023	Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)	Tak	
7.	Średnica kanału roboczego: 4,2 mm	Tak	
8.	Szerokość wziernika: 11,6 mm	Tak	
9.	Szerokość końca dystalnego: 13,0 mm	Tak	
10.	System higieny pozwalający w pełni szczotkować cały element dystalny	Tak	
11.	Wielorazowa, demontowalna i wymienna nasadka końcówki dystalnej endoskopu	Tak	
12.	Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	Tak	
13.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	Tak	
14.	Kąt obserwacji wstecznej: 12 stopni	Tak	
15.	Kąt obserwacji: min 100 st.	Tak	

16.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer		
17.	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak	
18.	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	Tak	
19.	System głębi ostrości: 4-60mm	Tak	
20.	Długość robocza: 1250mm	Tak	
21.	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	Tak	
22.	Wielorazowa, ściągana osłona końcówki dystalnej aparatu dająca możliwość precyzyjnego mycia i szczotkowania elementów mechanicznych końcówki (w tym elewatora) – zestaw 10 sztuk	Tak	
23.	Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak	
24.	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwości rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym lub transponderem magnetycznym do systemu rejestracji procesów mycia	Tak	
25.	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających i zabezpieczających styki elektryczne	Tak	
26.	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych, stosowanych w posiadanych myjniach, w tym: ANIOXYDE 1000, CLEANER ETD, DISINFECTANT ETD bez utraty gwarancji.	Tak	
27.	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	Tak	
28.	Współpraca z posiadanymi torami wizyjnymi EPK-i5500c	Tak	
29.	Współpraca z posiadanymi myjniami Endocleaner i Olympus	Tak	
30.	Współpraca z posiadanym systemem archiwizacji Endobox	Tak	
31.	Współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań endoskopowych EndoBox w pełnym zakresie (w tym rejestracja zdjęć oraz filmów z przycisków rękojeści endoskopu)	Tak	
32.	<b>Dodatkowe wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zawór ssący wielorazowy – 2 kpl</li> <li>▪ Zawór woda powietrze wielorazowy – 2 kpl</li> <li>▪ Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl</li> </ul>	Tak	

	Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl		
33.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)	Tak	
<b>Gwarancja i serwis</b>			
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze	Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Videoduodenoskop	Kpl.	1						
					<b>RAZEM</b>				

## Pakiet nr 7

### Myjnia dezynfektor

Lp.	Opis przedmiotu	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>Myjnia dezynfektor</b>	Tak	
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Podać	
3.	Kraj producenta	Podać	
4.	Nazwa, model, typ	Podać	
5.	Rok produkcji 2023	Tak	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe)	Tak	
7.	Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopu w temperaturze pokojowej bez konieczności podgrzania środka dezynfekcyjnego	Tak	
8.	Możliwość mycia i dezynfekcji	Tak	
9.	Możliwość rozbudowy o kolejne niezależne moduły	Tak	
10.	Transparentna pokrywa komory	Tak	
11.	Wyświetlacz, programator oraz tester szczelności (tester szczelności z funkcją utrzymania ciśnienia w przypadku małej nieszczelności co daje możliwość doprowadzenia procesu do końca.	Tak	
12.	Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów	Tak	
13.	Możliwość stosowania środków zarówno wielo lub jednorazowego użytku	Tak	
14.	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji	Tak	
15.	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym	Tak	



16.	Możliwość pracy na środkach opartych na kwasie nadctowym, aldehydzie lub poliaminie		
17.	Myjnia wyposażona w system filtrów	Tak	
18.	W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu)	Tak	
19.	Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym mycia, dezynfekcji, przedmuchu	Tak	
20.	Możliwość zaprogramowania min 4 indywidualnych programów mycia (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
21.	Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej	Tak	
22.	Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów	Tak	
23.	Komunikaty wyświetlane w języku polskim	Tak	
24.	Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji	Tak	
25.	1 zbiornik na środek dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego	Tak	
26.	1 zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności	Tak	
27.	Wbudowany zbiornik na wodę	Tak	
28.	1 zbiornik na detergent	Tak	
29.	Możliwość rozbudowy o dodatkowe o zbiornik na alkohol	Tak	
30.	Pełna współpraca z różnymi producentami endoskopów	Tak	

31.	System niezależnych pomp dozujących działających oddzielnie	Tak	
32.	Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody oraz system zmiękczenia wody o ile zachodzi taka potrzeba	Tak	
33.	Wymiary max 45x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga max 60kg	Tak	
34.	Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4 (załączyć potwierdzenie producenta)	Tak	
35.	Niezależne podłączenia każdej z komór do instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej (niezależne podłączenie wody oraz odpływu) co daje zupełną niezależność pracy w przypadku awarii jednego z modułów.	Tak	
36.	Zestaw przyłączy do posiadanych endoskopów serii EG38-i10cF, EG29-i10, GIF-Q	Tak	
37.	System znakowania endoskopów za pomocą czytnika RFID z informacją na wydruku o numerze ID dezynfekowanego endoskopu.	Tak	
38.	Myjnia wyposażona w system komputerowej rejestracji procesów mycia i dezynfekcji do posiadanego systemu endoskopowego EndoBox – w zestawie niezbędne wyposażenie z zewnętrznym komputerem typu AIO z okablowaniem zamontowanym w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji	Tak	
39.	Certyfikaty/atesty dopuszczające stosowanie na rynku polskim (min. CE)	Tak	
<b>Gwarancja i serwis</b>			
1.	Wymagany okres gwarancji 4 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godzin w dni robocze	Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	

6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty instalacji/uruchomienia urządzenia.	Tak	
----	---	-----	--

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Myjnia dezynfektor	Kpl.	1						
					RAZEM				

## FORMULARZ OFERTOWY

## 1. Dane dotyczące oferenta:

Nazwa .....

Siedziba .....

Tel. / fax. ....

NIP .....

REGON .....

E-mail .....

## 2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

## Pakiet nr 1

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

## Pakiet nr 2

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

## Pakiet nr 3

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

## Pakiet nr 4

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

## Pakiet nr 5

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

## Pakiet nr 6

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

**Pakiet nr 7**

**Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....

**(słownie brutto:** ..... **złotych).**

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie **do dnia 15 grudnia 2023r.**
5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.
6. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:

Pakiet nr 1

..... lat gwarancji

Pakiet nr 2

..... lat gwarancji

Pakiet nr 3

..... lat gwarancji

Pakiet nr 4

..... lat gwarancji

Pakiet nr 5

..... lat gwarancji

Pakiet nr 6

..... lat gwarancji

Pakiet nr 7

..... lat gwarancji

7. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: ..... tel. ...., e-mail.....
8. Oferta **zawiera/nie zawiera** \* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej **nie wiąże/wiąże\*** się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, po stronie Zamawiającego .....
10. Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest: **mikroprzedsiębiorstwem\***, **małym przedsiębiorstwem** \*, **średnim przedsiębiorstwem\*** **dużym przedsiębiorstwem\***.

11. Oświadczam, że **zamierzam/nie zamierzam\*** powierzyć następującej części zamówienia ..... podwykonawcom.....

12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

.....  
stanowisko

.....  
imię i nazwisko

13. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

*„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” \*\*\**

**\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.**

**\* - niepotrzebne skreślić**

.....  
imię i nazwisko podpis uprawnionego  
przedstawiciela oferenta

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
ul. Żeromskiego 28  
29-100 Włoszczowa

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp)

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego”, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt ..... SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie:

.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

*Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w przedmiotowym postępowaniu oświadczenie należy wykreślić. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....



**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
ul. Żeromskiego 28  
29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego**”, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w **SWZ**, w następującym zakresie tj. **dotyczy warunku udziału określonego w pkt ..... SWZ**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego”, , oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych*

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

*Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniu należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści*

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
ul. Żeromskiego 28  
29-100 Włoszczowa

**Wykonawca:**

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego**”, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp)*. Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

*Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniu należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał niezapełnienie jego treści*

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)*

### WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot, który reprezentuje w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli dostawy/usługi, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Lp.	Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie	Adres Zamawiającego	Terminy realizacji zamówienia	Wartość zamówienia brutto

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data .....

.....  
*Podpisy i pieczętki imienne przedstawicieli  
 Wykonawcy upoważnionych do jego  
 reprezentowania*

**„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej”**

W związku z udziałem w postępowaniu pn. **„Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego”**, jako **Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby\*** ubiegający się o udzielenie zamówienia  
..... (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;<sup>1</sup>
  
- 2) przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1689) z następującym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj.:<sup>1</sup>

.....  
.....

(nazwa i adres Wykonawcy, który przynależy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę)

Jednocześnie w celu wykazania braku podstawy wykluczenia składam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy wskazanego w pkt 2 powyżej.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić lub usunąć

<sup>2</sup> w przypadku złożenia oświadczenia w pkt 2 należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub przedstawić informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy przynależącego do tej samej grupy kapitałowej

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
ul. Żeromskiego 28  
29-100 Włoszczowa

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy Podmiotu udostępniającego zasoby\***  
**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,**  
**o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**  
**Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)**  
**w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego**”, prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ o których mowa:

- w art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp;
- w art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

pozostają aktualne oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję w dalszym ciągu brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

\* Niepotrzebne skreślić



**„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”**

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) ..... (nazwa i adres Wykonawcy)
- 2) ..... (nazwa i adres Wykonawcy)
- 3) ..... (nazwa i adres Wykonawcy)

w postępowaniu pn. .... oświadczamy, że:

- 1) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ spełnia:**

.....  
.....

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

**Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy/usługi, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.**

**UMOWA NR .... /.... /2023**  
**NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE**  
**WŁOSZCZOWIE**

zawarta we Włoszczowie w dniu .....2023 roku pomiędzy:

1. **Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II**, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 6561855908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

.....,

przy kontrasygnacie.....,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

2. ....

.....

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

.....

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia trybu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje:

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zwanego dalej urządzeniami/produktami w asortymencie, ilościach i cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (pakiet nr .....). Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą. Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany w roku 2023, kompletny, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane przepisami prawa polskiego atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu na terenie RP, a także nie jest przedmiotem egzekucji ani zabezpieczony zastawem. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu umowy nie mają żadnego tytułu prawnego osoby trzeciej.

W zakres Przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:

- 1) Zakup i dostawa kompletnego sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego,
- 2) Instalacja, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,
- 3) Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,
- 4) Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

## **§2 Wartość umowy**

1. Wartość niniejszej Umowy wynosi ..... (słownie:..... 00/100) zł netto plus należny podatek VAT (stawka VAT .... %) w wysokości ... zł, co daje wartość brutto: ..... (słownie: ..... 00/100) zł.
2. Urządzenia/Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą w cenach określonych w Załączniku nr 1.
3. Wynagrodzenie umowne ustalone w § 2 ust. 1 jest niezmiennie do zakończenia wykonania niniejszej Umowy.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  - 1) wartość przedmiotu Umowy,
  - 2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu medycznego,
  - 3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,
  - 4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,
  - 5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,
  - 6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,
  - 7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,
  - 8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
  - 9) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji,
  - 10) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

## **§ 3 Warunki płatności**

1. Płatność nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu Umowy, przelewem w terminie **30 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany w jej treści z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:
  - a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  - b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób;

- c) podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół lub oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
  5. Naruszenie zakazu określonego w ust. 3 i ust. 4, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.
  6. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

#### **§ 4 Warunki dostawy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **do dnia 15 grudnia 2023 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego, chyba że na pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników. W takim wypadku za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania sprzętu wraz oświadczeniem, że zapoznanie się użytkowników z instrukcją obsługi jest wystarczające dla bezpiecznej instalacji, montażu, uruchomienia i użytkowania urządzeń, a wynikiem z tego powodu ewentualne niewłaściwe użytkowanie nie będzie stanowić podstaw do odmowy napraw gwarancyjnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu medycznego do użytkowania.
5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  - 1) instrukcję obsługi sprzętu,
  - 2) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
  - 3) testy akceptacyjne (odbiorowe - jeśli wymagane),
  - 4) testy specjalistyczne sprzętu (jeśli wymagane),
  - 5) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,
  - 6) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy), paszporty techniczne,

- 7) licencje na oprogramowanie (jeśli wymagane),
- 8) protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca zgodnie z wzorem (załącznik nr 10 do SWZ).

#### **§ 5 Odpowiedzialność stron**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę przedmiotu Umowy oraz za dostarczenie wraz ze sprzętem, dokumentów wymienionych w warunkach dostawy.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw w tym praw autorskich w związku z realizacją niniejszej umowy

#### **§ 6 Gwarancja**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawa.
2. Wykonawca udziela .....lat gwarancji na dostarczony sprzęt (pakiet nr.....).
3. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie Umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.
6. Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 48 godzin w dni robocze. Nieprzystąpienie Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej w ustalonym Umową terminie lub nie usunięcie usterek w ustalonym Umową terminie, uprawnia Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Sądu, do dokonania naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.
8. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.
9. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie ..... lat gwarancji bezpłatnie, wszystkie wymagane przeglądy techniczne wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.
  - 1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia ww. czynności,

- 2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym).
11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.
13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do części zamiennych (dotyczy pakietu nr .....), materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
15. Montaż i obsługa serwisowa / gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

### **§ 7 Kary umowne**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych.
2. Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:
  - 1) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - 2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za niedostarczenie w terminie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - 3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za każde 24 godziny zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych i wymiany sprzętu na nowy o których mowa w § 6 ust. 6 i 8.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.
5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jednakże ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 Umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od Umowy.

### **§ 8 Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  - 1) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:
    - a) w przypadku niedostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 4 ust. 5.
    - b) w przypadku zwłoki z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego w § 4 ust. 1
  - 2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

### **§ 9 Ochrona danych osobowych**

1. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).
2. W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.
3. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia Umowy o niniejszej treści i że postanowienia Umowy nie naruszają praw osób trzecich.
5. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia, tj. ....
10. Formularz asortymentowo-cenowy i formularz ofertowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Włoszczowa, dnia .....

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU TOWARU**

**1. Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

**2. Wykonawca:**

.....

**3. Przedmiot dostawy:**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Typ/Model	Ilość
1			

**4. Podstawa wystawienia protokołu:** umowa nr .....

**5. Informacje dodatkowe:** .....

**Zamawiający odbiera towar bez uwag i zastrzeżeń i potwierdza spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia:**

- kompletność dostawy;
- pełną sprawność sprzętu;
- przyjęcie urządzenia do eksploatacji;
- należyte wykonanie zamówienia;
- dostarczenie urządzenia w stanie nieuszkodzonym

**Wartość zamówienia brutto: ..... zł**

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....  
Podpis i pieczęć Zamawiającego



