

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 22.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę ze skalą 50(60) ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę ze skalą rozszerzoną o minimum 20%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych o pojemności 5 ml skalowanych co 0,2 ml.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 960 op.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 5 ust. 4 poprzez dodanie zapisu o treści :

„(...)Różnica pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz innego podmiotu nie może przekroczyć 10% wartości reklamowanego towaru.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Jacek Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Ziałowa-Hajdyla

Chy