

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/21

Sucha Beskidzka dnia 07.07.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici i siatek chirurgicznych- uzupełnienie II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1- 11

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy który jest syntetycznym, niewchłaniającym szwem plecionym, wykonanym z włókien poliestrowych. Szwy są powlekane jednolicie silikonem, w celu uzyskania właściwości gładkości powierzchni i lepszej poręczności szwu. Rdzeń otoczony jest kilkoma spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka, co nadaje im wszelkie cechy niezbędne przy zabiegach implantacji sztucznego pierścienia zastawki?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 2 pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość szwu 150cm spełniające pozostałe zapisy SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 2 pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę posiadającą mocne zakończenie tnące z czterema krawędziami, które przechodzą w zaokrąglony, stopniowo zwężający się trzon. Igła umożliwi łatwe przejście przez twarde tkanki, minimalizując ich traumatyzację spełniające pozostałe zapisy SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 3 pakiet 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści szew o długości 75 cm spełniające pozostałe zapisy SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 4 pakiet 1 poz. 8

Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje 2x75 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 5 pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści воск kostny w płatkach 2,95 g?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczowski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek