

COZL/DZP/AK/3411/PN-141/23

Lublin, dnia 14.11.2023 r.

„Dzierżawa robotycznego systemu chirurgicznego wraz z bieżącym świadczeniem usług serwisowych oraz z wyposażeniem do wykonywania zabiegów chirurgicznych z sukcesywną dostawą narzędzi i akcesoriów jednorazowych.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy Paragraf 1 ustę 4 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Zmiana zapisu podpunktu 4 z :

(...) system robotyczny wraz z towarem będą wolne od wad prawnych, tj. nie będą przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie będą przedmiotem postępowań sądowo-administracyjnych, których konsekwencją mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie praw Wykonawcy do rozporządzania nimi.(...)

na:

1) system robotyczny wraz z towarem nie będą przedmiotem postępowań sądowo-administracyjnych, których konsekwencją mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie praw Wykonawcy do rozporządzania nimi.

Oferent planuje pozyskanie finansowania zewnętrznego na zakup dedykowanego systemu dla realizacji zadania, zatem musi uwzględnić ewentualne ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu finansującego. Ponadto umowa dzierżawy systemu robotycznego jest umową zawartą na czas określony i system chirurgii robotycznej nie przechodzi na własność podmiotu dzierżawiącego. W takim wypadku podmiot udzielający w dzierżawę system chirurgii robotycznej wspiera się zabezpieczeniem bankowym, który zapewni możliwość terminowej realizacji umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §1 ust. 4 pkt 4 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 2:

Dotyczy: Paragraf 1, ust.4 Załącznik nr 3– Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia (m.in. wózek jezdny na monitor), które nie podlegają pod ustawę o wyrobach medycznych, a co za tym idzie nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają znaku CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Paragraf 2 ustęp 1 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie dwóch stawek VAT (8 i 23%) wynikających z dzierżawy sprzętu medycznego oraz drobnych składowych przedmiotu umowy (stawka 23% VAT) oraz usługi serwisu gwarancyjnego przedmiotu umowy (stawka 8% VAT).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Paragraf 2 ustęp 2 b, c, d w zakresie zapisu „oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi” Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wykreślenie powyższego zapisu. Producent systemu chirurgii robotycznej, po zakończeniu indywidualnej ścieżki szkoleniowej operatora oraz pierwszego asystenta, po skutecznym zaliczeniu egzaminu skutkującym wystawieniem przez Producenta certyfikatu – tym samym dopuszcza certyfikowanych lekarzy (operatora i asystenta) do bezpiecznego korzystania z systemu chirurgii robotycznej w polu operacyjnym z wykorzystaniem narzędzi chirurgii robotycznej. Producent i autoryzowany przedstawiciel na rynku polskim- nie są zobowiązani „innymi uwarunkowaniami prawnymi” dotyczącymi np. dyplomu lekarskiego, znajomości sztuki chirurgii i doświadczenia operacyjnego lekarzy operatorów i asystentów – dopuszczającymi lekarzy do pracy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 5:

Paragraf 2 ustęp 5-10 Załącznik Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

W zakresie swojej odpowiedzialności za terminową zapłatę za wykonane usługi i dostawy Zamawiający zaproponował bardzo jednostronne zapisy, które czynią Umowę nierównoważną dla Stron. W konsekwencji proponowanych zapisów Oferent poniesie wyższe koszty, zatem będzie to miało wpływ na cenę oferty. W przypadku braku terminowych płatności Zamawiającego Oferent będzie pozbawiony typowych środków ochrony i tym bardziej obciążą go wyższe koszty kapitału. Czy Zamawiający wziął to pod uwagę planując budżet postępowania?

Szczególnie krytycznym zapisem dla Spółki dystrybucyjnej jest wymóg utrzymania ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji potencjalnego braku ciągłości finansowania świadczonych dostaw oraz usług przez Zamawiającego – wnosimy o wykreślenie ustępu 5 z paragrafu 2.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6:

Paragraf 3 ustęp 6 w zakresie zapisu „Szkolenia określone w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się zakończyć pisemnym potwierdzeniem kwalifikacji każdego z uczestników” - Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że potwierdzeniem kwalifikacji każdego z uczestników jest certyfikat wystawiony przez Producenta dla lekarza operatora i lekarza pierwszego asystenta – z bezpiecznej obsługi systemu chirurgii robotycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem kwalifikacji jest certyfikat dla wszystkich członków zespołu.

Pytanie 7:

Paragraf 3 ustęp 11 w zakresie zapisu „Realizacja każdorazowego zamówienia musi być dokonana jednorazowo” - Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu „(...)musi być dokonana jednorazowo”. W wyjątkowych sytuacjach związanych z uzupełnieniem stanu magazynowego dostawcy oraz dostaw bezpośrednich z magazynów europejskich bezpośrednio do Zamawiającego – zwracamy się z prośbą o uwzględnienie możliwości dostawy jednego zamówienia w transzach z różnych miejsc nadania w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 9 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 8:

Paragraf 4 ustęp 1 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie warunków gwarancji i sposobu rozpatrywania reklamacji przez producenta narzędzi wielokrotnego użytku i endoskopów robotycznych i wprowadzenie poniższej propozycji do warunków gwarancji §4 pkt 1:

W przypadku narzędzi robotycznych wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych:

- Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę uszkodzenia mechanicznego na podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej podstawie rozpatruje reklamację,
- w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku (tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1)
- proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 40 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia).
- zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,
- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,
- Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji.

Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub ilość „użyć, podpaień, zamknięć, klipnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku od daty dostawy do Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku endoskopów robotycznych, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego endoskopu zastosowanie ma następująca procedura producenta endoskopów robotycznych:

- na czas rozpatrzenia reklamacji Producent dostarcza endoskop zastępczy o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ (posiadający gwarancję producenta),
- po zakończonej procedurze reklamacyjnej (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta) : endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego
- po zakończonej procedurze reklamacyjnej (w przypadku udowodnienia przez laboratorium techniczne uszkodzenia mechanicznego powstałego na skutek niewłaściwej, z opisaną w instrukcji użytkownika procedurą obsługi endoskopu) – reklamowany endoskop pozostaje naprawiony przez producenta i pozostaje w jego władaniu. W tym wypadku - Producent ma prawo do wystawienia faktury za naprawę reklamowanego endoskopu. Natomiast endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego.
- proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego endoskopu).
- zgłoszenie uszkodzenia endoskopu robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania endoskopu do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,
- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia endoskopu robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,
- Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowany endoskop robotyczny, które zostaje niezwłocznie dostarczony do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 1 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 9:

Paragraf 5 pkt 1 i 3 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Biorąc pod uwagę wysoką wartość poszczególnych elementów zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów umowy na następujące:

(...)

a) za zwłokę w dostawie partii (części) towaru w wysokości 0,05% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii (części) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.

b) za zwłokę w dostawie zareklamowanej partii (części) towaru w wysokości 0,05% wartości brutto zareklamowanej partii (części) za każdy dzień zwłoki w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy.

c) za zwłokę w dostawie systemu robotycznego w celach szkoleniowych w wysokości 0,05% wartości brutto kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.

d) za zwłokę w dostawie systemu robotycznego w celu przeprowadzenia zabiegów w wysokości 0,05% wartości brutto kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.

(...)

2. Kary umowne przewidziane niniejszą umową mogą się sumować lecz nie mogą przekraczać 15% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w zakresie przewyższającym kary umowne na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10:

Paragraf 8 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dodanie następujących zapisów:

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:

- a) w zakresie parametrów bądź innych cech charakterystycznych „Towaru” (czyli: narzędzi jedno- i wielorazowego użytku, akcesoriów jedno- i wielorazowego użytku), w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru (istotne ograniczenie dostępności na rynku), przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru;
- b) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
 - Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
 - Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
 - Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych
 - W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11:

Paragraf 2, ustęp 2 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu:

„Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od zakończenia miesiąca, za który należna jest zapłata.”

na następujący:

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie wcześniej, niż po zakończeniu miesiąca, za który należna jest zapłata.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 2 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 12:

Paragraf 10 Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dodanie następujących zapisów:

Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §10 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 13:

Dotyczy SWZ rozdział VI przedmiotowe środki dowodowe:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w materiałach informacyjnych (wskazanych przez Zamawiającego kartach katalogowych, opisach technicznych) któryś z parametrów nie będzie opisany lub opis może być traktowany jako niejasny lub nie będzie możliwe uzyskanie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia autoryzowanego dystrybutora lub wykonawcy potwierdzającego wymagany punkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zmiana Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy – Strony zamienne w załączeniu.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.