



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraków, dn. 14.06.2024 r.

L.dz.DZiK-DZP.2921.38.2024

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu weterynaryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**, nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.38.2024**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniu 13.06.2024 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia **w zakresie zadania nr 2 – myjka ultradźwiękowa**.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość 37 kHz?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie L.dz.DZiK-DZP.2921.38.2024 z dnia 13.06.2024 r. dotyczące myjki w pytaniu nr 1b w ten sposób, **że dopuszcza myjkę o częstotliwości ultradźwięków 37 kHz**.

Kanclerz

mgr /-/ Marcin Gałań