



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zgierz, dn.12.07.2019r.

Nr sprawy: PN/XXVI/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup aparatury medycznej z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Paręczewska 35 z podziałem na pakiety w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Sprostowanie

do Wyjaśnień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.07.2019r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Paręczewska 35 informuje, iż w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz/proceedings w dniu 08.07.2019 roku w pytaniu nr 9 udzielono błędnej odpowiedzi.

Jest:

Pytanie 9, dot. Pakietu 2: Pkt. 43 Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O₂ w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej?

Odpowiedź: Tak.

Winno być:

Pytanie 9, dot. Pakietu 2: Pkt. 43 Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O₂ w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Z poważaniem

Agnieszka Józwik

(podpis kierownika Zamawiającego)