




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51
☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
IP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 13 września 2024 r.

Znak postępowania: 22/TP/2024

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na **Zakup i dostawę rękawic dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II** wybrano najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia:

Część 1 – rękawice sterylne (apteka)

Streszczenie oceny:

Oferta dla części 1		Cena (C) 100 %	Ocena %
1	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek 28-100 Busko-Zdrój, Langiewicza 80 NIP 6550002119	98 458,20 zł	100 %

Wybrano ofertę Wykonawcy: **ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek** z ceną brutto: 98 458,20 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 239 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złożono jedną ofertę w postępowaniu dla części 1, spełniającą wymogi SWZ.

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta w dniu 16 września 2024 r.

Część 2 - rękawice diagnostyczne niesterylne (magazyn)

Streszczenie oceny:

Oferta dla części 2		Cena (C) 100%	Ocena %
1	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek 28-100 Busko-Zdrój, Langiewicza 80 NIP 6550002119	279 741,60 zł	---- %
2	MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, NIP 6771036424	283 176,00 zł	100 %

Wybrano ofertę Wykonawcy: **MERCATOR MEDICAL S. A.**, ul. Borkowa 12; 05-840 Brwinów z ceną brutto: 283 176,00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 239 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta wybranego wykonawcy jest najkorzystniejsza w kryteriach oceny w postępowaniu dla części 2, spełniającą wymogi SWZ. Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta w dniu **19 września 2024 r.**

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 5) odrzucił ofertę ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek.

Uzasadnienie:

Wykonawca ARMED w poz. 2 złożyła ofertę na dostawę rękawic które nie spełniają wymagań przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności, rękawice zaoferowane przez ARMED cechuje: mniejsza niż wymagał zamawiający grubość rękawic; mniejsze siły zrywu – zamawiający wymagał rękawic cechujących się siłą zrywu przed starzeniem 28N oraz po starzeniu 24N. Zaoferowane rękawice cechują się siłą zrywającą (N) przed starzeniem 20, po starzeniu 18; mniejsza ilość badań na przenikanie cytostatyków w porównaniu do wymagań SWZ

Sporządził: Stanisław Żak (DZP)

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II.....
Grzegorz Kaleta