



**SEKCJA DS. APARATURY
NAUKOWO – BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ**

Poznań, 25.06.2024 r.

nr postępowania: **AZ.262.1080.2024**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

pn. Zakup i dostawa chromatografu preparatywnego

1. Na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Punkt 2 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w dodatkową pompę próby o wydajności przepływu do 150ml/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym 5 MPa. Zastosowanie wyższych wartości przepływu z jednoczesnym niższym ciśnieniem (niż wymagane w opisie) nie wpłynie negatywnie na wyniki znanych Sprzedającemu aplikacji stosowanych w preparatyce białek. Ponadto, stosowanie niższych ciśnień przy wysokich wartości przepływu jest bezpieczniejsze dla stosowanych kolumn i złożeń chromatograficznych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego urządzenia.

Pytanie 2.

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Punkt 3 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w pompy systemowe o maksymalnym przepływie do 300ml/min i maksymalnym ciśnieniu 5 MPa. Zastosowanie wyższych wartości przepływu z jednoczesnym niższym ciśnieniem (niż wymagane w opisie) nie wpłynie negatywnie na wyniki znanych Sprzedającemu aplikacji stosowanych w preparatyce białek. Ponadto, stosowanie niższych ciśnień przy wysokich wartości przepływu jest bezpieczniejsze dla stosowanych kolumn i złożeń chromatograficznych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego urządzenia.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w załączniku SWZ, rozdział 9, punkt 1. d) na wykazanie "co najmniej dwóch dostaw systemów lub urządzeń laboratoryjnych do badań naukowych lub diagnostycznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



**SEKCJA DS. APARATURY
NAUKOWO – BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ**

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w załączniku SWZ, rozdział 9. punkt 1. d) na "wykazanie co najmniej dwóch dostaw zestawów chromatograficznych o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każda"?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść SWZ Rozdział 9 punkt 1 d:

Przed zmianą:

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej dwóch dostaw zestawów chromatograficznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda.**”

Po zmianie:

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej dwóch dostaw zestawów chromatograficznych o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każda.**”

2. Powyższa zmiana prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający, zgodnie z art. 271 ust. 1 zmienia ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja została zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan. W pozostałym zakresie SWZ i załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
mgr Barbara Kosakowska