

Katowice, dn. 25.06.2021r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 2,
Nr sprawy: ZP-21-040UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. 1 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy wykonanych z folii o grubości 50 mikronów, długość ochraniacza – 50 cm, posiadających specjalny pasek antypoślizgowy na podeszwie?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 2 Załącznik nr 1

Czy zamawiający dopuści buty (ochraniacze) wysokie 56 cm, wykonane z tkaniny SMS, podeszwa antypoślizgowa z 2 paskami na całej długości powierzchni. Ochraniacze przeznaczone do procedur medycznych

Odp.: Zamawiający dopuszcza 2 paski antypoślizgowe na całej długości powierzchni z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 3 Załącznik nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 48cm x31cm zgodne z norma en 14126 ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 4 Załącznik nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z folii o grubości 70 mikronów w rozmiarze uniwersalnym wysokość 38cm x45cm

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 5 Załącznik nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy bez pasków antypoślizgowych?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 6 Załącznik nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy z dwoma paskami antypoślizgowymi?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

Pyt. 7 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy foliowych grubości 70 mikronów w rozmiarze uniwersalnym wysokość 38cm x45cm

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 8 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy wysokich bez możliwości wiązania jedynie na gumkę?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 9 Załącznik nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego zgodnego z norma en 13795?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny smms?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 11 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wiązanego przy szyi na trok?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 12 Załącznik nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli przedoperacyjnej wykonanej z włókniny smms?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 13 Załącznik nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli przedoperacyjnej wykonanej z włókniny sms?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 14 Załącznik nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli przedoperacyjnej w rozmiarze 110-120 (+/-10cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza koszule przedoperacyjne o długości od 100cm do 130cm.

Pyt. 15 Załącznik nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kompletu bluza +spodnie wykończone lamówka w kolorze ubrania?

Odp.: Zamawiający oczekuje wykończenia lamówką w kolorze ubrania lub w kolorze oznaczającym rozmiar.

Pyt. 16 Załącznik nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kompletu bluza +spodnie z 3 kieszeniami na koszuli?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pyt. 17 Załącznik nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kompletu bluza +spodnie wykonanego z włókniny smms?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pyt. 18 Załącznik nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka o gramaturze 20g/m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 19 Załącznik nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka pakowanego w worek foliowy?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 20 Załącznik nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu clip?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 21 Załącznik nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka bez możliwości regulowania głębokości?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 22 Załącznik nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha tzw przedniaka?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 23 Załącznik nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha jako soi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 24 Załącznik nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha foliowego bez rękawów na szyje zabudowanego?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 25 Załącznik nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego z ręczniczkami o wymiarach 30x40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 26 Załącznik nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha smms 43g + wzmocnienie 40g/m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 27 Załącznik nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z wytrzymałością na wypychanie na mokro materiał 133 kPa, szwy 161 kPa?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 28 Załącznik nr 11 poz. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o długości 150cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ. Taka długość fartucha jest w pozycji 1c.

Pyt. 29 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha odpornego na dla: Dacarbazine 10 mg/ml, 5-Fluorouracil 50 mg/ml, Etoposide 20mg/ml?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 30 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w kolorze białym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 31 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha ochronnego przeznaczonego do kontaktu przy zastosowaniu cytostatyków do obserwacji w czasie 8 godzin dla :

Dacarbazine 10mg/ml

5-fluorouracil 50mg/ml

Tożsamego do Amethopterin hydrate- Methotrexate i Methotrexate hydrate 25mg/ml

Etoposide 20mg/ml

Kolor niebieski?

Odp.: Zgodnie z SWZ.