



SZPZLO/DZP.261.96.2023

Warszawa, dn. 21.07.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. „**Dostawa sprzętu fizjoterapeutycznego do Centrum Rehabilitacji**” Znak sprawy: SZPZLO/Z-28/2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

Pytanie nr 1.

dotyczy: część nr 2 – Dostawa sprzętu do rehabilitacji, poz. 1 - Bieżnia rehabilitacyjna Czy dopuszczą Państwo bieżnię wyposażoną w 14 różnych programów treningowych, w tym sterowanych tętnem na różnym poziomie ale nie wyposażoną w dedykowany program VO2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika 1.2 do SWZ dla poz. 1 w pkt 11 nadając mu aktualne brzmienie *“Programy terapeutyczne: - interwałowy, - HR, - VO2, - predefiniowany przez użytkownika, - manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika lub programy terapeutyczne: - interwałowy, - HR, - predefiniowany przez użytkownika, - manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika”*

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONA PRZEZ
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer

