

Szanowna Pani,
poniżej odpowiedzi na pytania.
Dotyczy postępowania: Znak sprawy: 1/HERBARIUM/2021

Zamrażarki szufladowa – zadanie 1

Pyt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemności użytkowej urządzenia 268 L i wymiarach zewnętrznych (Sz x G x W) 717*710*1745mm ? Jedynie wysokość jest o 55mm mniejsza od wymagań Zamawiającego, przy czym pojemność użytkowa jest większa od wymagań Zamawiającego.

odp. Tak

Pyt.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur od -20 do -40 0C z funkcją szybkiego mrożenia, co jest funkcją korzystną dla Zamawiającego.

Zamrażarka z funkcją „SZYBKIE ZAMRAŻANIE” co pozwala sprężarce na ciągłą pracę (nie dłużej niż 3 godziny), dzięki czemu zamrażarka może osiągnąć niskie temperatury w możliwie najkrótszym czasie.

Można użyć tej funkcji, gdy dodawana jest do zamrażarki znaczna ilość niezamrożonych produktów.

odp. Tak

Pyt. 3

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Czy jest winda towarowa w budynku?

Jakiej wielkości są otwory wejściowe?

Czy są inne przeszkody architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

Odp. Zamrażarka będzie umieszczona na parterze budynku, bez przeszkód architektonicznych, otwory wejściowe są szerokości od 90 cm do 100 cm.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z poziomem hałasu 58 dB ?

Odp. Nie, to zdecydowanie za głośno dla pomieszczenia, w którym stale przebywają pracownicy.

Pyt. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki o zużyciu energii 6 kWh/24. Zamrażarka jaką chcemy zaproponować jest urządzeniem profesjonalnym spełniającym normy IEC 60335-2-89

EN-61000-6-1:2007

EN 61000- 6- 3: 2007+ A1

EN 60335-2-89:2010

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

Annex I of 2006/42/EC

odp. Tak

Pyt. 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki z 6 koszo-szufladami

odp. Tak

Pyt.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z drzwiami prawostronnymi bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.

odp. Tak

Pyt.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki bez oświetlenia LED. Profesjonalne zamrażarki nie są wyposażone w oświetlenie LED.

odp. Tak

z wyrazami szacunku

Małgorzata Bąk