

DEZ/433/2023

Jelenia Góra 14.04.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych – dla Oddziału
Otorynolaryngologicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej
Nr referencyjny: ZP/PN/18/03/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Czy w pakiecie nr 16 – Zestaw do kyfoplastyki przezskórnej dwubalonowej,

Zamawiający dopuści zaferowanie przedmiotu zamówienia wg następującego opisu:

- atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ściany trzonu podczas wypełniania balonu;
- zintegrowany, elastyczny i niezaginający się mandryn, niewymagający wysuwania podczas ponownego wprowadzania cewnika, eliminując możliwość przekłucia balonu;
- mocne i odporne na przebicie balony o średnicy 16mm, długościach 16/22mm i ciśnieniu roboczym 400PSI (27Bar) umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i precyzyjne modelowanie trzonu;
- automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego;
- niewspółosiowa konstrukcja trzonu cewnika (2 oddzielne kanały) stabilizująca balon i cewnik nie powodując niekontrolowanego wydłużenia balonu pod ciśnieniem;
- podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu i względem roboczej kaniuli;
- różnokolorowe kodowanie elementów składowych zestawu ułatwiające szybką identyfikację poszczególnych elementów systemu zgodnie z sekwencją zabiegu;
- dostępność sterylnych zestawów standardowych oraz oddzielnie pakowanych poszczególnych elementów systemu z możliwością indywidualnej konfiguracji.

Skład standardowego zestawu do zaopatrzenia jednego poziomu:

- kaniula dostępowa z mandrynem - 2 szt.
- igła biopsyjna z mandrynem - 1 szt.
- wiertło kostne - 1 szt.
- kaniula wypełniająca z tłokiem - 6 szt.
- podajnik ciśnieniowy - 2 szt.
- strzykawka próżniowa - 1 szt.
- cewnik z balonem - 2 szt.
- cement kostny - 1 op.
- mieszalnik do cementu - 1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy w trybie pilnym z 24 godzin na 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Wymóg dostawy sprzętu w terminie 24 godzin wyklucza wzięcie udziału w postępowaniu firm, których centra logistyczne znajdują się poza granicami kraju. Jednocześnie zaznaczamy, że produkty ujęte w pakiecie nr 1 nie są produktami używanymi w celu ratowania życia pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Prosimy o wykreślenie § 4 ust 14 i 15. Mając na względzie art. 379 § 2 Kodeksu cywilnego : „Świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”, jak również brzmienie art. 353[1] Kodeksu cywilnego, który stanowiąc, iż: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”, który de facto zakazuje kształtowania stosunków zobowiązaniowych w sposób sprzeczny z ich naturą oraz obowiązującymi przepisami, a także zważywszy na postanowienie art. 450 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: „Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes”. Powyższe punkty wykluczają wzięcie udziału w postępowaniu firm, których centra logistyczne znajdują się poza granicami kraju i które obsługują więcej niż jeden kraj.

Zaznaczam również, że nie wszystkie firmy wystawiają faktury ręcznie zazwyczaj jest to proces ustrukturyzowany, gdzie faktura drukowana jest automatycznie zaraz po spakowaniu sprzętu, co uniemożliwia połączenie faktur.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3

Bardzo prosimy o zmianę § 6 ust. 6 na:

„ W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % **wartości netto** nie zrealizowanej w terminie dostawy. Podany we wzorze umowy zapis § 6 ust. 6 rażąco narusza dobre praktyki współpracy między dostawcami a placówkami służby zdrowia. Prosimy o ewentualną zmianę zapisów, iż kary umowne zostaną potrącone z odsetek za nieterminowo spłacane należności ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramę C zawierający dodatkowo m2 taśmy przylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

Prosimy o wydzielenie w pakiecie 3 pozycji nr. 1,2 .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 5

Pytanie Nr 1

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści tytanowe płytki szyjne w rozmiarach od 20 do 80 mm, stopniowane nie więcej niż co 3 mm; Grubość płytki poniżej 1,6 mm. Szerokość płytki poniżej 16 mm; Możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących. Śruby samogwintujące oraz samotnące o średnicach 4 i 4,5 mm, dostępne w długościach min. od 10 do 24mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym.

ZESTAW NR 6

Pytanie Nr 1

Pakiet 20 poz1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego pokrowca na ramię C pasującego do wszystkich typów urządzeń. Nadaje się idealnie do stosowania ze sprzętem, w którym można spotkać różne ramiona typu C — od starszych modeli do najnowocześniejszych urządzeń tj. jednorazowej sterylnej osłony na ramię C w skład której wchodzi: zestaw pokrowców z regulowanymi klipsami na ramię C 12", 3 części, pokrywający wzmacniacz obrazu/płaski detektor, urządzenie rentgenowskie i ramię „C”(pokrowiec na łuk 250 x 50 cm z klipsami umożliwiającymi łatwe mocowanie na łuku oraz 2 worki z elastyczną gumką 91 x 76 cm). Produkt nie posiadający naklejek do dokumentacji. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw (3 części)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Pakiet 21 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej jednorazowej osłony na sprzęt medyczny tj. worka (sterylnego) w kształcie prostokąta, posiadającego elastyczną gumkę oznaczoną kolorem brązowym ułatwiającą zakładanie osłony w rozmiarze 95 x 85 cm. Produkt nie posiadający naklejek do dokumentacji. Osłona może być stosowana na ramieniu C, wykonana z przezroczystego materiału polimerowego gwarantującego doskonałą widoczność, nie powoduje zaburzenia obrazu. Opakowanie bezpośrednie: 1 szt. Opakowanie zbiorcze 80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 3

Pakiet 21 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej jednorazowej osłony na sprzęt medyczny tj. worka (sterylnego) szytego na okrągło, posiadającego elastyczną gumkę oznaczoną kolorem różowym ułatwiającą zakładanie osłony w rozmiarze 50 x 100 cm. Produkt nie posiadający naklejek do dokumentacji. Osłona może być stosowana na ramieniu C, wykonana z

przezroczystego materiału polimerowego gwarantującego doskonałą widoczność, nie powoduje zaburzenia obrazu. Opakowanie bezpośrednie: 1 szt. Opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Pakiet 21 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie sterylnej jednorazowej osłony na sprzęt medyczny tj. worka (sterylnego) w kształcie prostokąta, posiadającego elastyczną gumkę oznaczoną kolorem turkusowym ułatwiającą zakładanie osłony w rozmiarze 95 x 130 cm. Produkt nie posiadający naklejek do dokumentacji. Osłona może być stosowana na ramieniu C, wykonana z przezroczystego materiału polimerowego gwarantującego doskonałą widoczność, nie powoduje zaburzenia obrazu. Opakowanie bezpośrednie: 1 szt. Opakowanie zbiorcze 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 5

Dot. SWZ rozdział 14 pkt. 3a

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez Zamawiającego w rozdziale 14 pkt.3a zwracamy się z prośbą o wyrażenia zgody na dopisek o treści: „, Wadium – postępowanie nr ref: ZP/PN/18/03/2023”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6

Dot. zał. nr 2 Oferta

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktu 1 formularza Oferta. Czy w przypadku przystępowania do kilku pakietów należy skopiować dla każdego z tych pakietów punkt 1 i 2 (punkt 2 również dla każdego pakietu ze względu na fakt, że w zakresie różnych pakietów Oferent może wskazać różny termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji odnoszący się tylko do danego pakietu)?

Odpowiedź: W przypadku przystąpienia Wykonawcy do kilku pakietów należy skopiować dla każdego z tych pakietów punkt 1 Formularza ofertowego. W przypadku wskazania różnych terminów dostawy i terminu rozpatrzenia reklamacji odnoszących się do poszczególnych pakietów, do których przystępuje Wykonawca, należy skopiować dla każdego z tych pakietów punkt 2 Formularza ofertowego.

Pytanie Nr 7

Dot. wzoru umowy §3 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw CITO do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 8

Dot. wzoru umowy §3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie godziny dostawy do Apteki WCSKJ do godziny 13:30 w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 9

Dot. wzoru umowy §5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 10

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 6 w sposób następujący:

6.W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 20 % wartości umowy netto.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 11

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 8 poprzez wykreślenie części treści:

8.Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12

Dot. wzoru umowy §6 ust.10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 10 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania o brzmieniu „W przypadku realizacji uprawnienia do nabycia zastępczego Zamawiający zobowiązany jest dokonać go po cenie nie wyższej niż 10% od wartości brutto danego towaru wynikającej z niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 13

Dot. wzoru umowy §9 ust.1a

Zwracamy się z prośbą o dodanie do ust.1a zapisu o następującej treści:

1a.Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 7

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 7, 8 wzoru umowy:

6. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy.

7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 2 % wartości całej umowy netto. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 1)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. §1 ust.1)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §1 ust. 1)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 8

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 “Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna”, implanty o poniższych parametrach:

1. Implanty tytanowe do dynamicznej stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym;
2. półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych;
3. stabilizator jednoczęściowy, osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących;
4. implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;
5. stabilizatory dostępne w dwu odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;
6. dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;
7. możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;
8. stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;
9. możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;
10. stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach;
11. zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu;
12. zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać:
 - a/ narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją;
 - b/ narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu;
13. zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie;
14. implanty (po 2 szt. z każdego wymiaru) przekazane do Kliniki wraz z instrumentarium w formie depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 “Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna”, implanty o poniższych parametrach:

1. Zamiast “mechanizmu klamrowego” (punkt 1.5 pakiet nr 10 załącznik nr 1 do SWZ) – inny mechanizm implantacji polegający na rozkładaniu ramion stabilizatora podczas implantacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym

2. Punkt 1.11 Pakiet nr 10 załącznika nr 1 do SWZ – w każdym implancie trzy otwory do mocowania narzędzia wprowadzającego?
3. Pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Różnice prosimy zaznaczyć na Formularzu asortymentowo – cenowym

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ