



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY[®]
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of
HHealth
Promoting
Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 29.06.2021 r.

SPS – V. 262.45.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na usługę serwisowania aparatów do hemodializ w Stacji Dializ Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

(Nr sprawy SPSSZ/25/U/21)

Pytanie:

Czy Zamawiający ma na myśli w pozycji 4. "uzdatniacz wody" - system wstępnego uzdatniania wody z wyłączeniem systemu centralnej odwróconej osmozy?

Odpowiedź: TAK.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.