

Ldz. 26/2022

Olsztyn, dnia 10.01.2021r.

Nr postępowania: 372/2021/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym nr 372/2021/PN/DZP pt. „Dostawa sukcesywna materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści maseczkę na gumki?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maseczek na gumki.

Pytanie nr 2

Załącznik

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie załącznika 1 – na poszczególne pozycje? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 51-59,62-71,125-126,162-167,181-182,196 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

załącznik 1, poz. 51-57

czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5

załącznik 1, poz. 55-57

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

załącznik 1 poz. 67-69

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż



włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 7

załącznik 1, poz. 70-71

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8

załącznik 1, poz. 125

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 9

załącznik 1, poz. 126

Czy Zamawiający dopuści IS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10

załącznik 1, poz. 196

Czy Zamawiający dopuści fartuch niebieski?

Czy Zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem?



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem,


KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec


SPECJALISTA
mgr Anna Opalach

Sporządziła: Izabela Jurczak – Łojewska, Anna Opalach