



Słupsk, dnia 05.11.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych – sprawa nr 89/PN/2024**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie do pakietu 16

Czy Zamawiający poszerzy konkurencyjność ofert i dopuści igłę:

- z drenem o długości o długości 20cm (+/- 2cm) zamiast o długości 20cm (+/- 1cm)

- o rozmiarach o rozmiarach: 20G x 25 mm, 20Gx 20mm zamiast o rozmiarach: 20G x 25 mm, 20Gx 19mm

Pozostałe parametry zgodnie z opisem

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający w części nr 16

Niesilikowaną igłę ze szlifem Hubera wyposażoną w miękką platformę z gąbki zabezpieczającej skórę pacjenta ze zintegrowanym drenem nie zawierającym DEHP, bez lateksowym o długości 21,5cm z zaciskiem klamrowym i zakończeniem typu Luer-Lock (bez drenu portu bocznego) do podawania przez wszczepiony port dostępu naczyniowego o rozmiarach: 20G x 25 mm, 20Gx 17mm lub 20 mm do wyboru Zamawiającego?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający w części nr 16

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90°, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytotatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 19G, 20G, 22G długości od 15, 17, 20, 25, 30 i 35 cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

Część 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 7 w poz. od 1 do 5 watek neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

Część 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 7 watek neurochirurgicznych ze 100% bawełny o rozmiarach:

poz.1 – 1,2cmx1,2cm

poz. 2 – 1,9cm x15,2cm lub 1,3cm x 15,2cm

poz. 3 – 2,0cm x 2,0cm

poz. 4 – 2,5cmx 2,5cm

poz.5 – 4,0cm x7,0cm

gdzie w opakowaniu zbiorczym jest 20 pakietów , z odpowiednim przeliczeniem ilości ?Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 6:**

Część 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 7 w poz. od 1 do 5 watek neurochirurgicznych wykonanych ze sztucznego jedwabiu o chłonności 8,62 krotnej wagi suchego wacika ,z nitką , ze znacznikiem RTG, gdzie w opakowaniu zbiorczym jest 20 pakietów , z odpowiednim przeliczeniem ilości w rozmiarach:

poz.1 – 1,2cmx1,2cm

poz. 2 – 1,3cm x 15,2cm

poz. 3 – 2,0cm x 2,0cm

poz. 4 – 2,5cmx 2,5cm

poz.5 – 4,0cm x7,5cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20

Ad1. Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20

Ad1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20

Ad1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20**

Ad.1. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaofertowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm<sup>2</sup>.

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Część nr 16

Czy Zamawiający dopuści igłę niewyposażoną w miękką platformę z gąbki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 12:**

Część nr 16

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

Czy w Części nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 9/0 z igłą o dł. 6,0mm i krzywiznie 3/8koła?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 14:**

Czy w Części nr 22 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 5/0 z igłą o dł. 11mm, odwrotnie tnącą?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 15:**

Czy w Części nr 22 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 6/0 z igłą podwójną o dł. 6,5mm i krzywiznie

3/8koła, typu szpatułka?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Czy w Części nr 22 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z igłą podwójną o dł. 8mm typu szpatułka

z mikroostrzem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Czy w Części nr 22 poz. 5 Zamawiający dopuści nić z igłą podwójną typu szpatułka z mikroostrzem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 10, poz. 1-7

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 10, poz. 1-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się koreczkiem portu do dodatkowych wstrzyknień.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 10, poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1 x 33 mm

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Pakiet 10, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,8 x 25 mm

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Pakiet 10, poz. 11-17

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się koreczkiem portu do dodatkowych wstrzyknień.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 23:**

Pakiet 10, poz. 12

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,4 x 45 mm

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 10, poz. 19

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1 x 25 mm

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

Pakiet 10, poz. 18-20

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 10, poz. 21

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy części nr 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby igły ze szlifem Hubera posiadały karbowane, sztywne skrzydełka które, po wprowadzeniu igły do portu, mogą zostać zdjęte aby ułatwić odpowiednie zabezpieczenie igły opatrunkiem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm<sup>2</sup> (204cm<sup>2</sup> dla pary)

oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w siwz defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 20

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie elektrod z kablami wewnątrz opakowania.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady które dostarczane są do większości szpitali w województwie pomorskim, podkłady których chłonność wynosi 1600 g? Jest to minimalnie mniejsza chłonność co pozwala uzyskać Zamawiającemu niższe koszty a sam podkład nadal doskonale zabezpiecza łóżko oraz potrzeby pacjenta.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „2% wartości niezrealizowanej części umowy”?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 32:**

Część 12:

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści możliwość startowania na pozycje?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 33:**

Część nr 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym w rozmiarze 55cm x 78cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 34:**

Część nr 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1326g?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 35:****Część nr 10, poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o parametrach**

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut  
 Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG  
 Kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru  
 Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką  
 Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia  
 Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock  
 Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 26 g  
 Jednorazowego użytku  
 Nie zawiera lateksu  
 Nie zawiera ftalanów  
 Sterylizowana tlenkiem etylenu  
 Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 1/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 1/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 1/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 36:****Część nr 10, poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o parametrach**

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut  
 Cewnik kaniuli wykonany z poluretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG  
 Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru  
 Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką  
 Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia  
 Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock  
 Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g  
 Jednorazowego użytku  
 Nie zawiera lateksu  
 Nie zawiera ftalanów  
 Sterylina, sterylizowana tlenkiem etylenu  
 Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 1/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 1/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 1/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Część nr 10, poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Część nr 10, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z czasem użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 39:**

**Część nr 10, poz. 9-10** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną o parametrach i taką jak na zdjęciu

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut  
Lewy kaniuli wykonany z tytanu (Ti6Al4V), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG  
Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka umożliwiające łatwą identyfikację  
Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką  
Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia  
Korona wypływu zwanego zabezpieczająca koreczkiem lub hub  
Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 x 1 i 26 x 1  
Jednorazowego użytku  
Nie zawiera lateksu  
Nie zawiera ftalanów  
Sterylizowana tlenkiem etylenu  
Pakowanie: 1 sztuka – twardey blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru



**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

**Część nr 10, poz. 9-10** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

**Część nr 10, poz. 11-20** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o parametrach

Posada pasywnie zabezpieczenie przed zakłuciem – ostra część igły (mandryn) po wyłączeniu zostaje samostatnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem  
Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut  
Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG  
Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przystycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru  
Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką  
Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia  
Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g  
Jednorazowego użytku  
Nie zawiera lateksu  
Nie zawiera ftalanów  
Sterylizowana tlenkiem etylenu  
Pakowanie: 1 sztuka – twardey blister (PVC + TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/2"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 42:**

**Część nr 10, poz. 22** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę motylek 23G 0,60 x 19mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 43:**

**Część nr 10, poz. 22** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44:**


**Część nr 17, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45:**

Dotyczy pakietu nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji 16 alternatywną silikonizowaną (nie powoduje podrażnień) Iglę Hubera ze skrzydełkami. Pozostałe parametry bez zmian



***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 46:**

Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację zapisu umowy na: „łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 47:**

Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę miejsca dostawy zamawianego asortymentu z apteki szpitalnej na np. magazyn Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 48:**

Część 13

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykający z prostą główką, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwi 8-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm? Prosimy o dopuszczenie staplerów pakowanych po trzy w opakowania zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 49:**

Część 13

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm? Prosimy o dopuszczenie ładunków pakowanych pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 50:**

Część 13

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj



ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)? Prosimy o dopuszczenie staplerów pakowanych po trzy w opakowania zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 51:**

Część 13

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)? Prosimy o dopuszczenie staplerów pakowanych po trzy w opakowania zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 52:**

Część 13

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do automatycznego staplera liniowego o dł. linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)? Prosimy o dopuszczenie ładunków pakowanych po trzy w opakowania zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 53:**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne ze sprasowanej wysokochłonnej bawełny (chłonność powyżej 8 krotności swojej wagi w czasie sekundy), z nitką, nie kłęczące, elastyczne, możliwość formowania dowolnego kształtu, wytrzymałe na rozerwanie, ze znacznikiem RTG. W pakiecie 10 sztuk, w opakowaniu zbiorczym 20 pakietów z przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 54:**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watki w rozmiarze 1,2 x 1,2 cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 55:**

Część 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej

budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55

mm (w tym część całkowitej przezroczysta 42 mm)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza (pozostałe warunki, w tym długość drenu, bez zmian).**

**Pytanie nr 56:**

Część 6, poz. 3

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 57:**

Część 6, poz.4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 58:**

Część 6, poz.4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 59:**

Część 6, poz.4

amawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w kolorze bursztynowym a nie przezroczystym.***

**Pytanie nr 60:**

Część 6, poz.4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w kolorze bursztynowym a nie białym.***

**Pytanie nr 61:**

Część 6, poz.4

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 150 cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.***

**Pytanie nr 62 :**

Część 6, poz.4

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 63 :**

Część 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 64:**

Część 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65:**

Część 6, poz. 5

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

Część 6, poz. 3-5,

Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 67:**

Czy Zamawiający może jednoznacznie wskazać, czy niniejsze zamówienie jest realizowane w trybie ustawy z 11 września 20291 r. – prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z §8 ust. 5 umowy w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Wykonawca prosi o wskazanie, czy zamówienie jest realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp. Zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).**

**Pytanie nr 68:**

Czy Zamawiający zgodzi się podnieść minimalny poziom zamówień wskazany w §3 ust. 2 projektu umowy do 80%?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o podniesienie gwarantowanego poziomu zamówień do 80%. Niższa wielkość stawia pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia i uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka oraz skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 69:**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §3 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku braku z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych.”?

Uzasadnienie:

Zakup zastępczy z obowiązkiem zwrotu różnicy w cenie pomiędzy towarami powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak dostawy wynika z okoliczności zależnych od Wykonawcy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 70:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 5-6 umowy w następującym brzmieniu: „5. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że towar jest wadliwy to odpowiednio, wadliwe części dostawy lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy. 6. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego wyrobu nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 71:**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjmując §7 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie.”?

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być naliczane za pełny dzień zwłoki. W ocenie Wykonawcy naliczanie kar umownych za każdą godzinę zwłoki w dostawie jest zbyt daleko idące.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 72:**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjmując §7 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a dla danej zwłoki 10% wartości części zamówienia pozostającej w zwłoce z dostawą.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 73:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają trzykrotne, powstałe z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.”?

Uzasadnienie:

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 74:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 ust. 3 pkt 2) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 75:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 3 pkt 5) i 7) umowy w ten sposób, że:

- 1) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej;
- 2) Limit zmiany wynagrodzenia zostanie podniesiony z 5% do 15%?

Uzasadnienie:

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę uwzględnia ewentualne prognozowane zmniejszenia kosztów wykonania umowy, dlatego wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia powinien dotyczyć tylko wzrostów ceny wykonania umowy;

- Próg waloryzacji powinien wynosić 15% wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przewidzenia zmiany kosztów w łańcuchu dostaw, zmian kursów walut i wysokości inflacji;

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 76:**

Pakiet 17

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy przyrząd do aspiracji z butelek typu KabiPack/ fiolek przystosowany do strzykawk typu luer/ luer lock ma posiadać jeden filtr- filtr odpowietrzeniowy 0,2um czy ma posiadać 2 filtry – odpowietrzeniowy 0,2um i cząsteczkowy 5um ?

**Odp. Zamawiającego: Wystarczy 1 filtr odpowietrzeniowy.**

**Pytanie nr 77:**

Pakiet 17

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy przyrząd do aspiracji z butelek typu KabiPack/ fiolek przystosowany do strzykawk typu luer/ luer lock ma posiadać zawór bezigłowy z płaską i gładką membraną zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 78:**

Pakiet 17

Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy przyrząd do aspiracji ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak

