

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/54/22

Sucha Beskidzka, dnia 14.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa łóżek szpitalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego na podstawie UMOWY nr 13/WZ/2022.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-820 mm?

Odp.: Tak, parametr punktowany.

poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Raczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych

mgr Agnieszka Szalowa-Hajdyla