


Znak: AE/ZP-27-27/20

Tarnów, 2020-06-10


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę 30 sztuk kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla Oddziału Kardiologii

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:


1. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 2** – Czy zamawiający wymaga aby monitor kolorowy LCD TFT w zakresie od 17 do 21 cali oraz miejsca parkingowe na niezależne, wymagane moduły mieściły się wraz z monitorem w jednej wspólnej obudowie wyposażonej w rączkę do przenoszenia?
2. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 11-** Czy zamawiający z uwagi na wymaganą wielkość monitora będzie jednak wymagał obrazowania minimum 8 fal dynamicznych na jednym ekranie? Korzystając już z samego kabla ekg 5 żyłowego użytkownik na kardiologii będzie oczekiwał jednoczesnego obrazowania 7 odprowadzeń ekg (I, II, III, aVr, aVl, aVf, Vn) co na takim oddziale jest standardem, nie mówiąc już o innych falach także bardzo istotnych, np. inwazyjnym ciśnieniu czy fali pletyzmograficznej i innych.
3. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 18** - Czy Zamawiający będzie wymagał aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin?
4. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 20** - Czy Zamawiający w trosce o wiarygodność pomiarów saturacji będzie wymagał przynajmniej 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantujące monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych?
5. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 23** - Czy Zamawiający dopuści dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 zamiast 25-35 cm?
6. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ – Modułowe - Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt** -Czy Zamawiający wymaga, żeby ze względów bezpieczeństwa, centrala monitorująca była certyfikowanym urządzeniem medycznym?
7. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Modułowe - Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt**- Czy Zamawiający wymaga aby centrala była obsługiwana przez ekran dotykowy?
8. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 27** - Czy Zamawiający wymaga aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 22 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie?
9. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 32** - Czy Zamawiają wymagając pamięci wszystkich rejestrowanych przebiegów z min. 168 godz. wymaga jednoczesnego zapisu 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego, 1 fali oddechu, 1 fali pletyzmograficznej z SpO2, 2 fal inwazyjnego ciśnienia, 1 fali CO2 i 2 fal z modułu ICG?
10. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 34** - Czy Zamawiający aby uzyskać właściwą dokładność podczas przedglądania zapisanych trendów graficznych i tabelarycznych wymaga rozdzielności trendów nie gorszej niż 4 sekundy w całym okresie min. 168 h?
11. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 45** - Czy zamawiający z uwagi na wymaganą wielkość monitora będzie jednak wymagał obrazowania minimum 8 fal dynamicznych na jednym ekranie? Korzystając już z samego kabla ekg 5 żyłowego użytkownik na kardiologii będzie oczekiwał jednoczesnego obrazowania 7 odprowadzeń ekg (I, II, III, aVr, aVl, aVf, Vn) co na takim oddziale jest standardem, nie mówiąc już o innych falach także bardzo istotnych, np. inwazyjnym ciśnieniu czy fali pletyzmograficznej i innych.
12. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 52** - Czy Zamawiający będzie wymagał aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin?
13. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 54** - Czy Zamawiający w trosce o wiarygodność pomiarów saturacji będzie wymagał przynajmniej 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantujące monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych?




14. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 56 b** - Czy Zamawiający dopuści dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 zamiast 25-35 cm?
15. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. + monitor podglądowy 1 szt** - Czy Zamawiający wymaga, żeby ze względów bezpieczeństwa, centrala monitorująca była certyfikowanym urządzeniem medycznym?
16. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. + monitor podglądowy 1 szt** - Czy Zamawiający wymaga aby centrala była obsługiwana przez ekran dotykowy?
17. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 57** - Czy Zamawiający wymaga aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 22 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie?
18. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 62** - Czy Zamawiający wymagając pamięci wszystkich rejestrowanych przebiegów z min. 168 godz. wymaga jednoczesnego zapisu: 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego, 1 fali oddechu i 1 fali pletyzmograficznej z SpO₂, 2 fal inwazyjnego ciśnienia, 1 fali CO₂ i 2 fal z modułu ICG?
19. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 64** - Czy Zamawiający aby uzyskać właściwą dokładność podczas przedkładania zapisanych trendów graficznych i tabelarycznych wymaga rozdzielczości trendów nie gorszej niż 4 sekundy w całym okresie min. 168 h?
20. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 68** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o rozdzielczości 1024x768 pikseli zamiast min. 1200 x 1000 pikseli? Proponowana rozdzielczość charakteryzuje mniejsze kardiomonitor z ekranami z zakresu 12-15 cali.
21. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 74** - Czy zamawiający z uwagi na wymaganą wielkość monitora będzie jednak wymagał obrazowania minimum 8 fal dynamicznych na jednym ekranie? Korzystając już z samego kabla ekg 5 żyłowego użytkownik na kardiologii będzie oczekiwał jednoczesnego obrazowania 7 odprowadzeń ekg (I, II, III, aVr, aVI, aVf, Vn) co na takim oddziale jest standardem, nie mówiąc już o innych falach także bardzo istotnych, np. inwazyjnym ciśnieniu czy fali pletyzmograficznej i innych.
22. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 81** - Czy Zamawiający aby zapewnić sobie wieloletni okres użytkowania będzie wymagał aby statyw jezdny był wykonany ze stali nierdzewnej?
23. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 83** - Czy Zamawiający będzie wymagał aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin?
24. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 85** - Czy Zamawiający w trosce o wiarygodność pomiarów saturacji będzie wymagał przynajmniej 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantujące monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych?
25. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 88** - Czy Zamawiający dopuści dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 zamiast 25-35 cm?
26. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt.** - Czy Zamawiający wymaga, żeby ze względów bezpieczeństwa, centrala monitorująca była certyfikowanym urządzeniem medycznym?
27. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt.** - Czy Zamawiający wymaga aby centrala była obsługiwana przez ekran dotykowy?
28. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 89** - Czy Zamawiający wymaga aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 22 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie?
29. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 93** - Czy Zamawiający wymagając pamięci wszystkich rejestrowanych przebiegów z min. 168 godz. wymaga jednoczesnego zapisu: 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego, 1 fali oddechu i 1 fali pletyzmograficznej z SpO₂
30. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 95** - Czy Zamawiający aby uzyskać właściwą dokładność podczas przedkładania zapisanych trendów graficznych i tabelarycznych wymaga rozdzielczości trendów nie gorszej niż 4 sekundy w całym okresie min. 168 h?
31. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 114** - Czy Zamawiający w trosce o wiarygodność pomiarów saturacji będzie wymagał przynajmniej 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantujące monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych?




32. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 117** - Czy Zamawiający dopuści dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 zamiast 25-35 cm?
33. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 118** - Czy Zamawiający opisując następujący wymóg „Centrale nr 3,4,5 (17 kardiomonitorów) mają współpracować z minimum 16 kardiomonitorami mobilnymi rozmieszczonymi w miarę bieżących potrzeb na trzech piętrach budynku” pisząc mobilne miał na myśli kardiomonitory przenośne opisane w punktach od 66 do 88?
34. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 13** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło? Dzięki takiemu rozwiązaniu można wygodnie sterować monitorem (np. w zabrudzonych rękawiczkach) nie brudząc ekranu.
35. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 24a** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modulem nieinwazyjnego rzutu minutowego pozwalającego prezentację 1 fali z modułu ICG i pomiar oraz obliczanie następujących parametrów: ACI (Indeks przyspieszenia), VI (Wskaźnik szybkości), PEP (okres przedwyrzutowy), LVET (czas wyrzutu krwi z lewej komory), TFI (wskaźnik płynu w klatce piersiowej), TFC (zawartość płynu w klatce piersiowej), HR (częstość akcji serca), BSA (powierzchnia ciała), C.O. (rzut minutowy serca), C.I. (wskaźnik sercowy), SV (objętość wyrzutowa), SVI (Wskaźnik objętości wyrzutowej serca), SVR (naczyniowy opór systemowy), SVRI (indeks naczyniowego oporu systemowego), PVR (naczyniowy opór płucny), PVRI (indeks naczyniowego oporu płucnego), LCW (praca lewej komory), LCWI (indeks pracy lewej komory), LVSW (praca wyrzutowa lewej komory), LVSWI (indeks pracy wyrzutowej lewej komory), STR (współczynnik czasu skurczu), VEPT (objętość tkanki aktywnej elektrycznie)?
36. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 38** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wysokiej klasy z ekranem LCD TFT z podświetleniem LED, z rozmiarem ekranu min. 15 cali? Standardem wśród producentów kardiomonitorów kompaktowych jest ekran o przekątnej do 15 cali. Wymagane kardiomonitor kompaktowe wyposażone są w podstawowe monitorowane parametry (EKG, respiracja, saturacja, NIBP i temperatura) w związku z tym ekran 15 calowy w sposób bardzo czytelny pokazuje wszystkie mierzone parametry pacjenta.
37. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 39** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli? Jest to niewielka różnica względem wymaganej rozdzielczości.
38. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 46** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło? Dzięki takiemu rozwiązaniu można wygodnie sterować monitorem (np. w zabrudzonych rękawiczkach) nie brudząc ekranu.
39. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 68** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wysokiej klasy z ekranem LCD TFT z podświetleniem LED o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli? Jest to niewielka różnica względem wymaganej rozdzielczości.
40. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 75** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło, z menu w języku polskim? Dzięki takiemu rozwiązaniu można wygodnie sterować monitorem (np. w zabrudzonych rękawiczkach) nie brudząc ekranu.
41. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 82** - Czy Zamawiający przyzna 5 pkt. za statyw o nieregulowanej wysokości, z możliwością szybkiego wypięcia kardiomonitora za pomocą jednego przycisku bez potrzeby użycia narzędzi? Jest to bardzo przydatna funkcja w kardiomonitorach przenośnych, istotniejsza z punktu widzenia eksploatacji / przenoszenia kardiomonitora niż regulacja wysokości statywu.
42. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 102** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 3,2 kg?
43. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 107** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło, z menu w języku polskim? Dzięki takiemu rozwiązaniu można wygodnie sterować monitorem (np. w zabrudzonych rękawiczkach) nie brudząc ekranu.
44. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.4 - Moduły Kardiomonitorów stacjonarne – szt. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wieloparametrowym



- modułem w którym znajduje się pomiar: EKG, Spo2, NIBP, temp. Oraz pomiar kapnometri?. Pozostałe moduły jak również moduł wieloparametrowy będą mogły być pojedynczo wymieniane pomiędzy kardiomonitorami
45. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.18, 20, 21, 22 - Modułowy Kardiomonitor stacjonarny – szt. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor wieloparametrowym modułem który posiada w sobie pomiar EKG, SPO2, NIBP i temperatury?
 46. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.24a - Modułowy Kardiomonitor stacjonarny – szt. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednoczesną reprezentacją 1 fali z modułu ICG ?
 47. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.39 - Kompaktowe Kardiomonitor stacjonarny – szt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu i zmieni punktację wysokiej klasy kardiomonitor o rozdzielczości 1024 x 768?
 48. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.68 - Kompaktowe Kardiomonitor stacjonarny – szt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu i zmieni punktację wysokiej klasy kardiomonitor o rozdzielczości 1024 x 768?
 49. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.14, 47, 76, 108 - Kompaktowe Kardiomonitor stacjonarny – szt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o Alarmach z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu, lub powrotu stanu pacjenta do ustawionych granic. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice?
 50. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.36, 65, 97 - Kompaktowe Kardiomonitor stacjonarny – szt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu Centrala posiadająca akumulator podtrzymujący jej pracę przez okres minimum 30 minut lub UPS zasilający centralę przez minimum 30 minut po zaniku napięcia zasilającego?
 51. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Kompaktowe Kardiomonitor stacjonarny – szt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu w dziale kardiomonitor stacjonarny Kompaktowe - 5 szt - kardiomonitor stacjonarny modułowe – 5 szt?
 52. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.19b - MODUŁOWE Kardiomonitor stacjonarny 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru** - Czy Zamawiający dopuści wykrywanie bezdechu w zakresie 10-30s?
 53. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.21a - MODUŁOWE Kardiomonitor stacjonarny 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru** - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg?
 54. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.21c - MODUŁOWE Kardiomonitor stacjonarny 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru** - Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny w zakresie 1-240 min?
 55. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.23 - MODUŁOWE Kardiomonitor stacjonarny 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru** - Czy Zamawiający dopuści wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi średni o wielkości 23-43cm?
 56. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.24, 24a, 24b - MODUŁOWE Kardiomonitor stacjonarny 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru** - Czy Zamawiający dopuści pomiar rzutu serca metodą termodylucji lub zrezygnuje z wymogu zaoferowania modułu ICG?
 57. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.27 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt** - Czy Zamawiający dopuści kolorowy monitor centrali w rozmiarze 21,5 cala?
 58. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.28 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jakiej odległości ma być umieszczony monitor poglądowy od monitora centrali?



59. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.30 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści możliwość podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitorach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitorach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitorach?
60. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.32,33 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści pamięć wszystkich rejestrowanych i mierzonych przebiegów z ostatnich 120 godzin?
61. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.34 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich 120 godzin?
62. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.36 - MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści UPS zasilający centralę przez 20 minut co pozwala na bezpieczne wyłączenie sprzętu?
63. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.53b - KOMPAKTOWE Kardiomonitorzy stacjonarne 5 szt. Sala Wzmoczonego Nadzoru - Czy Zamawiający dopuści wykrywanie bezdechu w zakresie 10-30s?
64. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.55a - KOMPAKTOWE Kardiomonitorzy stacjonarne 5 szt. Sala Wzmoczonego Nadzoru - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg?
65. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.56b - KOMPAKTOWE Kardiomonitorzy stacjonarne 5 szt. Sala Wzmoczonego Nadzoru - Czy Zamawiający dopuści wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi średni o wielkości 23-43cm?
66. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.57 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści kolorowy monitor centrali w rozmiarze 21,5 cala?
67. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.58 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jakiej odległości ma być umieszczony monitor podglądowy od monitora centrali?
68. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.60 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści możliwość podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitorach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitorach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitorach?
69. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.62, 63 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści pamięć wszystkich rejestrowanych i mierzonych przebiegów z ostatnich 120 godzin?
70. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.64 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich 120 godzin?
71. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.65 - KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt - Czy Zamawiający dopuści UPS zasilający centralę przez 20 minut co pozwala na bezpieczne wyłączenie sprzętu?
72. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.67, 69 - PRZENOŚNE Kardiomonitorzy przenośne 17 szt. Sale Oddziału - Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor o wielkości ekranu 17,3 cala posiadający monitor transportowy, który ułatwi transport pacjenta i nie ma konieczności stosowania uchwytu do przenoszenia?
73. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.81, 82 - PRZENOŚNE Kardiomonitorzy przenośne 17 szt. Sale Oddziału - Czy ze względu na zaferowanie w każdym kardiomonitorze monitora transportowego o masie około 1 kg Zamawiający dopuści możliwość zawieszenia części stacjonarnej na dedykowanym uchwycie ściennym?
74. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.84 b - PRZENOŚNE Kardiomonitorzy przenośne 17 szt. Sale Oddziału - Czy Zamawiający dopuści wykrywanie bezdechu w zakresie 10-30s?



75. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.86 a - PRZENOŚNE Kardiomonitor przenośne 17 szt. Sale Oddziału - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg?**
76. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.88 - PRZENOŚNE Kardiomonitor przenośne 17 szt. Sale Oddziału - Czy Zamawiający dopuści wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi średni o wielkości 23-43cm?**
77. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.89 - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. - Czy Zamawiający dopuści kolorowy monitor centrali w rozmiarze 21,5 cala?**
78. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.91 - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. - Czy Zamawiający dopuści możliwość podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitorach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitorach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitorach?**
79. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.93, 94 - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. - Czy Zamawiający dopuści pamięć wszystkich rejestrowanych i mierzonych przebiegów z ostatnich 120 godzin?**
80. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.95 - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. - Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich 120 godzin?**
81. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.97 - PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. - Czy Zamawiający dopuści UPS zasilający centralę przez 20 minut co pozwala na bezpieczne wyłączenie sprzętu?**
82. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.100 - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości 640 x 240 pikseli?**
83. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.101 - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy kompatybilny z wszystkimi powyższymi kardiomonitorami z możliwością zadokowania w stacji dokującej bez konieczności stosowania uchwytu do przenoszenia?**
84. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.104 - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści monitor transportowy który posiada gniazdo łączności sieci LAN w stacji dokującej bez portu USB?**
85. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.106 - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści obrazowanie 3 krzywych dynamicznych na jednym ekranie?**
86. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.112c - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści wartość prędkości kreślenia krzywej EKG 25 mm/s?**
87. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.113b - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści wykrywanie bezdechu w zakresie 10-30s?**
88. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.115a - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg?**
89. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt.117 - TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. - Czy Zamawiający dopuści wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi średni o wielkości 23-43cm?**

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie obrazowania 8 krzywych dynamicznych na jednym ekranie.

Ad.3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin.

Ad.4

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantującej monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych.



Ad.5

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie dwóch wielorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 cm.

Ad.6

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.3.1 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia w zakresie central monitorujących do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 poz. 175 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane centrale monitorujące był wyrobem medycznym i spełniały wymagania dotyczące wyrobu medycznego.

Ad.7

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ po pkt.27 dodaje pkt.27a:

a) w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” o treści:

„Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy.”

b) w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji””

o treści:

„TAK”

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 21 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie rozdzielczości trendów nie gorszej niż 4 sekundy.

Ad.11

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie obrazowania 8 krzywych dynamicznych na jednym ekranie.

Ad.12

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin.

Ad.13


Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantującej monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie dwóch wielorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 cm.

Ad.15

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.3.1 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia w zakresie central monitorujących do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 poz. 175 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane centrale monitorujące był wyrobem medycznym i spełniały wymagania dotyczące wyrobu medycznego.



Ad.16

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ po pkt.57 dodaje pkt.57a:

a) w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” o treści:

„Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy.”

b) w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji””

o treści:

„TAK”

Ad.17

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 21 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie.

Ad.18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.19

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie rozdzielczości trendów nie gorszej niż 4 sekundy.

Ad.20

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.68 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli.”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ zapis o treści:

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.21

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie obrazowania 8 krzywych dynamicznych na jednym ekranie.

Ad.22

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie statywu jezdnego wykonanego ze stali nierdzewnej.


Ad.23

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby każdy moduł EKG był wyposażony w analizę statystyczną HRV z ostatnich 24 godzin.

Ad.24

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantującej monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych.





Ad.25

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 cm.

Ad.26

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.3.1 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia w zakresie central monitorujących do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 poz. 175 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane centrale monitorujące był wyrobem medycznym i spełniały wymagania dotyczące wyrobu medycznego.

Ad.27

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ po pkt.89 dodaje pkt.89a:

a) w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” o treści:

„Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy.”

b) w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”

o treści:

„TAK”

Ad.28

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby monitor centrali, kolorowy, o rozmiarze w zakresie od 21 cali do 27 cali mieścił się wraz z elementami hardware w jednej obudowie.

Ad.29

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.30

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie rozdzielczości trendów nie gorszej niż 4 sekundy.

Ad.31

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 1 z 3 sprawdzonych technologii tj. Nellcor lub Masimo lub Fast, gwarantującej monitorowanie przy niskiej perfuzji i artefaktach ruchowych.

Ad.32

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 26,5-37,5 cm.

Ad.33

Zamawiający w pkt.118 Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści: „Centrale nr 3,4,5 (17 kardiomonitorów) mają współpracować z minimum 16 kardiomonitorami mobilnymi rozmieszczonymi w miarę bieżących potrzeb na trzech piętrach budynku” wskazał kardiomitory przenośne opisane w pkt.66-88 Załącznika Nr 6 do SIWZ.


Ad.34

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętko z menu w języku polskim.

Ad.35

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z modułem nieinwazyjnego rzutu minutowego pozwalającego prezentację 1 fali z modułu ICG i pomiar oraz obliczanie następujących parametrów: ACI (Indeks przyspieszenia), VI (Wskaźnik szybkości), PEP (okres przedwyrzutowy), LVET (czas wyrzutu krwi z lewej komory), TFI (wskaźnik płynu w klatce piersiowej), TFC (zawartość płynu w klatce piersiowej), HR (częstość akcji serca), BSA (powierzchnia ciała), C.O. (rzut minutowy serca), C.I. (wskaźnik sercowy), SV (objętość wyrzutowa), SVI (Wskaźnik objętości wyrzutowej serca), SVR (naczyniowy opór systemowy), SVRI (indeks naczyniowego oporu systemowego), PVR (naczyniowy opór





plucny), PVRI (indeks naczyniowego oporu płucnego), LCW (praca lewej komory), LCWI (indeks pracy lewej komory), LVSU (praca wyrzutowa lewej komory), LVSUWI (indeks pracy wyrzutowej lewej komory), STR (współczynnik czasu skurczu), VEPT (objętość tkanki aktywnej elektrycznie).

Ad.36

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.38 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 17” do 21”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 15” do 19”

2/ w pkt.38 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK Punktacja: Za 17” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt”

zmienia na zapis o treści:

„TAK Punktacja: Za 15” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 3 pkt. jednak nie więcej niż - 12 pkt”

3/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„9) w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 17” i nie więcej niż 21”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 8 punktów ($t_9=2$ lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 17” uzyska 0 punktów ($t_9=0$).”

zmienia na zapis o treści:

„9) w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 15” i nie więcej niż 19”) uzyska 3 punkty jednak nie więcej niż 12 punktów ($t_9=3$ lub 6 lub 9 lub 12), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 15” uzyska 0 punktów ($t_9=0$).”

Ad.37

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.39 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli.”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**


„10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{10} ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{10} ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.38

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętko.



Ad.39

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.68 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli.”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.40

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło z menu w języku polskim.

Ad.41

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ usuwa pkt.82:

a) w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” **o treści:**

„Zaoferowany statyw posiada możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora lub nie posiada takiej funkcji.”

b) w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji””

o treści:

„TAK. Punktacja: Zaoferowany statyw nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany statyw posiada opisaną funkcję - 5 pkt.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ usuwa **zapis o treści:**

„20) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym statywem posiadającym możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora uzyska 5 punktów (t₂₀=5), oferta z zaoferowanym statywem nie posiadającym możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora uzyska 0 punktów (t₂₀=0).”

Ad.42

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów o wadze 3,2 kg.

Ad.43


Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z obsługą poprzez ekran dotykowy, dedykowane przyciski oraz pokrętło z menu w języku polskim.

Ad.44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.45

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Ad.46

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów z jednoczesną reprezentacją 1 fali z modułu ICG.

Ad.47

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.39 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli.”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₀” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₀” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.48

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.68 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli.”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”


zmienia na zapis o treści:

„18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.49

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów o alarmach z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG,





spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu, lub powrotu stanu pacjenta do ustawionych granic. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice

Ad.50

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.51

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitorów stacjonarnych modułowych – 5 szt. zamiast kardiomonitorów stacjonarnych kompaktowych - 5 szt., pod warunkiem spełniania przez zaoferowane kardiomonitorów modułowe wszystkich parametrów wymaganych w SIWZ dla kardiomonitorów kompaktowych.

Ad.52

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.19b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s”

zmienia na zapis o treści:

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„4) w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₄” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„4) w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₄” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.53

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zakresu pomiarowego ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg.

Ad.54

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.21c w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„pomiar auto w zakresie minimum 1-480 min”

zmienia na zapis o treści:


„pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min”

Ad.55

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi średniego o wielkości 23-43cm.

Ad.56

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Ad.57

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.27 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 22 cali do 27 cali”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali”

2/ w pkt.27 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja: Za 22” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt”

zmienia na zapis o treści:

„TAK. Punktacja: Za 21” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt”

3/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„6) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów ($t_6=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 22” uzyska 0 punktów ($t_6=0$).”

zmienia na zapis o treści:

„6) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów ($t_6=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów ($t_6=0$).”

Ad.58

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.I SIWZ dokumentacja techniczna dotycząca sieci sygnałowej LAN Zamawiającego istniejącej w budynku, na terenie którego realizowany będzie przedmiot zamówienia, znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż monitor podglądowy i centrala monitorująca umieszczone będą w dwóch różnych pomieszczeniach.

Ad.59

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.30 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.”

zmienia na zapis o treści:

„TAK”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ usuwa **zapis o treści:**

„8) w ocenianym w pozycji 30 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka 3 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_8 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,”

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitorach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitorach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitorach.


Ad.60

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.32 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 168 h”





zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h”

2/ w pkt.33 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h”

Ad.61

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.34 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h”

Ad.62

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.63

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.53b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s”

zmienia na zapis o treści:

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„12) w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„12) w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.64

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zakresu pomiarowego ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg.

Ad.65

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi średniego o wielkości 23-43cm.

Ad.66


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.57 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 22 cali do 27 cali”





zmienia na zapis o treści:

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali”

2/ w pkt.57 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja: Za 22” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt”

zmienia na zapis o treści:

„TAK. Punktacja: Za 21” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt”

3/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„14) w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów ($t_{14}=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 22” uzyska 0 punktów ($t_{14}=0$).”

zmienia na zapis o treści:

„14) w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów ($t_{14}=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów ($t_{14}=0$).”

Ad.67

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.I SIWZ dokumentacja techniczna dotycząca sieci sygnałowej LAN Zamawiającego istniejącej w budynku, na terenie którego realizowany będzie przedmiot zamówienia, znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż monitor podglądowy i centrala monitorująca umieszczone będą w dwóch różnych pomieszczeniach.

Ad.68

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.60 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.”

zmienia na zapis o treści:

„TAK”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ usuwa **zapis o treści:**

„16) w ocenianym w pozycji 60 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka 3 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{16} ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitach.

Ad.69

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.62 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h”

2/ w pkt.63 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h”



Ad.70

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.64 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h”

Ad.71

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.72

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.67 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 12” do 15””

zmienia na zapis o treści:

„Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 12” do 18””

2/ w pkt.67 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja: Za 12” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt”

zmienia na zapis o treści:

„TAK. Punktacja: Za 12” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 12 pkt”

3/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„17) w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 12” i nie więcej niż 15”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 6 punktów ($t_1=2$ lub 4 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 12” uzyska 0 punktów ($t_1=0$).”

zmienia na zapis o treści:

„17) w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 12” i nie więcej niż 18”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 12 punktów ($t_1=2$ lub 4 lub 6 lub 8 lub 10 lub 12), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 12” uzyska 0 punktów ($t_1=0$).”

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitora posiadającego monitor transportowy, który ułatwi transport pacjenta i nie ma konieczności stosowania uchwytu do przenoszenia.

Ad.73

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ usuwa pkt.82:

a) w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” **o treści:**


„Zaoferowany statyw posiada możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora lub nie posiada takiej funkcji.”

b) w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” **o treści:**

„TAK. Punktacja: Zaoferowany statyw nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany statyw posiada opisaną funkcję - 5 pkt.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ usuwa **zapis o treści:**

„20) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym statywem



posiadającym możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora uzyska 5 punktów ($t_{20}=5$), oferta z zaoferowanym statywem nie posiadającym możliwość regulacji wysokości położenia kardiomonitora uzyska 0 punktów ($t_{20}=0$).”

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zawieszenia części stacjonarnej na dedykowanym uchwycie ściennym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania kardiomonitora wraz z monitorem transportowym Zamawiający dopuszcza ustawienie części stacjonarnej na półce stanowiącej własność Zamawiającego zamontowanej do panelu ściennego. Jednocześnie, w przypadku zaoferowania kardiomonitora wraz z monitorem transportowym Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania statywu jezdnego, o którym mowa w pkt.81 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad.74

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.84b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s”

zmienia na zapis o treści:

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„21) w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{21} ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„21) w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{21} ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.75

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zakresu pomiarowego ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg.

Ad.76

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi średniego o wielkości 23-43cm.

Ad.77

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.89 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 22 cali do 27 cali”

zmienia na zapis o treści:

„Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali”

2/ w pkt.89 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„TAK. Punktacja: Za 22” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal -1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt”

zmienia na zapis o treści:

„TAK. Punktacja: Za 21” - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt”

3/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**



„23) w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 celem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów ($t_{23}=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 22” uzyska 0 punktów ($t_{23}=0$).”

zmienia na zapis o treści:

„23) w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 celem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów ($t_{23}=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów ($t_{23}=0$).”

Ad.78

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie podglądu jednocześnie 4 krzywych przy 4 kardiomonitorach, 2 krzywych przy 8 kardiomonitorach lub 1 krzywej przy 16 kardiomonitorach.

Ad.79

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.93 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h”

2/ w pkt.94 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h”

Ad.80

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.95 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 168 h”

zmienia na zapis o treści:

„Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h”

Ad.81

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.82

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.100 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 640 x 480 pikseli.”


zmienia na zapis o treści:

„Monitor o rozdzielczości min. 640 x 240 pikseli.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„25) w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 307 200 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_{25} ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:



„25) w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 153 600 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₅” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.83

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitora transportowego kompatybilnego z wszystkimi zaoferowanymi kardiomonitorami z możliwością zadokowania w stacji dokującej bez konieczności stosowania uchwytu do przenoszenia.

Ad.84

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie monitora transportowego, który posiada gniazdo łączności sieci LAN w stacji dokującej bez portu USB.

Ad.85

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie obrazowanie 3 krzywych dynamicznych na jednym ekranie.

Ad.86

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wartości prędkości kreślenia krzywej EKG 25 mm/s.

Ad.87

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.113b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s”

zmienia na zapis o treści:

„wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„27) w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₇” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

zmienia na zapis o treści:

„27) w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₇” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

Ad.88

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zakresu pomiarowego ciśnienia w zakresie 30-250 mmHg.

Ad.89


Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie wielorazowego mankietu do pomiaru ciśnienia krwi średniego o wielkości 23-43cm.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ pkt.VII.2 SIWZ, w związku z wyżej dokonany zmianami treści SIWZ, otrzymuje brzmienie:

„VII.2.Punktacja w kryterium **parametry techniczne** zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,35 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_9 + t_{10} + t_{11} + t_{12} + t_{13} + t_{14} + t_{15} + t_{17} + t_{18} + t_{19} + t_{21} + t_{22} + t_{23} + t_{24} + t_{25} + t_{26} + t_{27} + t_{28}) * 100/148 \text{ pkt}$$




gdzie:

- t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 20b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₆ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 28 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₉ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₀ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 54b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 58 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₈ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₁₉ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 72 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 85b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 99 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₆ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 105 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze
- t₂₈ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

gdzie:

$$t_2 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$





$$t_3 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_4 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_5 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{10} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{11} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{12} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{13} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{18} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{19} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{21} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$


$$t_{22} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{25} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{26} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{27} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$





$$t_{28} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 3, 9, 19b, 20b, 39, 43, 53b, 54b, 68, 72, 84b, 85b, 100, 105, 113b i 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ


wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 3, 9, 19b, 20b, 39, 43, 53b, 54b, 68, 72, 84b, 85b, 100, 105, 113b i 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika nr 6 do SIWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 17” i nie więcej niż 21”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 8 punktów ($t_1=2$ lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 17” uzyska 0 punktów ($t_1=0$).
- 2) w ocenianym w pozycji 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 1 200 000 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_2 ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 3) w ocenianym w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_3 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 4) w ocenianym w pozycji 19b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_4 ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 5) w ocenianym w pozycji 20b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ t_5 ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 6) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów ($t_6=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów ($t_6=0$).
- 7) w ocenianym w pozycji 28 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów ($t_7=1$ lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 22” uzyska 0 punktów ($t_7=0$).
- 9) w ocenianym w pozycji 38 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 15” i nie więcej niż 19”) uzyska 3 punkty jednak nie więcej niż 12 punktów ($t_9=3$ lub 6 lub 9 lub 12), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 15” uzyska 0 punktów ($t_9=0$).
- 10) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe



- oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₀” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 11) w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₁”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 12) w ocenianym w pozycji 53b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 13) w ocenianym w pozycji 54b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₃” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 14) w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów (t₁₄=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów (t₁₄=0).
 - 15) w ocenianym w pozycji 58 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 22” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punktów (t₁₅=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 22” uzyska 0 punktów (t₁₅=0).
 - 17) w ocenianym w pozycji 67 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 12” i nie więcej niż 18”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 12 punktów (t₁₇=2 lub 4 lub 6 lub 8 lub 10 lub 12), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 12” uzyska 0 punktów (t₁₇=0).
 - 18) w ocenianym w pozycji 68 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 786 432 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 19) w ocenianym w pozycji 72 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na 1 godzinę uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₁₉”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 21) w ocenianym w pozycji 84b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₁” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 22) w ocenianym w pozycji 85b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie,



- zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 23) w ocenianym w pozycji 89 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 21” i nie więcej niż 27”) uzyska 1 punkt jednak nie więcej niż 6 punktów (t₂₃=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 21” uzyska 0 punktów (t₂₃=0).
- 24) w ocenianym w pozycji 99 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym każdym dodatkowym 1 calem (ponad 5” i nie więcej niż 9”) uzyska 2 punkty jednak nie więcej niż 8 punktów (t₂₄=2 lub 4 lub 6 lub 8), oferta z zaoferowanym rozmiarem ekranu 5” uzyska 0 punktów (t₂₄=0).
- 25) w ocenianym w pozycji 100 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu zaoferowanej rozdzielczości ekranu tj. 153 600 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₅” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 26) w ocenianym w pozycji 105 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wbudowany akumulator zabezpieczający pracę kardiomonitora na 3 godziny uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₆”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 27) w ocenianym w pozycji 113b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wykrywania bezdechu tj. 20 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₇” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 28) w ocenianym w pozycji 114b Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wartości saturacji tj. 30 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t₂₈” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 35.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.7, Ad.16, Ad.20, Ad.27, Ad.36, Ad.37, Ad.39, Ad.41, Ad.47, Ad.48, Ad.52, Ad.54, Ad.57, Ad.59, Ad.60, Ad.61, Ad.63, Ad.66, Ad.68, Ad.69, Ad.70, Ad.72, Ad.73, Ad.74, Ad.77, Ad.79, Ad.80, Ad.82, Ad.87 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 26.06.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 26.06.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, VII.2, XI.1, XII.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

