



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 29

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1732 / 2889 / 24

Data: 21.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### **PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 83 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 83- poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczyptic zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; średnica szczęk 2,3mm (o długościach 160cm i 230cm), średnica szczęk 3,0mm (o długości 230cm), średnicy szczęk 1,8mm(o długości 120cm i 160cm) pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 83 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 83- poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle do polipektomii o długości roboczej 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 83 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 83- poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, elastyczny woreczek nylonowy rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35mm i długości narzędzia 230 cm, w pełni obrotowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 83 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 83- poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, siatkowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 30mm i długości narzędzia 230 cm, w pełni obrotowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 86 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe igły do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na złamania, posiadająca blokadę; śr. ostrza 22G i dł. 4mm, 5mm i 6mm; dł. całkowita 230cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 86 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy trzykanałowy sfinkterotom o średnicy 2,55mm temperowany dystalnie do 2,1mm, o dł. roboczej 200 cm, dł. Noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20mm 25mm i 30 mm, przeznaczony do współpracy z przewodnikami w rozmiarze 0.025"; 0.035"?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 86 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewnik do kontrastowania dróg o długości 200 cm, średnicy 1,8mm, współpracujący z przewodnikiem 0.025" i 0.035"?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 86 poz. 6 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu; dł. robocza 200cm; śr. kateteru 2,55mm; śr. końcówki 2,1mm, z wysunięciem igły do 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z przewodnikiem o śr. 0.035"?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 86 poz. 7 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować przewodnik 0.035" oraz 0.025" do dróg żółciowych o końcówce hydrofilnej wyłącznie o dł.5 cm, długości całkowitej 450cm, końcówce prostej i zagiętej (do wyboru zamawiającego)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 86 poz. 8 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balon do ekstrakcyjny do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia przewodnika 0.035", markery RTG bo obu stronach balonu, 3-stopniowy - możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności, każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 86 poz. 9 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować popychacz do wprowadzania protez 7 Fr?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 86 poz. 11 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli proteza trzustkowe wykonane z PTFE z otworami drenującymi na całej długości; o średnicy 7 FR, długości 30mm, 50mm (do wyboru) zakrzywiona z proksymalnymi zaczepami?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



**PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 86 poz. 12 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 86- poz. 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli szczypce chwytające obrotowe, łyżeczki typu „szczęki aligatora” i 'zab szczura” oraz „krokodylki” (3 do wyboru) służące do usuwania stentów ECPW. Długość robocza 1800 mm, średnica osłonki 2,3mm, szerokość rozwarcia łyżeczek min. 6,9 mm.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 14 dot. Pakietu 87 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 87- poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować szczotkę o długości 230cm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 15 dot. Pakietu 88 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 88- poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować szczotkę cytologiczną o dł roboczej 1200mm, pasująco do kanału roboczego 2.0mm, śr. szczotki 2mm, dł. szczotki 20mm, do bronchoskopii?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 16 dot. Pakietu 110 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Dotyczy Pakietu nr 110- poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy cewnik rozpylający o dł. roboczej 1200 mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 17 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 18 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 5 ust. 1.2 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 19 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1. 3); 1. 4); 1. 5)

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 1,5%; z 20% na 10% oraz łącznie z 2% na 0,5%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

