

## WYJAŚNIENIA II DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie p/t „Sprzęt i aparatura medyczna” - pakiet 7

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia - w pozycjach 29 ÷ 31 błędnie opisano zakresy.

Prawidłowy zapis:

- poz. 29 - Wysokość leża - w zakresie co najmniej min. 400 mm
- poz. 30 - Oparcie pleców - w zakresie co najmniej 0-60 st.
- poz. 31 - Segment ud- w zakresie co najmniej 0-40 st.

Ponad to w poz. 32 jest zapis "Pozycja Trendelenburga i Antytrendelenburga w zakresie co najmniej 0- +/-15st.". Należy przez to rozumieć co najmniej od -15st. do +15 st.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Ewa KŁINGOWSKA