

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/31/20

Sucha Beskidzka, dnia 11.05.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic – uzupełnienie II (ZOZ.V.010/DZP/31/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu wynoszącej $0,12 \pm 0,02$ mm oraz o medianie sile zrywu wynoszącej 7N?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksu $\leq 83 \mu\text{g/g}$, oraz grubości ścianki palca $0,11 \pm 0,02$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarach M oraz L do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, długości min. 240 mm i z poziomem AQL=1.5?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to otrzymać Zamawiającemu więcej konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Brzozowa-Hajdyla