



Szp-241/FZ-034A/ 957 /2025

Wrocław, dnia 17.11.2025 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje informację dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert do postępowania pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu-powtórka”

Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 6

Z uwagi na udzieloną odpowiedź Zamawiającego i brak dopuszczenia odpłatnego użyczenia urządzenia, wnosimy o dodatkowe wyjaśnienia. Wg naszej najlepszej wiedzy Zamawiający posiada urządzenie (pompe) do systemu aterektomii orbitalnej kompatybilną z jednorazowymi wyrobami medycznymi opisanymi w pozycjach 1-3 pakietu nr 6. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w ramach pakietu nr 6 wyłącznie pozycji 1-3 bez użyczenia urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, odstępuje od umowy użyczenia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Projekcie umowy (Załącznik nr 2) §1

Było:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp-241/FZ-034A/2025) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,
- 2) *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio w Pracowni Hemodynamiki w siedzibie Zamawiającego,
- 4) ***) zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu przedmiot umowy określony w pakiecie nr

Warunki użyczenia określone zostały w odrębnej umowie.

*) dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5

**) dotyczy Pakietu nr 1, 6, 7

***) dotyczy Pakietu nr 6

Jest:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

§1 PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp-241/FZ-034A/2025) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr I do umowy,
- 2) *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio w Pracowni Hemodynamiki w siedzibie Zamawiającego,
- 4) ~~***) zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu przedmiot umowy określony w pakiecie nr~~

Warunki użyczenia określone zostały w odrębnej umowie.

*) dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5

**) dotyczy Pakietu nr 1, 6, 7

~~***) dotyczy Pakietu nr 6~~

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1.1-1.7) dot. Pakietu nr 6

Było:

Załącznik nr 1.6

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu-powtórka

Nazwa firmy Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6 - System do aterektomi orbitalnej.

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1.	System do aterektomi orbitalnej - Diamondback 360 Orbital Atherectomy Device System składający się z osłonki z ekscentrycznie umieszczonej diamentowej koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25 [mm], długość osłonki 135 [cm] ± 3 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej.		szt.	20						
2.	Przewodnik do aterektomi orbitalnej - Viperwire Advance Coronary Guide Wire Przewodnik nitinolowy, o średnicy przekraczającej 0,012 ["] i dystalnej 0,014 ["], opilot platynowo-wolframowy, długość przewodu min. 325 [cm], tip load 1,0 [g], 8x tip, współpracujący z systemem do aterektomi orbitalnej		szt.	20						
3.	Lubrykant do aterektomi orbitalnej - ViperSlide Lubricant		szt.	20						

Wymagania użytkownika:

Pompa i napęd do systemu aterektomi orbitalnej - OAS
Pompa zawiera mechanizm pompujący roztwór soli
fizjologicznej, dostarcza zasilanie urządzenia, posiada wbudowaną funkcję
powiadomienia dźwiękowego

- głębokość - <39,6 cm (15,6 cali)

- wysokość - 20,3 cm (8,0 cali)

- szerokość - 25,4 cm (10,0 cali)

- waga - <5,0 kg (11 funtów)

- długość przewodu zasilania od pompy OAS do gniazda

- sieciowego - 6,1 m (20 ft) otwoda zewnętrzna - Plastik ABS



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Jest:

Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu-powtórka

Nazwa (firma) Wykonawcy: _____

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6 - System do aterektomii orbitalnej.

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	9% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kodownia własna
1.	System do aterektomii orbitalnej - Diamondback 360 Orbital Atherectomy Device System składający się z cewnika z elektrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25 [mm], długość cewnika 155 [cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej.		szt.	20						
2.	Przewodnik do aterektomii orbitalnej - Viperwire Advance Cerentary Guide Wire Przewodnik nitinolowy, o średnicy przekrojowej 0,012 ["] i dyfuzalnej 0,014 ["] opłót platynowo-wolfranowy, długość przewodu min. 325 [cm], tip load 1,0 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej		szt.	20						
3.	Lubrykant do aterektomii orbitalnej - Viperslide Lubricant		szt.	20						

Wymagania techniczne:
Pompa i zespół do systemu aterektomii orbitalnej - QAS
Pompa zawiera mechanizm pompujący roztwór soli
fizjologicznej, dostarcza nadciśnienie, posiada wbudowaną funkcję
przekładnicę ciśnieniową
- głębokość - 10,5 cm (41,0 cal)
- wysokość - 20,1 cm (7,9 cal)
- szerokość - 25,4 cm (10,0 cal)
- masa - 5,5 kg (12,1 funtów)
- długość przewoduasilans od pompy QAS do głowicy
ciężarowej - 6,1 m (20 ft) - obudowa zewnętrzna - Plastik ABS

W załączeniu do niniejszej informacji skorygowany Załącznik nr 2 (Projekt umowy) oraz skorygowany Załącznik nr 1.1-1.7 Formularz asortymentowo-cenowy dot. Pakietu nr 6

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak