



**Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 167/2022/TP/DZP pt. „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Część nr 2: spektrofotometr**


**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr na kuwety 13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że kuwety prostokątne powinny mieć wymiary 10 mm, 20 mm i 50 mm, a okrągłe 16 mm.

  
**SPECJALISTA**  
mgr Anna Opalach  
Sporządziła: mgr Anna Opalach

Z poważaniem,  
  
**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec