



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5. 50-981 Wrocław

### WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem 2 systemów do mappingu trójwymiarowego, najmem 7 szt programatorów i 2 szt generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.92.2022,*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy: Pakiet 19 poz. 20: 1-Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej chłodzonej z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilnej z najmowanym systemem elektroanatomicznym 3D: - średnica 8F; - rozstaw elektrod 2-2-2; - końcówka elektrody 3,5mm; dwu i jednokierunkowa, długość 115cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ  
SP ZOZ we Wrocławiu

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)