

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/21

Sucha Beskidzka dnia 09.07.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici i siatek chirurgicznych-
uzupełnienie II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe
pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 pod pojęciem "Siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna dwuskładnikowa zbudowana 50% polipropylen i 50% poliglekapon czas wchłaniania około 84 dni 15 cm x 15 cm" rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt =50% włókien polipropylenu i =50% włókien poliglekaponu-25; gramatura 28 g/m²; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapon-25 (84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1 mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%, elastyczny, rozciągliwość 4:1, rozmiar 15cm x 15cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 2 pod pojęciem "Siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna dwuskładnikowa zbudowana 50% polipropylen i 50% poliglekapon czas wchłaniania około 84 dni 6 cm x 11 cm" rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt =50% włókien polipropylenu i =50% włókien poliglekaponu-25; gramatura 28 g/m²; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapon-25 (84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1 mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%, elastyczny, rozciągliwość 4:1, rozmiar 6cm x 11cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Buczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek