

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2

UWAGA: WYPEŁNIJ BIAŁE PUSTE POLA
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO OSTATECZNEGO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DOKONANYCH WYLICZEN

RAZEM:	527 850,00 zł	42 228,00 zł	570 078,00 zł
--------	---------------	--------------	---------------

Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka zamówienia	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa jaka będzie na fakturze	Nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe teksturowane na palcach- końcówki odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany AQL 1,5. Grubość rękawicy w części: dłoniowej 0,07 mm +/- 0,01 mm, na palcach 0,11 mm +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,05 mm +/- 0,01 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Siły zrywania min. 6,0 N po starzeniu. Badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 - wyrób medyczny. Na opakowaniu umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III/Typ B. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1, 2, 3, 4 oraz EN 420 i EN ISO 374 część 1, 2, 4, 5: EN 16523. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. 1 opakowanie = 100 szt.	S, M, L, XL	1 opakowanie	15 000	35,19	8%	38,01 zł	527 850,00 zł	42 228,00 zł	570 078,00 zł	Nitrax	Nit99
RAZEM:								527 850,00 zł	42 228,00 zł	570 078,00 zł		