



Konstancin-Jeziorna, 15.03.2024r.

**Do wszystkich
Uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP- 13/2024- dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SWZ pakiet 2.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2023r.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 do SWZ pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, wyposażonego w 2 akumulatory do zasilania podczas transportu, które zachowują min. 10% swojej pojemności do realizowania funkcji CPR?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SWZ pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka zintegrowanego z materacem i pompą o poziomie głośności jej pracy poniżej 65 dB(A)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które w wersji podstawowej leża posiada długość całkowitą wynoszącą 219cm dla leża o standardowych wymiarach 200x90cm proponowane rozwiązanie umożliwi swobodny transport np. windami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które w wersji podstawowej leża posiada szerokość całkowitą wynoszącą 103,8cm dla leża o standardowych wymiarach 200x90cm proponowane rozwiązanie umożliwi swobodny transport np. windami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6- Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego bariereki boczne poruszają się tylko w segmencie oparcia pleców zgodnie z zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem zabezpieczającymi pacjenta na całej długości w podziale 50%+50% długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7- Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta z regulacją wysokości leża z możliwością ich wyłączenia przez personel medyczny proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8- Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, które posiada panel (pilot) do sterowania funkcjami wagi umieszczony w pod szczytem od strony nóg (w półce do odkładania pościeli) z możliwością zawieszenia go na szczyt łóżka. Łóżko wyposażone w 7 paneli służących do obsługi łóżka 4szt. w barierkach bocznych od strony głowy, pilot przewodowy, panel pielęgniarski, pilot do obsługi wagi)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające szczyt od strony głowy poruszający się wraz z leżem z blokadami przed przypadkowym wyjęciem (blokada dokonywana za pomocą suwaków), proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta zwłaszcza w pozycjach z leżem uniesionym do pozycji pielęgnacyjnych (maksymalna wysokość leża) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża, z pozycją ekstraniską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 35-91 cm-proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające blokadę kół zlokalizowaną bezpośrednio przy kołach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające segment oparcia nie wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR ale z możliwością mechanicznego unoszenia oparcia pleców w przypadku awarii układu elektrycznego łóżka proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13- Pakiet 2

Dotyczy pkt. 37 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z system wazenia z możliwością wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do 100 lub 200gr i zerowaniem wagi dokonywanym przez wybranie funkcji „ZERO” i zatwierdzenia jej przyciskiem „OK” proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko którego konstrukcja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dopuszcza możliwości nieświadomego i niecelowego umieszczenia przedmiotów lub osób pomiędzy ramą leża a podwoziem wobec czego nie ma zasadności stosowania czujników anty-zgnieciowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie min 250kg. (250kg materac przeciwoleżynowy i łóżko 260kg) zapisy w praktyce umożliwia hospitalizację pacjenta o wadze 225kg; wobec powyższego zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko które posiada uchwyty worków urologicznych w postaci wytłoczeń w barierkach bocznych 2 szt. na każdą stronę łóżka oraz dodatkowo 4 uchwyty na worki umieszczone na listwie nierdzewnej łącznie 12 haczyków w łóżku – proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z wieszakiem na kroplówki , z zakresem regulacji wysokości 1050 – 1560 mm, co nie pogarsza walorów użytkowych wieszaka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy działający niezależnie od łóżka, kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, wyposażony w widoczne przewody łączące pompę z materacem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy pracujący w trybach: zmiennociśnieniowym, pulsacyjnym i statycznym do wyboru, z regulacją ciśnienia automatyczną lub manualną w całym materacu jednocześnie,?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy o stałej długości 200cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy bez rękawa rentgenowskiego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy z funkcją transportową do 24 godzin uruchamianą poprzez odłączenie przewodu powietrznego od pompy i zamknięcie go dedykowanym stoperem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy bez możliwości indywidualnego spuszczenia powietrza z poszczególnych stref?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy z zaworem CPR niezależnym od łóżka?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy z pokrowcem, który można suszyć w temp. do 40st. C? Suszenie pokrowca w wysokiej temperaturze znacznie przyspiesza jego zużycie.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 26- Pakiet 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodleżynowy bez złącza do podłączenia pokrycia na materacu do zarządzania mikroklimatem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści również inne rozwiązania gdyż opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt, co stoi w sprzeczności z Ustawą PZP i może narazić Zamawiającego na zarzut utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem parametrów wskazujących na konkretny produkt - w tym przypadku łóżko Citadel z materacem przeciwodleżynowym C200 produkowane przez ArjoHuntleigh. W szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia do jednego wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.03.2024 r., godziny pozostają bez zmian.