

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 25.10.2021 r.

SPS – V. 262.73.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: dostawy aparatu do znieczulenia – 2 szt. z dostawą do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Nr sprawy 1/Ap.Med./SPSSZ/NW-I-III.052.2.2020.PC

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Ad. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z indywidualnymi, standardowymi bezpiecznikami gniazd elektrycznych? Rozwiązanie takie daje wystarczające bezpieczeństwo funkcjonowania.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zastawka APL posiadała funkcję natychmiastowego zwolnienia ciśnienia przez jej uniesienie? Jest to rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na efektywną, skokową 3 – stopniową regulację oświetlenia typu LED?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści aparat ze zbiornikiem pochłaniacza o objętości 1,5l?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 25, 26, 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, ze standardowym wielorazowym zbiornikiem pochłaniacza dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 1,5 l, w którym można stosować pochłaniacze jednorazowe wymieniane podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia bez podania kosztu? Pragniemy zaznaczyć, iż taki koszt może być dość szybko wyliczony, a rozwiązanie konkurencyjne oferuje podanie kosztu zużycia środka w USD, co wymaga przeliczenia na walutę rodzimą kursie z danego dnia.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 39 Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem z gwarantowaną objętością Auto flow posiadającym funkcję synchronizacji (SIMV)?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 40. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulacją czułości od 0,3 l/min do 15 l/min?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 43 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu i CO2 wraz z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 44 Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem Pauzy z czasem regulacji nawet powyżej 1 minuty?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt.45. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji, wyposażony jednak w opcję pozwalającą na jednoczesną zmianę PEEP i Pwdech z możliwością obserwacji jak zmiany tych ciśnień wpływają na objętość wydechową?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 46. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji podania dodatkowego oddechu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania przełączania z wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną na zasadzie: wybierz tryb wentylacji – potwierdź wybór?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem wentylacji objętościowo zmiennej z regulacją płynną objętości oddechowej w zakresie od 10 do 1500ml zamiast możliwości uzyskania objętości w trybie ciśnieniowym? Należy zwrócić uwagę, że uzyskanie objętości 5 ml w trybie kontrolowanym ciśnieniowo jest efektem regulacji ciśnienia wdechowego i wpływu oporów i podatności dróg oddechowych pacjenta i nie jest to regulacja płynna i bezpośrednia.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 55, 56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu z alarmem MV bez alarmu TV (jednocześnie bez TV z regulowanymi progami – górnym i dolnym)? Objętość MV jest mierzona z 3 oddechów, więc alarm z jednego oddechu (TV) może jedynie wpłynąć na - i tak znaczną – kakofonię na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 75, 76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nowoczesnego aparatu z ekranem wbudowanym? Pragniemy zaznaczyć iż w komplecie z aparatem jest kardiomonitor, który jest z zasady mocowany na ramieniu przy aparacie. Opcją zatem bardziej optymalną wydaje się być aparat z ekranem wbudowanym.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 77 i 78. Czy Zamawiający dopuści aparat z konfiguracją trzech ekranów?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 85 i 86. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zapisu pętli referencyjnej i prezentacją na ekranie ostatnich 5 pętli?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 88. Czy Zamawiający oczekuje aby wstępne parametry wentylacji były kalkulowane na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta. Jest to sposób bardziej wiarygodny niż stosowanie do obliczeń masy ciała?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 90. Czy Zamawiający dopuści aparat i monitor bez takiej funkcjonalności? Po głębszym rozważeniu okazuje się, że jest to jedynie funkcjonalność, a nie wartość dodana.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 95. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ssak zintegrowany z aparatem dostosowany do pracy z dwoma pojemnikami na wydzielinę o objętości łącznej 1400 ml?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 98. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu bez dziennika testów kontrolnych? Fakt przeprowadzenia testu jest odnotowany w Dzienniku zdarzeń a wyniki ostatniego testu dostępne są na ekranie po wykonaniu procedury.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad pkt 100 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie aparatu który przesyła dane do monitora, ten z kolei może być integrowany z systemem szpitalnym? Takie rozwiązanie zabezpiecza urządzenie prowadzące inwazyjną terapię pacjenta przed cyberatakami co istotnie podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 107. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zharmonizowanym (czyli przystosowanym do wielkości ekranu, ale nie tożsamym) interfejsem użytkownika modułu transportowego?

Ad. Pkt. 111. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z klasą odporności IPX4? X oznacza brak klasyfikacji odporności urządzenia na wnikanie ciał stałych, w tym kurzu, co przy odporności na wodę kapiącą z każdego kierunku w praktyce nie ma znaczenia?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 115. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu? Jest to funkcjonalność praktycznie zbędna w transporcie w zupełności wystarczy przeglądanie trendów na dużym ekranie monitora stacjonarnego.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 121. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizę arytmii w 2 odprowadzeniach? Analiza w 4 odprowadzeniach jest oferowana tylko przez jednego producenta.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 125 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie technologii Masimo rainbow SET bez dodatkowych opcji pomiaru SpHb, SpCO, SpOC i SpMet, ale z możliwością rozbudowy o te opcje w razie rzeczywistej potrzeby? Technologia TruSignal nie udostępnia pomiaru tych dodatkowych parametrów, a więc to wymaganie w aktualnym brzmieniu wskazuje na nierówne traktowanie oferentów.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 129. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z algorytmem pomiarowym NIBP, wykorzystującym jednotubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia,

artefakty i niemiarową akcję serca, skracający czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankieta do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 131. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z mankietami dla pacjentów otyłych zakładanych tradycyjnie na ramię, zamiast stożkowych mankietów dedykowanych i walidowanych do pomiaru na przedramieniu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 139. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora bez funkcji histogramów?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 142. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez tej funkcjonalności? Jest to funkcjonalność oferowana tylko przez jednego producenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 143. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na monitorowanie zwiotczenia za pomocą oddzielnego monitora TOFScan, przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego monitora pacjenta, oferującego pomiary metodą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru, z następującymi dostępnymi metodami stymulacji:

- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 144. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez tej funkcji?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 145. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez tej funkcji? Jest to funkcja oferowana tylko przez jednego producenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 146. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem głębokości znieczulenia metodą BIS?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Ad. Pkt. 147. Prosimy o dopuszczenie urządzeń bez kompatybilności z systemem S/5 lub Carescape z powodów oczywistych – nie jesteśmy firmą GE.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Załącznik nr 10 - Wykaz oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia

Pkt. 6

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Pkt. 7

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Załącznik nr 4 - Umowa

§6 ust. 2

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Zapytanie ofertowe

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 29.10.2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.10.2021 r do godz. 10:00

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.