



L.dz. SK/705Z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku” nr 09/08/21 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.09.2021 nr 2021/S 171-444343.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), Zamawiający wyjaśnia, co następuje.

PAKIET 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne worka do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzalamaniowy 120cm, zastawka antyzwrotna, opcja ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczone w/w produkty, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w opisie przedmiotu zamówienia, z którego będzie wynikać oferowany produkt.

PAKIET 3

Pytanie 2 poz. 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawek kompatybilnych z lekami cytostatycznymi - potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiocie zamówienia nie określił że produkty mają być przeznaczone do podawania leków cytostatycznych w związku z tym nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów.

Pytanie 3 poz. 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby oferowane strzykawki były pakowane w opakowanie 1szt. wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optycznie i wyczuwalnie) co ułatwia bezpieczne otwarcie zawsze od strony tłoka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniach a 100 sztuk, spowoduje to złożenie korzystniejszej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczone w/w produkty, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w opisie przedmiotu zamówienia, z którego będzie wynikać oferowany produkt.

PAKIET 4

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczka w opakowaniach a 100 sztuk, spowoduje to złożenie korzystniejszej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Ponadto informuje, że odpowiedź na to pytanie zostało udzielone w dniu 20.09.2021 r. pismo nr SK/683Z/DPUB/05/2021.

PAKIET 6

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o powierzchni 4,5cm², membrana 1,2um membrana wykonana z PES (polieterosulfon). Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego. czas stosowania 24h, krótki dren przed i za filtrem o długości ok. 1 cm, na końcach męski i żeński luer lock, objętość wypełnienia 0,75 ml, przepływ >90ml/min. Kolor obudowy niebieski. Bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtry mają być wyposażone w zatyczkę z filtrem hydrofobowym, co umożliwi bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu bez ryzyka skażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtry mają być wyposażone w zastawkę antyzwrotną w części dystalnej drenu, co zapobiega cofaniu się krwi w kierunku filtra i jego zalaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczone w/w produkty, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w opisie przedmiotu zamówienia, z którego będzie wynikać oferowany produkt.

PAKIET 7

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul neonatologicznych 24 i 26 G, przepływ 13 ml/min, cewnik wykonany z PFFE, widoczny w USG, bez pasków radiocieniujących, bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniul z poliuretanu.

PAKIET 11

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania igieł wykonanych ze stali nierdzewnej zgodnie ze standardem SUS 304, równoważnym do (AISI 304), co zapewnia ostrość igieł i wysoki wskaźnik penetracji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł wykonanych ze stali nierdzewnej zgodnie ze standardami dotyczącymi produkcji dla igieł medycznych.

PAKIET 14

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu sterylności produktu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu sterylizacji produktu.

PAKIET 15

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje podwójnego zabezpieczenia.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje.

PAKIET 16**Pytanie 14**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu sterylności produktu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu sterylizacji produktu.

PROJEKTOWE POSTANOWIENIA UMOWY**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z zapisów §11 ust. 1.1) i 1.2) liczone były od wartości zamówienia, którego dotyczą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska

.....
ZATWIERDZAM