



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie
Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/123 /2021
ZP.26.16.2021

Błonie, dnia 8 czerwca 2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00072924/01 z dnia 02.06.2021 r. na zakup jednorazowych materiałów medycznych [Nr postępowania: RM/ZP/16/21]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Dotyczy Zadania 3 „Igły do iniekcji”

1) **Pytanie pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 18G 1,2x50mm ze standardowym typem ścięcia ostrza SB/BC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy OPZ.

2) **Pytanie pozycja 18:** Czy Zamawiający oczekuje stabilizatora poziomego jak w pozycji 17, czy pionowego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stabilizatora poziomego.

Dotyczy Zadania 4 „Jednorazowy sprzęt do intubacji dotchawiczej”

3) **Pytanie pozycja 8-16:** Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z drenem łączącym w kolorze korpusu rurki oraz balonikiem kontrolnym w innych kolorze niż korpus rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

4) **Pytanie pozycja 8-16:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „czytelne oznaczenie rurki na baloniku kontrolnym”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Zadania 5 „Kaniule dożyłne”

5) **Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

6) **Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 20G, wymiary 1,1mm x 32 mm spełniającą pozostałe wymogi SWZ, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

7) **Pytanie pozycja 6:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,7x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

8) **Pytanie pozycja 6:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 16G, wymiary 1,7mm x 45 mm spełniającą pozostałe wymogi SWZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN - EN ISO 9001:2015 -10
PN - EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perty Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Blonie
Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

9) **Pytanie pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,0x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

10) **Pytanie pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 14G, wymiary 2,1mm x 45 mm spełniającą pozostałe wymogi SWZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

11) **Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszywania, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 7 „Okleiny do kaniul dożylnych”

12) **Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z wcięciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunków z wcięciem.

13) **Pytanie pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN - EN ISO 9001:2015 -10
PN - EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie
Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 8 „Opaski podtrzymujące, elastyczne i siatki opatrunkowe”

14) **Pytanie pozycja 1-3:** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniją się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produktu o takich parametrach.

15) **Pytanie pozycja 4-5:** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

16) **Pytanie pozycja 4,5:** Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą elastyczną, tkaną, bez struktury krepowanej, mocowaną za pomocą dołączonej zapinki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

17) **Pytanie pozycja 6,7,8:** Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 25 metrów siatki opatrunkowej nierozciągniętej (w stanie spoczynku).

18) **Pytanie pozycja 6-8:** Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie 25 metrów siatki opatrunkowej nierozciągniętej (w stanie spoczynku).

19) **Pytanie:** Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produktu o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 9 „Opatrunki na oparzenia”

20) **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy w postaci płatu hydrożelu spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produktu o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 12 „Pokrowce na nosze”

21) **Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z antystatycznej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 14 „Zestaw do wkłucia centralnego”

22) Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50 cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Dyrektor

Piotr Kosyl

Sprawę prowadzi:

Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

