



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PIŁA  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 24.01.2024 roku

FZP.IV-241/07/24

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Sukcesywna dostawa sprzętu j. u., materiałów kontrolnych i diagnostycznych stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej i laboratoryjnej**”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1.**

1. Dotyczy – zadanie 2 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .**

**Pytanie nr 2.**

2. Dotyczy – zadanie 2 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki z PP o poj. 0,5 ml typu Eppendorf z płaskim wieczkiem na zawiasie?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3.**

3. Dotyczy – zadanie 2 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę końcówki typu Gilson bezbarwne o poj. do 200 µl?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4.**

4. Dotyczy – zadanie 2 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę końcówki typu Eppendorf w kolorze żółtym o poj. do 100 µl?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5.**

5. Dotyczy – zadanie 2 pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga pisaków długopiszących, równoważnych do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 6.**

6. Dotyczy wymagania do zadanie nr 2

W związku z tym, że umowa zawierana jest na 12 miesięcy, czy nie byłoby zasadne skrócenie terminu ważności art. sterylnych do 9 lub 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 12 miesięcy .**

**Pytanie nr 7.**

1. Dotyczy wymagania do zadanie nr 2 i nr 3

Prosimy o uwzględnienie, że w zadaniu nr 2 i nr 3 są również produkty nie będące wyrobami medycznymi. Nie podlegają one ustawie o wyrobach medycznych, tym samym nie posiadają deklaracji zgodności CE ani

wpisu czy zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych. Prosimy o dopuszczenie zaferowania wyrobów ogólnolaboratoryjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .**

#### **Pytanie nr 8.**

##### **8. Dotyczy wymagania do zadanie nr 2**

W ramach zadania nr 2 nie ma wyrobów podlegających dopuszczeniu do obrotu przez Państwowy Zakład Higieny. Prosimy o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty dokumentów z PZH w zakresie zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 9.**

##### **9. Dotyczy – zadanie 3 pozycja 13**

Prosimy o dopuszczenie kapilar z heparyną Li o poj. 175 µl spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 10.**

##### **Projekt umowy:**

##### **10. Dotyczy § 6 ust. 5**

Prosimy o dopuszczenie przesyłania faktury w formacie PDF drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Adres email: e-faktury@szpital.pila.pl**

#### **Pytanie nr 11.**

##### **1. Dotyczy § 6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 12.**

##### **12. Dotyczy § 6 ust. 7**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia na termin 5 dni.**

#### **Pytanie nr 13.**

##### **1. Dotyczy § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej na wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

**W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całego zadania, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru.**

Liczenie kar od wartości całego zadania jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlatego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Umowie na: „wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.**

**Pytanie nr 14.**

**14. Dotyczy § 8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zadania ?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: „wartości brutto zadania, którego odstąpienie dotyczy”.**

**Pytanie nr 15.**

1/ Zwracamy się z prośbą wyrażenie zgody na wyłącznie poz. 1-8 do odrębnego pakietu co umożliwi zaoferowanie tego asortymentu większej liczbie Dostawców

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .**

**Pytanie nr 16.**

2/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na konfekcjonowanie po 50 szt. w poz. 4-5

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 17.**

3/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na konfekcjonowanie po 500 szt. w poz. 7-8

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 18.**

4/ Czy Zamawiający dopuści terminy ważności artykułów sterylnych minimum 1 rok od daty dostawy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**