



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin

Szczecin 30.11.2020 r.

nr sprawy: DP/371/136/20

WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dzielowe A1 w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” , numer umowy o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0076/19-00*

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 17:

W związku z opublikowanymi dnia 17.11.2020 wyjaśnieniami zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne nadanie brzmienia punktu 14 w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prosimy o potwierdzenie iż ma on brzmienie „„Zgodność z normami (standardy): Metamorfoze full, ISO19264 - 1/ A, FADGI 4 star”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oferowane skanery, ze względu na specyfikę skanowanych obiektów botanicznych muszą cechować się zgodnością z normami: Metamorfoze Full, lub ISO19264 -1/A, lub FADGI 4 star. Informuje się przy tym, iż spełnianie norm (normy) jakości jest wymagane na całym stole A1 w trakcie jednego przebiegu głowicy skanującej przy rozdzielczości 600x600ppi. Podczas odbioru przeprowadzone będą testy sprawności zamontowanej aparatury obejmujące między innymi weryfikację spełniania norm (normy) jakości na całym stole A1 w trakcie jednego przebiegu głowicy skanującej przy rozdzielczości 600x600ppi. Za przeprowadzenie testów odpowiada wykonawca, testy zostaną przeprowadzone w obecności przedstawiciela odpowiednio Zamawiającego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Z poważaniem

.....