



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 02.11.2021 roku

FZP.II – 241/56/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**IMPLANTY NEUROCHORURGICZNE**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do ZADANIA NR 11 - Zestawy do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji - następujące rozwiązanie: Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - igła trokarowa o długości 18,74 cm ; igła ścięta 18,22 cm ; igła biopsyjna 23,47 cm. - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA(Polimetakrylan metylu) o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok. 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem. Cement PMMA o standardowej lepkości wraz z mikserem (pakowany osobno). Cement PMMA z 10% Hydroksyapatytem gwarantujący wysokiej jakości fuzję kostną pakowany razem z mikserem. KOMPLET: 1 zestaw z igłą dostępową i oraz igłą 11 lub 13 G wraz z igłą biopsyjną, zbiornikami i pistoletem do podawania cementu, 1 cement z mikserem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Zadanie nr 11 - Zestaw do wertebroplastyki

Czy Zamawiający dopuści : Cement akrylowy o niskiej , średniej i wysokiej lepkości oraz wysokiej kontrastowości

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 11 - Zestaw do wertebroplastyki

Czy Zmawiający dopuści : Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym sterylne urządzenie mieszająco -podające pozwalające na mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku a następnie podawanie ich dokanałowo. Wkład podający oraz rurka przedłużająca w zestawie. Ilość podawanego cementu / 0,44cc przy obrocie 360 stopni/

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 11 - Zestaw do wertebroplastyki

Czy Zmawiający dopuści : . Igły przeznasadowe o śred. ,8G,10G,11G i 13 G,– Dowyboru przez operatora; ścięte lub ostre sterylne, pakowane pojedynczo

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 11 - Zestaw do wertebroplastyki

Czy Zmawiający dopuści : Igła biopsyjna średnica 8G;10G; 11G; 13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 3 ml do aspiracji. Zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§4 ust. 2) oraz, że Zamawiający dopuszcza urzędową zmianę stawki VAT? W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w trakcie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższy zakresie.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający w §5 ust. 1 zgodzi się doprecyzować, iż faktury wystawiane będą każdorazowo po dokonany zabiegu na podstawie protokołu zużycia zamiast na podstawie miesięcznego rozliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w §5 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczny problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższy zakresie.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §6 ust. 3 zgodzin na ... dni robocze?Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. Ewentualnie przyjęcie, iż przesłanie zamówienia po godzinie 12 jest uznawane, iż zamówienie wpłynęło w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższy zakresie.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższy zakresie.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 z 1% wartości faktury na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w umowie w §8 ust. 1 na zapis: W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 5 i 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1 lit d, iż dwukrotna wadliwa dostawa uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty bez potrzeby wszczynania innych oddzielnych i kosztownych postępowań mediacyjnych? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 14.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy poprzez wprowadzenie następujących zapisów w § 8 ust.3:

3. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 6 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zd. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą

opóźnione w dostarczeniu dokumenty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w umowie w § 8 ust.3 na zapis: Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 6 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zd. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość(adres e-mail: e-faktury@szpital.pila.pl), lecz nie dokonuje zmiany zapisów Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. §4 ust. 2)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust 2-3) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust 2-3), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody (wzory umów w załączniku).

Pytanie nr 19.

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 6 ust. 2)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany.