



EZP.26.97.2.2022.JK

Warszawa, dnia 26.07.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Dostawę 10 zestawów stacji sejsmicznych, oznaczenie sprawy:** EZP.26.97.2022.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający mógłby przedstawić informację, w jakich warunkach będą używane sejsmometry z rejestratorami? Czy będą to stałe instalacje, czy zostaną wdrożone w różnych lokalizacjach w ciągu najbliższych 5 lat? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania oferowanej długości gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stacje ustawiane są na podłogach betonowych w miejscach dozorowanych (najczęściej budynkach gospodarczych lub innych) na nieruchomościach prywatnych lub państwowych. Stacje będą używane jako stacje mobilne, ale najczęściej stacja ustawiana jest w wybranej lokalizacji i po zadowalających wynikach instalacji testowej następuje instalacja stacjonarna. Ze względu na znaczną odległość pomiędzy siedzibą firmy a potencjalnymi lokalizacjami stacji, Zamawiający informuje, że ważnym aspektem jest możliwie najdłuższy okres gwarancji. Jest to istotne również ze względu na brak własnego serwisu sprzętu elektronicznego.

Pytanie 3:

Ze względu na ogólnoswiatowy problem z dostawami komponentów, zwłaszcza półprzewodnikowych, czy Zamawiający zaakceptowałby wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 lub 90 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ponieważ finansujący umowę, której częścią są zakupy inwestycyjne wymaga zrealizowania jej w 2022 r., w tym również dokonania skutecznej instalacji sprzętu w terenie.

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
Miroslaw Piskorz**