



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.32.2023

Lębork, 19.01.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-cfa16e8a-8eb2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa aparatów USG, aparatu RTG oraz stacji opisowej”**.
Znak sprawy: ZP-PN/UE/32/23.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do umowy:

1. Dot. §3 ust. 3 pkt 2) projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 3 pkt 2) projektowanych postanowień umownych, poprzez nadanie im brzmienia:

„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji, wad odnoszących się do przedmiotu umowy. Ustala się terminy usuwania wad:

2) w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem lub jeżeli wada zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu użytkowników lub nieusunięcie wady uniemożliwia prowadzenie działalności przez Zamawiającego: w stosownym uzgodnionym z Wykonawcą terminie, nie dłuższym niż 2 tygodnie od chwili zgłoszenia; w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji;”

Uzasadnienie:

Wykonawca wyjaśnia, iż z uwagi na gabaryt, proces instalacyjny etc. dostarczenie sprzętu zastępczego w typie jak w części 3 postępowania (Aparat cyfrowy RTG przyłóżkowy mobilny) jest fizycznie niemożliwe, ekonomicznie i gospodarczo nieuzasadnione, przez co nie może wiązać to wykonawcy (świadczenie niemożliwe).

Odp: Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 19.01.2024 r. (pyt. 2 str. 2) dla Części nr 3 Zamawiający odstąpił od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Tak więc zapis § 3 ust. 3 pkt. 2 umowy w zakresie obowiązku zapewnienia urządzenia zastępczego do czasu usunięcia wady nie dotyczy Części nr 3.

2. Dot. §5 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie jakiego rodzaju odsetek ustawowych może domagać się od Zamawiającego w ramach §5 ust 4, albowiem nie wynika to konkretnie z tegoż projektowanego postanowienia umownego.

Odp: Zamawiający ma na myśli odsetki od nieterminowej płatności.

3. Dot. §5 ust. 6 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o usunięcie w całości §5 ust. 6 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Projektowany §5 ust. 6 postanowień umownych jest niezgodny z treścią art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 j.t. z późn. zm.), który stanowi, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. W tym zakresie przyjęte w §5 ust. 6 rozwiązanie w ramach którego wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich jest niezgodne z przepisem prawa powszechnie obowiązującego.

Odp: Zamawiający nadaje §5 ust. 6 projektowanych postanowień umownych następujące brzmienie: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody organu założycielskiego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ma zastosowanie. O złożeniu wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie.”

4. Dot. §8 ust. 8 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o wykreślenie §8 ust. 8 z projektowanych postanowień umownych

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. §8 ust. 10 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §8 ust. 10 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Wysokość kar umowny zastrzeżonych w ust. 2 i 3 nie może łącznie przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto.”.

Uzasadnienie:

Rynkową stawką (stosowaną przez inne podmioty publiczne o charakterze leczniczym) jest stawka 20%.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 10.

6. Dot. §9 ust. 3 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o dodanie pkt 5) do §9 ust. 3 projektowanych postanowień umownych o treści:

„zmiana terminu realizacji umowy jeżeli stało się to konieczne z okoliczności siły wyższej lub okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy”

albo treści równoważnej

Uzasadnienie:

W ramach §9 ust. 3 projektowanych postanowień umownych należy także zapewnić możliwość zmiany terminu wykonania umowy – aktualnie brak tej możliwości, jeżeli ew. opóźnienia wynikają z siły wyższej lub okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §3 ust. 10 projektowanych postanowień umownych.

„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.”,

albo postanowienia o treści równoważnej.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów (energii elektrycznej) dla potrzeb realizacji umowy.

Odp. Zamawiający uznaje za oczywiste i zapewnia Wykonawcę, że dla celów montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową, nieodpłatnie udostępni dostęp do niezbędnych mediów.

8. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. tzw. siły wyższej, np. o treści jak niżej:

„1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

1) charakterze niezależnym od stron,

2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione:

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19,

3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

4) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,

5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,

6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykle mrozy, powodzie,

7) wykopaliska archeologiczne.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”.

albo postanowienia o treści równoważnej.

Uzasadnienie:

W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy, zwłaszcza w kontekście §6 projektowanych postanowień umownych.

Odp. Zamawiający wprowadza do projektu umowy postanowienia dot. siły wyższej. Postanowienia te zostały zawarte w § 8 ust. 5 i 6.

9. Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 5 do §6 o treści:

„Rozwiązanie / wypowiedzenie / wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”,

albo treści równoważnej

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – niezależnie od przyczyny odstąpienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dot. § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:

W związku z tym, że realizacja nastąpi w 2024 roku wnosimy o zmianę zapisu na poniższy:

Zamawiający wymaga sprzętu kompletnego, w pełni sprawnego, nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, z bieżącej produkcji 2023 lub 2024, który po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowanego, posiadającego niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Arkuszu asortymentowo-cenowym, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych