

Grodzisk Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2023 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2300.09.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pakiet 1, zadanie 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, zadanie nr 3 poz. 2b poz. wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów: „grubość 0, igła okrągła 1/2 obw koła ok.30 mm dł szwu ok. 75cm .”

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania do 210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, zadanie nr 1 poz. 1u: potwierdza wymóg złożenia oferty na szew z powłoczeniem antybakteryjnym, który zgodnie z zapisem wymagany jest do poz. „w” której brak w zestawieniu.

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania do 210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający potwierdza wymóg złożenia oferty na szew z powłoczeniem antybakteryjnym, który zgodnie z zapisem wymagany jest do poz. „w” której brak w zestawieniu

Przygotował:

- Agnieszka Linkiewicz-Mendel
we współpracy-po konsultacji z:
- Małgorzata Haber