

Tarnów, 13.09.2024 r.

**Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów**

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Akademii Tarnowskiej”.

Nr referencyjny: K-dzpz/382-19/2024.

Zamawiający Akademia Tarnowska działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące Części 8: Respirator:

Pytanie nr 1:

Część 8: Respirator

I. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z objętością oddechową 100–2200 ml dla dorosłych i 20 –300 ml dla dzieci?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji.

Pytanie nr 2:

II. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z maksymalnym ciśnieniem w drogach oddechowych 120 cmH₂O?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji.

Pytanie nr 3:

III. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów nastawianą dla dorosły i dzieci w przedziale 1-100?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji

Pytanie nr 4:

IV. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z maksymalną kompensacją przecieku dla pacjenta pediatrycznego ≤ 45 l/min ?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji.

Pytanie nr 5:

V. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu wentylacji Automode?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji

Pytanie nr 6:

VI. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez dedykowanego trybu do wentylacji podczas resuscytacji?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji.

Pytania dotyczące Części 10: Stacja pomp:

Pytanie nr 7:

Część 10: Stacja pomp: w zestawie 3x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa

Stacja dokująca na 4 pompy z zasilaniem

I. Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację dokującą z 6 pomp?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

3x Pompa infuzyjna strzykawkowa

I. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z szybkością bolusa programowaną w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50ml? W oferowanej przez nas pompie szybkość bolusa można programować w przedziale od 0,01 ml/h dla małych strzykawek, tj. 1, 2, 5ml? Takie rozwiązanie ma praktyczne uzasadnienie, ponieważ bolus jako dawka uderzeniowa z definicji podawany jest z szybkością większą niż w trakcie standardowej infuzji

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

II. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez wyświetlania aktualnego czasu podczas infuzji? Oferowane urządzenie ma ustawiony aktualny czas, ale nie jest on wyświetlany na ekranie, gdyż nie jest to informacja istotna z punktu widzenia samej infuzji. Aktualny czas jest natomiast niezbędny w celu oznaczenia zdarzeń alarmowych zapisywanych w rejestrze.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

III. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji? Brak w/w funkcji wynika z zasad bezpieczeństwa stosowanych przez producenta oferowanej przez nas pompy – po wystąpieniu okluzji pompa zawsze wymaga reakcji obsługi, gdyż zdarzenie – nawet po jego ustaniu - mogło spowodować zmianę warunków podawania leku.

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

1x Pompa infuzyjna objętościowa,system zamknięty

I. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową wyposażoną w akumulator umożliwiającą 4 godziny pracy dla szybkości 25ml/h i około 5 godzin pracy dla szybkości 5ml/h?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

II. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową bez wyświetlania aktualnego czasu podczas infuzji? Oferowane urządzenie ma ustawiony aktualny czas, ale nie jest on wyświetlany na ekranie, gdyż nie jest to informacja istotna z punktu widzenia samej infuzji. Aktualny czas jest natomiast niezbędny w celu oznaczenia zdarzeń alarmowych zapisywanych w rejestrze?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, a z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Rektor Akademii Tarnowskiej
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa