

Gdańsk, dnia 13 października 2020 r.

D10.251.77.G.2020

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę różnych wyrobów medycznych.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 22

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości rozwiązania oferującego substytut opony twardej, wg wymagań składający się z zarówno z kolagenu typu pierwszego jak i trzeciego. Oferowany produkt składa się zarówno z kolagenu typu I, jak i typu III i jest wyjątkowy, ponieważ wykorzystuje usuniętą płodową tkankę bydłą przez szeroko zakrojony, opatentowany proces usuwania komponentów komórkowych.

To pozostawia nieuszkodzony czysty kolagen, który działa jak natywna tkanka. Splątanie mocnych struktur kolagenowych tworzy wysoce porowatą matrycę - zwykle 10–100 mikronów. Ta matryca jest rusztowaniem do wrastania fibroblastów i naczyń krwionośnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem rozmiarów i pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 3 -komory. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie większego wachlarza wyboru cenowo- asortymentowego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści sztywną lateksową zastawkę w cewniku? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga masek bez zawartości lateksu, DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

Termin realizacji dostaw	Liczba przyznaných punktów
15 dni	0 pkt
14-10 dni	1 pkt
9-5 dni	2 pkt

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści zewnątrzkomórkową matrycę posiadającą strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiającą szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, wykonaną z czystego, 100% kolagenu bydłowego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dot. projektu umowy § 3, 4 projektu umowy (komis z użyczeniem):

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, 4, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
3. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 8 dot. pakietu 19 punkt 4

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zaoferowania zakresu śrub o dodatkowe śruby biokompozytowe zbudowane z takiego samego materiału i spełniające wymagania zamawiającego o rozmiarach: 7-10mm dł. 20mm, 7-12 dł. 30mm oraz 7-12 dł. 28mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 9 dot. pakietu 19 wymagania graniczne punkt 1

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania:

Zamawiający wymaga nieodpłatnego życzenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) wraz z trzecim zestawem narzędzi (instrumentarium) dostarczonym na zamówienie (tzw. lotny) w ciągu max. 48 h od złożenia zapotrzebowania na:

Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia jednego zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) wraz z dwoma zestawami narzędzi (instrumentarium) dostarczonymi na zamówienie (tzw. lotny) w ciągu max. 48h od złożenia zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 10 dot. pakietu 19 wymagania graniczne punkt 3

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania:

Nieodpłatne użyczenie dwóch kompletów napędu wiertarskiego wraz z czterema sztukami akumulatorów i 2 ładowarkami oraz 2 kontenerów sterylizacyjnych do implantacji ww. wszczepów i zamieni je na:

Nieodpłatne użyczenie na życzenie (tzw. zestaw napędów lotnych) dwóch kompletów napędu wiertarskiego wraz z czterema sztukami akumulatorów i 2 ładowarkami oraz 2 kontenerów sterylizacyjnych do implantacji ww. wszczepów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 11 dot. pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Pełny implant jądra z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Wypełnienie protezy jądra stanowi substancja stała, elastyczna,

nierozlewająca się i niewyciekająca podczas nakłuwania igłą. Proteza jest sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą. Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków. Implanty dostępne w czterech rozmiarach – do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści igły do portu w rozmiarze 20G x 16mm, w opakowaniu folia-papier? Reszta parametrów zgodna z SIWS.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający wymaga wygodnych, sztywnych, odpinanych skrzydełek umożliwiających pewny chwyt i ułatwiających poprawne umiejscowienie igły?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający wymaga, aby mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem występował w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15 dot. pakietu 6 poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty anestetyczny zestaw dla noworodków o długości 180 cm, zawierający dwie rury o śr.10 mm, o stałej długości, Y-pacjenta, kolanko z Luer Lock oraz dodatkową 110cm rurę z workiem. Zestaw z 0,5-litrowym, pozbawionym lateksu workiem wyposażonym w koszyczek zabezpieczający worek przed zapadnięciem. Podatność układu przy 60mbar nie większa niż 1ml/mbar, wysoka szczelność układu zapewniająca, iż przeciek przy 60 mbar nie przekracza 50 ml/minutę. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dot. pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonane z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
 - cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
 - cewnik 16Fr - 22Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml
- Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17 dot. pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonane z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
 - cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
 - cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18 dot. pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 dot. pakietu 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 8Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową o długości 120mm, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 dot. pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 10Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową o długości 120mm, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 dot. pakietu 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową o długości 120mm, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22 dot. pakietu 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem całkowicie silikonowym typu Foley o przekroju 12Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową o długości 120mm, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 23 dot. pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Pakietu nr 17 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24 dot. pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 17 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25 dot. pakietu 22


Czy w pakiecie nr 22 - Substytut opony twardej Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału dwuwarstwowego, gdzie obydwie warstwy to wysokooczyszczony składnik kolagenowy pozyskany z osierdzia wołowego, o możliwość implantacji w technice szwowej i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, dostępnego w następujących rozmiarach i ilościach:

1. Substytut opony twardej, rozmiar 2cm x 3cm – 5 szt.;
2. Substytut opony twardej, rozmiar 5cm x 5cm – 10 szt.;
3. Substytut opony twardej, rozmiar 2cm x 10cm – 10 szt.;
4. Substytut opony twardej, rozmiar 6cm x 8cm – 10 szt.;
5. Substytut opony twardej, rozmiar 8cm x 11cm – 5 szt..

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20Gx19mm?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27 dot. pakietu 3 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w wymaganych rozmiarach tylko bez przewodnicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 dot. pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 29 dot. pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Pakowane a'3 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30 dot. pakietu 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe przylegające do twarzy na wysokości pomiędzy ustami, a brodą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 dot. pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego o stałej długości 180cm z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm. ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowane układy oddechowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32 dot. pakietu 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z workiem mikrobiologicznie czystej z drenem o długości min. 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowane maski tlenowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 33 dot. pakietu 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga maski tlenowe wolne od szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34 dot. pakietu 4

Czy Zamawiający w pak 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej na 7 dni o parametrach:

- Urometr
 - Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml
 - Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną
 - Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu
 - Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej
 - Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną
 - Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik
 - Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną
 - Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i kłamrą o dł. 120 cm lub 150cm
 - Paski boczne dla optymalnego umocowania
 - Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy
 - Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)
- Pojemnik na mocz
 - Pojemność 2 000 ml

- Zastawka antyrefluksyjna
- Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik
- Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna
- Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu
- Szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35 dot. projektu umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia prezentacji o których mowa w §2 ust. 4-6 umowy (załącznik nr 6), w przypadku gdy oferowany sprzęt był już dostarczany do Zamawiającego i Zamawiający miał możliwość zapoznania się z zasadami użycia tego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 6

Prosimy o dopuszczenie układu anestetycznego noworodkowego z Ykiem bez portów i dodatkowym ramieniem o stałej długości 80 cm, w całości wykonanego z polietylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 15 do odrębnego pakietu. Na rynku jest tylko jedna firma, która ma wyłączność na oferowanie zestawu do nebulizacji jednopacjentowego przez co nie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa oferty cenowej, a pozostawienie tej pozycji w pakiecie będzie skutkowało niemożnością złożenia oferty.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie masek mikrobiologicznie czystych spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 5-10 ml oraz 30 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya z balonem 3 ml dla rozmiaru 6CH oraz z balonem 3-5ml dla rozmiarów 8 i 10 CH.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dot. pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 30 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 42 dot. pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43 dot. pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 44 dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o u wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby system posiadał opublikowane i potwierdzone badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 45 dot. pakietu nr 17 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 w odrębne zadanie. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46 dot. pakietu nr 17 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego drenażu składającego się z cewnika typu pigtail CH 8 dla poz. 2, 11 dla poz. 4, 14 dla poz. 3 długości 40cm(CH8) i 45cm (CH11 i 14) wykonanego z poliuretanu, rozrywalnego trokara 12cm, odpowiednio CH 9, 12 i 15, silikonowej tulejki do mocowania cewnika, zacisku i 2l worka na mocz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 47 dot. pakietu nr 17 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nadłonowego drenażu zawierał 2-litrowy worek na mocz i silikonową tulejkę do mocowania cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zmienia się treść projektu umowy (sprzedaż § 5 ust. 1, sprzedaż z użyczeniem §5 ust. 1, komis z użyczeniem § 11 ust. 1) dotyczący zapłaty za dostarczony towar, aktualnie zapis brzmi: „1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **4 listopada 2020 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierając przedmiotowe postępowanie **w terminie do dnia 4 listopada 2020 r., do godz. 10:00**”

ust. 2 „Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert”.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064