

Katowice, dn. 21.11.2022r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń 2, Nr sprawy: ZP-22-157UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1, Pakiet nr 13 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o czasie całkowitego wchłonięcia w ciągu 3-4 tygodni?  **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 2, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?  **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 3, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / podkład chłonny o następujących parametrach:

Wymiary całkowite – 100 x 220 cm

Wymiary warstwy chłonnej – 50 x 180 cm;

Minimum 5-warstwowy, w tym superabsorbent żelujący wilgoć;

Ciężar całkowity – 272 g tj. gramatura min. 123 g/m<sup>2</sup>;

Chłonność całkowita – min. 4.500 ml;

Udźwig 150 g / 1 minuty.

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

### Pytanie 4, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z celulozy typu Airlaid, podfoliowane, wymiary 80 x 220 cm, chłonność 1040 ml, gramatura całkowita 55 g/m<sup>2</sup>, dłuższe boki posiadają po 2 paski zapobiegające ściekaniu płynu?  **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 5, Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych 30g?  **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 6, Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a 2'szt w ilości 3 000 opakowań?

**Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 7, Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym o niżej opisanych wymiarach?

a) 5x7cm

b) 10x10cm

c) 15x10cm

d) 10x25cm

e) 10x15cm

**Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 8, Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 odstąpi od wymogu zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI do wyrobów medycznych klasy III zgodnie z rozporządzeniem obejmującym okresy przejściowe MDR 2017/745?  **Odp.: Dla wyrobów medycznych klasy III objętych okresem przejściowym zgodnie z MDR 2017/745 obecność kodu Basic-UDI-DI w treści deklaracji nie jest wymagana.**