



LAS-25/1-PN/9-2020

Rybnik, dnia 03.04.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy wyrobów medycznych różnych, w tym strzykawek, igieł, kaniuli**

(zamówienie nr **LAS-25-PN/9-2020**)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

z dnia 11.03.2020 r., nr **2020/S 050-118031**

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy na: „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wcześniej wzywając Wykonawcę do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadkach, gdy: (...)”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 2:** „Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość, niemniej Apteka szpitalna dołoży starań, aby zamówienia były składane do dostawcy w godz. 7:00-12:00.

**Pytanie 3:** „Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zakresu godzin realizacji dostaw do godz. 14.00?”*

**Odpowiedź 3 :** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 4:** „Pakiet 1 poz.4

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznej kaniuli do wktuć dożylnych w systemie zamkniętym, do długoterminowego przebywania w naczyniu, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 5 paskami Rtg, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez*

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

posiadanie plastikowej osłonki igły, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, niemchanicznym zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze, sterylna, nie zawierająca latexu i PCV, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Kaniula bez opatrunku, ponieważ fabrycznie nie występuje ona z opatrunkiem.

Rozmiary:

24G 0,56x14mm- przepływ 14ml/min

24G 0,75x19mm- przepływ 13ml/min

22G 1,0x25mm- przepływ 27ml/min

20G 1,0x25mm- przepływ 54ml/min

20G 1,25 x32mm- przepływ 52ml/min

18G 1,25X32mm- przepływ 84ml/min

18G 1,75x45 mm-przepływ 78ml/min”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 5:** „**Pakiet 1 Poz.7** Czy Zamawiający będzie wymagał zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, który jest przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, pakowany pojedynczo, o długości całkowitej 20,06 mm, waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prosty tor przepływu prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Ilość aktywacji 100 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zastępując opis:

**”Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, sterylny, przezroczysty, o laminarnym torze przepływu, zabezpieczony protektorem męskim umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, rozmiar min 2 cm waga, min 1g.;kompatybilny z końcówką typu luer-lok, z łatwą jednorodną powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii; bez mechanicznych części wewnętrznych, prosty tor przepływu prędkość przepływu ok. 530 ml/min; wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia ok. 0,16 ml. Ilość aktywacji do 100 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Pakowany pojedynczo.”**

opisem:

**„Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, sterylny, przezroczysty, o laminarnym torze przepływu, zabezpieczony protektorem męskim umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, rozmiar min. 2 cm waga max. 1g; kompatybilny z końcówką typu luer-lok, z łatwą jednorodną powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii; bez mechanicznych części wewnętrznych, prosty tor przepływu, prędkość przepływu ok. 530 ml/min; wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia ok. 0,16 ml. Ilość aktywacji do 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Pakowany pojedynczo.**

Zamawiający dopuszcza tym samym również asortyment opisany w pytaniu.

**Pytanie 6:** „pakiet 1, poz.8

*Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”*

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 7:** „pakiet 1, poz.8

*Proszę Zamawiającego o podział pozycji 8 pakietu 1 na poz. z koreczkiem zwykłym i poz. z koreczkiem combi osobno. Podział zwiększy konkurencyjność cenową , a oferentowi ułatwi wycenę, gdyż koreczki combi i zwykłe nie są produktami jednolitymi cenowo.”*

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w ilości 275 000 szt. korków do kaniul standard i 275 000 szt. korków typu combi. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i „Szacunkowa ilość jedn. miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w tej pozycji oraz podać wycenę za każdy rodzaj korka z osobna.

**Pytanie 8** „Pakiet 2, wszystkie pozycje

*Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.”*

**Odpowiedź 8:** Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 9:** „Pakiet 4, wszystkie pozycje

*czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową?”*

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z jednostronną skalą pomiarową jedynie w poz. nr 1 pakietu nr 4. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 10:** „Pakiet nr 1 poz. 8

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”*

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 11:** „Pakiet nr 2

*Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały /mleczny.”*

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

**Pytanie 12: „Pakiet nr 2 poz. 4**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.”*

**Odpowiedź 12:** Zgodnie z zapisem pod formularzem cenowym zamawiający dopuszcza inny sposób pakowania strzykawek niż wskazany w kolumnie *„Jednostka miary”*, a przeliczenia ilości opakowań należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 13: „Pakiet nr 2 poz. 1-4**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 -cz ze skala 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml.”*

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym – dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu, czyli z rozszerzoną skalą pomiarową przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 14: „Pakiet nr 4 poz. 1**

*Proszę o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 20 ml luer – lock z pojedynczą skalą pomiarową.”*

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie *„Opis przedmiotu zamówienia”* nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15: „Pakiet nr 6 poz. 5**

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”*

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 16: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową o min 20%?”*

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym – dopuszcza asortyment o parametrach opisanych w pytaniu, czyli z rozszerzoną skalą pomiarową przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 17: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4**

*Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?”*

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

**Pytanie 18: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4**

*Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.”*

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym; wymaga asortymentu z tłokiem stabilnym podczas pracy.

**Pytanie 19: „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4**

*Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?”*

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

**Pytanie 20:** „dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?”*

**Odpowiedź 20:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

**Pytanie 21:** „dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 20ml ze skalą pojedynczą? Z naszej wiedzy wynika iż na rynku nie występuje strzykawka 20ml z podwójną skalą pomiarową.”*

**Odpowiedź 21:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakiecie nr 5 poz. 5 zastępując opis:**

*„Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa sterylna koncentryczna z końcówką typu luer-lock, pojemność 50/60ml  
tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,  
bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  
kompatybilna z lekami cytostatycznymi,  
kontrastująca skala np. czarna, niezmywalna co 1,0 ml na całej długości skali  
długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki,  
szczelna, z oringiem zapobiegającym przed wypadnięciem tłoka  
logo producenta i typ strzykawki na cylindrze”*

opisem:

*„Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa sterylna koncentryczna z końcówką typu luer-lock, pojemność 50/60ml  
tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,  
bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  
kompatybilna z lekami cytostatycznymi,  
kontrastująca skala np. czarna, niezmywalna co 1,0 ml na całej długości skali  
szczelna, z oringiem zapobiegającym przed wypadnięciem tłoka  
logo producenta i typ strzykawki na cylindrze”*

**Sporządzając ofertę niniejszą zmianę należy nanieść w formularzu cenowym dla ww. pakietu.**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony **do dnia 14.04.2020 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.